

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

13 October 2015 09:24:17

Date Time

Starting date:	13/10/2015	9:19:30 AM
Ending date:	13/10/2015	9:24:17 AM

Counters:

INSPECTED	107		
ACCEPTED	75	70.09	%
REJECTED	32	29.91	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	3.74	%
Min Still particles	1	0.93	%
Tot. Still Particles	4	3.74	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.87	%
Aluseal Area	2	1.87	%
Crimping	1	0.93	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	25	23.36	%
Single Particles	14	13.08	%
Total Particles	25	23.36	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	21	19.63	%
Single Particles	14	13.08	%
Total Particles	21	19.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: