

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1511031	
Notes:	sodium chloride not autoclaved	

04 November 2015 14:31:54

### Date Time

Starting date:	<b>04/11/2015</b>	8:43:09 AM
Ending date:	<b>04/11/2015</b>	2:31:54 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>297</b>		
ACCEPTED	<b>186</b>	62.63	%
REJECTED	<b>111</b>	37.37	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	46	15.49	%
Min Still particles	20	6.73	%
Tot. Still Particles	46	15.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	28	9.43	%
Aluseal Area	14	4.71	%
Crimping	11	3.70	%
	4	1.35	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	11	3.70	%
Single Particles	11	3.70	%
Total Particles	9	3.03	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	35	11.78	%
Single Particles	33	11.11	%
Total Particles	35	11.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	4.71	%
Single Particles	14	4.71	%
Total Particles	14	4.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: