

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

19 October 2015 08:29:00

Date Time

Starting date:	19/10/2015	8:28:05 AM
Ending date:	19/10/2015	8:28:58 AM

Counters:

INSPECTED	440		
ACCEPTED	348	79.09	%
REJECTED	91	20.68	%
TECHNICAL REJECT	1	0.23	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	1.36	%
Min Still particles	2	0.45	%
Tot. Still Particles	6	1.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	22	5.00	%
Aluseal Area	18	4.09	%
Crimping	4	0.91	%
	2	0.45	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	28	6.36	%
Single Particles	23	5.23	%
Total Particles	28	6.36	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	58	13.18	%
Single Particles	46	10.45	%
Total Particles	56	12.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	1.82	%
Single Particles	8	1.82	%
Total Particles	8	1.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: