IBMETRO IBM-PG-15/F01 · V.03 (propuesta)	FORMULARIO **FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO** Surtidores de combustible líquido (gasolina y diésel)	N°: _____ Hoja ____ de ____

1. DATOS DE LA FISCALIZACIÓN

Estación de servicio		**Ciudad / dirección**		**Fecha**	
Fiscalizador		**Técnico IBMETRO supervisado**		**Representante estación**	
Hora de inicio – fin		**Temp. ambiente (apta 10–50 °C)**		**Tipo de servicio**	☐ Periódica ☐ Excepcional ☐ Otro
Último certificado	N° _____ Fecha _____	**Mangueras en la estación**		**Mangueras inspeccionadas**	

CÓMO COMPLETAR. Revisión visual: ✓ cumple × no cumple NA no aplica. **Ensayo:** entregue 20 L al patrón (seraphin) a flujo de operación, 3 veces por manguera. Anote la diferencia en ml = lectura del patrón − 20 000 ml. **(−) el surtidor entrega MENOS de lo que marca (perjudica al cliente); (+) entrega MÁS.** Dispersión = ensayo mayor − ensayo menor. Si la manguera no tiene plaqueta escriba NO INDICA en Obs.

LÍMITES. Error de cada ensayo entre −100 y +100 ml (±0,5 %, D.S. 24721) · Dispersión hasta 60 ml (0,3 %) · Entre ±70 y ±100 ml: proponer el ajuste al titular. **DECISIÓN:** Apta = dentro de límites. Ajuste = fuera de límites con dispersión ≤ 60 ml (IBM-IT-207). Cierre = no se puede ajustar (dispersión > 60 ml) o precintos rotos / alterados: proceder según 9.3.4.

2. REVISIÓN Y ENSAYO POR MANGUERA (una fila por manguera / producto)

Surtidor N° / Manguera	Producto (encerrar)	REVISIÓN VISUAL (✓ / × / NA)					ENSAYO 20 L · diferencia en ml (±)			Dispersión (ml) mayor − menor	DECISIÓN marcar una	Observaciones
		Plaqueta legible 9.3.1.4	Display y precio unitario correctos 9.3.1.3	Marca de verificación vigente 9.3.1.1	Precintos íntegros 9.3.1.1 · 9.3.3.2	Sin fuga; bloqueo y parada OK 9.3.1.2 · 9.3.1.5	1 9.3.2.4	2	3			
1. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
2. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
3. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
4. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
5. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
6. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
7. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
8. S___ / M___	GE GP DI										☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	

Producto: GE = gasolina especial · GP = gasolina premium · DI = diésel. Si hay más de 8 mangueras use otra hoja (marque «Hoja __ de __» arriba).

3. PROCEDIMIENTO DEL TÉCNICO

N°	PROCEDIMIENTO DEL TÉCNICO (llenar solo si se supervisa a un técnico de IBMETRO)	Ref.	SÍ	NO	NA	Obs.
1	El patrón (seraphin) está limpio, sin daños, con visor sano y certificado de calibración vigente. N° cert.: _____	9.3.2.1				
2	Mojó el patrón con el combustible a verificar y lo dejó escurrir 30 s antes de ensayar.	9.3.2.2				
3	Hizo 3 ensayos de 20 L por manguera, a flujo de operación.	9.3.2.4				
4	Anotó el totalizador al inicio y al final, y la diferencia coincide con la suma de los ensayos.	9.3.2.3				
5	Si algún error pasó de ±100 ml (y la dispersión es ≤ 60 ml): ajustó a cero según IBM-IT-207.	9.3.2.8				
6	Si el error quedó entre ±70 y ±100 ml: propuso el ajuste al titular y lo registró en el certificado.	9.3.2.9				
7	Registró los precintos anteriores. Si estaban rotos o alterados: cerró la bomba y avisó a su inmediato superior.	9.3.3.2 · 9.3.4				
8	Colocó nuevos precintos y la marca de verificación (organismo, fecha, N° certificado, mes de próxima verificación, instrumento y técnico) solo a las bombas aprobadas.	9.3.3.1 · 9.3.3.3				
9	Entregó el certificado con los datos del instrumento y los resultados obtenidos.	9.3.3.4				

4. RESULTADO

RESULTADO GENERAL

☐ Conforme ☐ Conforme con observaciones ☐ No conforme

RESUMEN DE MANGUERAS

Aptas: _____ Ajustadas: _____ Cerradas: _____ N° de las cerradas: _____

Observaciones y conclusiones:

5. FIRMAS

FISCALIZADOR	TÉCNICO SUPERVISADO (IBMETRO)	REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN (recibe copia)
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
C.I.: _____ Firma: _____	C.I.: _____ Firma: _____	C.I.: _____ Firma: _____