IBMETRO IBM-PG-15/F01 · V.03 (propuesta)	FORMULARIO **FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO** Surtidores de combustible líquido (gasolina y diésel)	N°: _____ Hoja ____ de ____

1. DATOS

Estación de servicio		**Ciudad**		**Fecha y hora**	
Fiscalizador		**Técnico supervisado**		**Representante estación**	
Tipo de servicio	☐ Periódica ☐ Excepcional	**Último certificado N°**		**Temperatura (10–50 °C)**	_____ °C

CÓMO LLENAR: ✓ cumple · × no cumple · NA no aplica. **Ensayo:** 3 entregas de 20 L al seraphin; anote lectura − 20 000 ml. **(–) entrega MENOS de lo que marca (perjudica al cliente) · (+) entrega MÁS.** Dispersión = ensayo mayor − menor.

LÍMITES: cada ensayo entre −100 y +100 ml (±0,5 %) · dispersión ≤ 60 ml. **DECISIÓN:** Apta = dentro de límites · Ajuste = fuera de ±100 ml con dispersión ≤ 60 ml · Cierre = dispersión > 60 ml o precintos alterados (9.3.4). Entre ±70 y ±100 ml: proponer ajuste al titular.

2. REVISIÓN Y ENSAYO POR MANGUERA

Surtidor / Manguera	Producto (encerrar)	REVISIÓN VISUAL (✓ / × / NA)			ENSAYO 20 L · ml (±)			Dispersión (ml)	DECISIÓN	Observaciones
		Plaqueta y display legibles, precio correcto 9.3.1.3 · 9.3.1.4	Marca de verificación y precintos íntegros 9.3.1.1 · 9.3.3.2	Sin fugas, bloqueo OK 9.3.1.2 · 9.3.1.5	1	2	3			
1. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
2. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
3. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
4. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
5. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
6. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
7. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	
8. S____ / M____	GE GP DI								☐ Apta ☐ Ajuste ☐ Cierre	

GE gasolina especial · **GP** gasolina premium · **DI** diésel. Más de 8 mangueras: use otra hoja. Sin plaqueta: anote NO INDICA en Observaciones.

3. PROCEDIMIENTO DEL TÉCNICO

N°	¿EL TÉCNICO…? (llenar solo si se supervisa a un técnico de IBMETRO)	Ref.	SÍ	NO	Obs.
1	Seraphin limpio, sin daños y con certificado vigente (N° _____). Lo mojó con el combustible y lo dejó escurrir 30 s.	9.3.2.1 · 9.3.2.2			
2	Hizo 3 ensayos de 20 L por manguera y comparó el totalizador con la suma de los ensayos.	9.3.2.3 · 9.3.2.4			
3	Ajustó según IBM-IT-207 las mangueras fuera de ±100 ml. Si estaban entre ±70 y ±100 ml, propuso el ajuste al titular.	9.3.2.8 · 9.3.2.9			
4	Registró los precintos anteriores; si estaban alterados, cerró la bomba y avisó a su superior.	9.3.3.2 · 9.3.4			
5	Colocó precintos nuevos y la marca de verificación solo en las mangueras aprobadas.	9.3.3.1 · 9.3.3.3			
6	Entregó el certificado de verificación.	9.3.3.4			

4. RESULTADO

RESULTADO GENERAL

☐ Conforme ☐ Con observaciones ☐ No conforme

MANGUERAS

Aptas: _____ Ajustadas: _____ Cerradas: _____ (N° _____)

Observaciones y conclusiones:

5. FIRMAS

FISCALIZADOR	TÉCNICO SUPERVISADO	REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN (recibe copia)
Nombre y C.I.: _____	Nombre y C.I.: _____	Nombre y C.I.: _____
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____