CMMS-BioAI TEST

Reportes y Estadísticas

Desde: 11/09/2026 Hasta: 11/10/2026

Mantenimiento por Equipo | OTs por Período | Análisis de Costos | Cumplimiento Preventivo | Disponibilidad Equipos | Inventario Repuestos | MTBF / MTTR / Dispon. | Tiempos por Etapa

96.5%	11	10
DISPONIBILIDAD PROMEDIO DEL PARQUE	FALLAS CORRECTIVAS (PERIODO)	FALLAS REALES (CUENTAN MTBF)
1	21	Exportar CSV (Cap. IV)
EXCLUIDAS POR GARANTÍA 72H (R3)	EQUIPOS EVALUADOS	

Definiciones: OT correctiva completada (sin orden preventiva asociada; tipo_origen_ot != 'Programado') · Fallas reales = fallas correctivas menos reincidencias en ventana de garantía (Regla 3: ventana_garantia_reparacion=True no es falla nueva) · MTBF = horas operativas / fallas reales — horas operativas = horas calendario − MDT válido · MTTR = suma de horas de reparación ACTIVAS / nº de OTs completadas válidas (Regla 6: excluye excluida_de_MTTR=True; Reglas 11-14: activas = brutas − max(tiempo_pausa_acumulado, espera bitácora), sin doble conteo — v2.1.3) · Disponibilidad = (horas calendario − MDT válido) / horas calendario × 100 (%). Unidad: horas. Motor v2.1.3

Reglas v2.1 aplicadas al periodo: R3 (garantía 72h): ventana_garantia_reparacion=True → fuera del denominador MTBF — total excluidas: 1. · R6 (cierre administrativo): excluida_de_MTTR=True → fuera del promedio MTTR — total excluidas MTTR: 1. · R4 (MDT): mdt_excluido_disponibilidad=True → MDT no suma a indisponibilidad; Baja_Equipo SÍ suma — MDT excluido: 1.2 h. · R11-14 (horas activas): MTTR usa activas: brutas − max(tiempo_pausa_acumulado, espera de repuestos por bitácora) — piso sin doble conteo (v2.1.3)

EQUIPO	TIPO	FALLAS	FALLAS REALES	EXCL. GARANTÍA	HORAS REP. ACTIVAS	OPER
Autoclave Steris Amsco 3043	Otro	0	**0**	0	0.0	

EQUIPO	TIPO	FALLAS	FALLAS REALES	EXCL. GARANTÍA	HORAS REP. ACTIVAS	OPER
Balanza Analítica Sartorius	Otro	0	**0**	0	0.0	
Bomba de Infusión B. Braun	Otro	0	**0**	0	0.0	
Centrífuga Eppendorf	Centrífuga	0	**0**	0	0.0	
Centrífuga Eppendorf 5424	Otro	0	**0**	0	0.0	
Desfibrilador Zoll R Series	Otro	0	**0**	0	0.0	
Electrocardiógrafo GE MAC 2000	Otro	0	**0**	0	0.0	
Microscopio Olympus CX23	Otro	0	**0**	0	0.0	
Monitor Signos Vitales	Monitor	0	**0**	0	0.0	
Monitor Signos Vitales Mindray	Otro	0	**0**	0	0.0	
Microscopio Olympus	Microscopio	1	**1**	0	0.5	
Electrocardiógrafo GE	Electrocardiógrafo	1	**1**	0	0.5	
Máquina de Hemodiálisis	Hemodiálisis	1	**1**	0	2.0	

EQUIPO	TIPO	FALLAS	FALLAS REALES	EXCL. GARANTÍA	HORAS REP. ACTIVAS	OPER
Autoclave Steris	Autoclave	1	**1**	0	1.5	
Balanza Analítica	Balanza	1	**1**	0	1.5	
Ventilador Mecánico	Ventilador	1	**1**	0	1.5	
Bomba de Infusión 1	Bomba de Infusión	2	**1**	1	3.0	
Equipo de Rayos X	Rayos X	1	**1**	0	2.5	
Desfibrilador Zoll	Desfibrilador	0	**0**	0	0.0	
Resonancia Magnética	Resonancia	1	**1**	0	0.0	
Ecógrafo 4D	Ecógrafo	1	**1**	0	0.0	

Agregado por Tipo de Equipo

TIPO DE EQUIPO	EQUIPOS	FALLAS	FALLAS REALES	EXCL. GARANTÍA	MTBF (H)	MTTR (H)	DISPON
Autoclave	1	1	1	0	717.0	1.5	99.6%
Balanza	1	1	1	0	717.0	1.5	99.6%
Bomba de Infusión	1	2	1	1	714.0	1.5	99.2%
Centrífuga	1	0	0	0	—	—	100%
Desfibrilador	1	0	0	0	—	—	86.2%

TIPO DE EQUIPO	EQUIPOS	FALLAS	FALLAS REALES	EXCL. GARANTÍA	MTBF (H)	MTTR (H)	DISPON
Ecógrafo	1	1	1	0	450.0	0.0	62.5%
Electrocardiógrafo	1	1	1	0	718.0	0.5	99.7%
Hemodiálisis	1	1	1	0	717.5	2.0	99.7%
Microscopio	1	1	1	0	718.2	0.5	99.8%
Monitor	1	0	0	0	—	—	100%
Otro	8	0	0	0	—	—	100%
Rayos X	1	1	1	0	712.0	2.5	98.9%
Resonancia	1	1	1	0	592.0	—	82.2%
Ventilador	1	1	1	0	716.0	1.5	99.4%