CMMS-BioAI TEST

Reportes y Estadísticas

Desde: 11/09/2026 Hasta: 11/10/2026

Mantenimiento por Equipo | OTs por Período | Análisis de Costos | Cumplimiento Preventivo | Disponibilidad Equipos | Inventario Repuestos | MTBF / MTTR / Dispon. | Tiempos por Etapa

16	1.07	0.52	16.7	18.8%
OTS DEL PERIODO	MTTA PROMEDIO (H)	REACCIÓN PROMEDIO (H)	REPARACIÓN ACTIVA (H)	TASA DE CANCELACIÓN

1	Exportar CSV (Cap. IV)
REINCIDENCIAS (6.2%)	

Definiciones (cadena de sellos de tiempo del flujo): MTTA = creación de la OT → asignación de técnico (promedio, horas) · Reacción = asignación → inicio del trabajo en sitio (promedio, horas) · Reparación bruta = inicio del trabajo → resolución (promedio, horas) · Espera repuesto = intervalos en estado 'Esp. Repuesto' según bitácora (promedio, horas) · OTs canceladas / OTs creadas × 100 · OTs que nacieron como reincidencia (parent_ot_id) / OTs creadas × 100 — indicador de fallas crónicas.

OT	EQUIPO	TIPO	ESTADO	HASTA ASIGNACIÓN (H)	REACCIÓN (H)	REPARACIÓN BRUTA (H)	ESPERA REPUESTO (H)	REPARACIÓN ACTIVA (H)	SEC.
#101	Bomba de Infusión 1	Falla en motor	Completada	1	0.5	1.5	0	1.5	—
#102	Bomba de Infusión 1	Reincidencia falla motor	Completada	1	0.5	1.5	0	1.5	2
#103	Monitor Signos Vitales	Monitor no enciende	Cancelada	0.5	—	—	0	—	—
#104	Monitor Signos Vitales	Alarma de obstrucción	Cancelada	0.33	0.17	0.25	0	0.25	—
#105	Ecógrafo 4D	Falla tarjeta procesamiento	Completada	2	0.5	267.5	267.5	0	—
#106	Equipo de Rayos X	Falla en mesa	Completada	1	0.5	6.5	4	2.5	—
#107	Máquina de Hemodiálisis	Paro durante tratamiento	Completada	0.25	0.25	2	0	2	—
#108	Resonancia Magnética	Falla criogénica	Completada	4	2	122	0	122	—
#109	Ventilador Mecánico	Falla de compresión	Completada	2	0.5	1.5	0	1.5	—
#110	Desfibrilador Zoll	No carga batería	Cancelada	1	0.5	97.5	0	97.5	—
#111	Centrífuga Eppendorf	Mantenimiento Preventivo	Completada	0	0.5	1	0	1	—
#112	Autoclave Steris	Falla de puerta	Completada	1	0.5	1.5	0	1.5	—
#113	Microscopio Olympus	Lámpara fundida	Completada	1	0.25	0.5	0	0.5	—
#114	Balanza Analítica	Desviación de calibración	Completada	1	0.5	1.5	0	1.5	—
#115	Electrocardiógrafo GE	Error de software	Completada	1	0.5	0.5	0	0.5	—
#116	Balanza Analítica	Correctivo	En Proceso	0	0.16	—	0	—	—