

KẾ HOẠCH XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG (VERIFICATION)

XÉT NGHIỆM BÁN ĐỊNH LƯỢNG IgE ĐẶC HIỆU – ALLOVIEW 2.0 (108 DỊ NGUYÊN)

1. Thông tin chung:

- Tên xét nghiệm: MAX108 DỊ NGUYÊN (AdvanSure™ AlloSerren Max 108 Panel).
- Số lượng dị nguyên: 112 dị nguyên.
- Nguyên lý: dựa trên cơ sở của xét nghiệm miễn dịch enzyme.
- Loại mẫu: Huyết thanh/huyết tương người.
- Thiết bị phân tích: Hệ thống AdvanSure™ AlloView 2.0.
- Đơn vị: Khoa Vi sinh - Miễn dịch.
- Nơi thực hiện: Phòng Miễn dịch.
- Hình thức đánh giá: Xác nhận giá trị sử dụng (Verification).

2. Căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng

- ISO 15189:2022 – Medical laboratories – Requirements for quality and competence.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT – Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm.
- Hướng dẫn sử dụng Bộ kit thuốc thử IVD để xét nghiệm dị ứng: AdvanSure™ AlloScreen Max108 Panel của nhà sản xuất Invitros Co., Ltd.
- Hồ sơ đào tạo và năng lực nhân sự liên quan.

3. Mục đích xác nhận giá trị sử dụng

- Xác nhận rằng xét nghiệm Max108 dị nguyên (AlloView 2.0) khi triển khai tại phòng xét nghiệm:
 - + Được vận hành đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - + Cho kết quả ổn định, lặp lại và phù hợp với mục đích sử dụng lâm sàng.
 - + Đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo ISO 15189, QĐ 2429 trước khi đưa vào sử dụng thường quy.

4. Phạm vi xác nhận

- Áp dụng cho toàn bộ 112 dị nguyên trong bộ xét nghiệm AlloView 2.0.
- Thực hiện trên mẫu kiểm soát chất lượng đã chuẩn bị.

5. Đặc tính phân tích được xác nhận

5.1. Độ lặp (Repeatability)

- Độ lặp được đánh giá thông qua việc lặp lại xét nghiệm trong cùng ngày, trên 05 mẫu, mỗi mẫu thực hiện 02 lần trong ngày ($5 \times 2/\text{ngày}$), trong điều kiện không thay đổi về hệ thống, người thao tác và hóa chất.
- Tiêu chí chấp nhận:

+ $\%CV \leq$ giới hạn do nhà sản xuất công bố, trong trường hợp nhà sản xuất không quy định cụ thể, áp dụng $\%CV \leq 10\%$ đối với xét nghiệm bán định lượng.

+ Tỷ lệ độ lặp đạt $\geq 95\%$ theo quy ước của phòng xét nghiệm, trong đó các kết quả được coi là đạt khi kết quả lặp lại trùng khớp giữa các lần xét nghiệm.

5.2. Độ tái lập (Reproducibility)

- Độ tái lập được đánh giá bằng cách so sánh kết quả phân loại (Class) của cùng một mẫu giữa các lần xét nghiệm được thực hiện trong điều kiện thay đổi (khác ngày hoặc khác người thao tác), với kết quả đã thực hiện trước đó của cùng mẫu.

- Tiêu chí chấp nhận:

+ Tỷ lệ số lượng mẫu có kết quả giống nhau đạt $\geq 95\%$.

+ Trường hợp xuất hiện chênh lệch phân độ không quá ± 1 mức (Class) được coi là nằm trong giới hạn chấp nhận đối với đánh giá độ tái lập của xét nghiệm bán định lượng.

+ Chênh lệch từ ± 2 mức phân độ trở lên được xem là không đạt.

5.3. Khả năng phân loại và khoảng báo cáo kết quả

- Đánh giá khả năng phân loại kết quả theo các mức phân loại do nhà sản xuất quy định.

- Xác nhận không xuất hiện kết quả bất thường ngoài khoảng đo công bố.

5.4. Kiểm soát chất lượng và độ ổn định hệ thống

- Theo dõi kết quả nội bộ trong quá trình xác nhận giá trị sử dụng.

- Đánh giá sự ổn định hệ thống qua các ngày chạy.

- Tiêu chí chấp nhận: Kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của phòng xét nghiệm và nhà sản xuất.

5.5. Đánh giá tổng thể 108 dị nguyên

- Tổng số dị nguyên đánh giá: 112.

- Tiêu chí chấp nhận: tỷ lệ độ lặp và độ tái lập $\geq 95\%$ dị nguyên được đánh giá là đạt.

6. Thiết kế và phương pháp thực hiện

6.1. Mẫu đánh giá

- Mẫu đã biết trước giá trị: tối thiểu 5 mẫu.

6.2. Số lần và thời gian thực hiện

- Thực hiện trong tối thiểu 3 ngày khác nhau. Mỗi ngày thực hiện 2 lần phân tích.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/01/2026 đến 15/01/2026.

6.3. Nhân sự thực hiện

- Kỹ thuật viên đã được đào tạo về quy trình vận hành thiết bị.

- Người phụ trách chuyên môn giám sát và phê duyệt.

7. Phân tích và xử lý số liệu

- Số liệu thu thập trong quá trình đánh giá được tổng hợp, xử lý và phân tích bằng phần mềm Microsoft Excel kết hợp với phần mềm quản lý phòng xét nghiệm.
- Các chỉ số được sử dụng để đánh giá bao gồm:
 - + Số lượng và tỷ lệ (%) dị nguyên có kết quả phù hợp và không phù hợp theo tiêu chí đánh giá độ lặp và độ tái lặp.
 - + Giá trị %CV, được tính trên tín hiệu hệ thống/mẫu kiểm soát, nhằm đánh giá độ lặp và độ ổn định của hệ thống xét nghiệm.
 - + Mức độ phù hợp của kết quả xét nghiệm giữa các lần đánh giá, bao gồm các trường hợp kết quả trùng khớp hoặc chênh lệch nằm trong giới hạn chấp nhận theo tiêu chí đã thiết lập.

8. Tiêu chí chấp nhận chung

- Xét nghiệm được chấp nhận đưa vào sử dụng thường quy khi:
 - + Các đặc tính xác nhận đạt tiêu chí đề ra.
 - + Không ghi nhận sai lệch nghiêm trọng ảnh hưởng đến diễn giải lâm sàng.

9. Báo cáo và lưu trữ hồ sơ

- Lập Báo cáo xác nhận giá trị sử dụng kèm theo dữ liệu chứng minh.
- Hồ sơ lưu trữ bao gồm:
 - + Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng.
 - + Phiếu kết quả, dữ liệu thô.
 - + Bảng tổng hợp, biểu đồ (nếu có).
 - + Biên bản đánh giá và phê duyệt.
- Thời gian lưu trữ hồ sơ: theo quy định QĐ-2429 và quy định nội bộ phòng xét nghiệm.

10. Phê duyệt

- Người lập kế hoạch: CNXN. Nguyễn Gia Khang.
- Người rà soát: CKI.XN. Nguyễn Thái Hòa.
- Người phê duyệt: Ths. Nguyễn Thị Bình.

“Tài liệu này là một phần của hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Được sử dụng phục vụ đánh giá nội bộ và QĐ 2429”.

Gia Lai, ngày 01 tháng 01 năm 2026

Người lập kế hoạch



CNXN. Nguyễn Gia Khang

Người rà soát



CKI.XN. Nguyễn Thái Hòa

Người phê duyệt



Ths. Nguyễn Thị Bình

