

[illegible]

1. Mục đích

Quy trình này đưa ra các quy định nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện môi trường luôn tối ưu cho hoạt động xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng
- QLKT: Quản lý kỹ thuật

5. Nội dung thực hiện

STT	Nội dung công việc	Biểu mẫu/hồ sơ
5.1. Quy định ra vào khu vực xét nghiệm		
5.1.1. Đối với nhân viên Khoa		
1	Lãnh đạo Khoa phải phê duyệt ban hành biểu mẫu “Quy định ra vào khu vực xét nghiệm” và để ở vị trí dễ quan sát.	XN-BM 5.12.1/01
2	Khoa Vi sinh-Miễn dịch phải có khóa, chỉ nhân viên của Khoa được giữ chìa khóa. Trong trường hợp bị mất khóa, nhân viên phải báo ngay cho QLCL để có biện pháp xử lý phù hợp.	
3	Phải ghi chép vào “Nhật ký ra vào khu vực xét nghiệm”.	XN-BM 5.12.1/02
4	Quy định làm việc ngoài giờ và trực khi nghỉ lễ: Theo quy định của bệnh viện.	
5	Tuân thủ quy định và quy trình về an toàn lao động và an toàn sinh học.	
6	Kiểm tra lại các trang thiết bị xét nghiệm trước khi rời khỏi khoa, tắt nguồn các thiết bị điện trong khu vực xét nghiệm và khu vực hành chính trong khoa	

	(máy tính, quạt thông gió, điều hòa, ...) theo quy định của bệnh viện.										
5.1.2. Đối với nhân viên của khoa khác/người đến học, thực tập											
1	Phải tuân thủ quy định của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.										
5.1.3. Khách tham quan/liên hệ công tác với Khoa											
1	Nhân viên Khoa phải giới thiệu các quy định cần thiết và trực tiếp hướng dẫn trong quá trình khách có mặt tại Khoa.										
2	Khách phải tuân thủ các quy định đã được hướng dẫn.										
5.2. Kiểm soát điều kiện môi trường											
1	Điều kiện môi trường của khu vực xét nghiệm được kiểm soát thông qua hai thông số là nhiệt độ và độ ẩm.										
2	Nếu các phòng có nhiều thiết bị có khoảng nhiệt độ/độ ẩm khác nhau thì nhiệt độ/độ ẩm kiểm soát dựa trên biên độ dao động nhỏ nhất của nhiệt độ/độ ẩm giữa các chủng loại thiết bị khác nhau.										
	<i>Bảng quy định dải nhiệt độ/độ ẩm các phòng</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Phòng</th><th>Nhiệt độ</th><th>Độ ẩm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phòng xét nghiệm</td><td>21-24⁰C</td><td>45-70%</td></tr> <tr> <td>Phòng sạch</td><td>22-25⁰C</td><td>45-60%</td></tr> </tbody> </table>		Phòng	Nhiệt độ	Độ ẩm	Phòng xét nghiệm	21-24 ⁰ C	45-70%	Phòng sạch	22-25 ⁰ C	45-60%
Phòng	Nhiệt độ	Độ ẩm									
Phòng xét nghiệm	21-24 ⁰ C	45-70%									
Phòng sạch	22-25 ⁰ C	45-60%									
3	Người được phân công theo dõi điều kiện môi trường sẽ ghi lại các thông số môi trường vào đầu giờ hàng ngày trước khi bắt đầu làm việc theo biểu mẫu theo dõi điều kiện môi trường.	XN-BM 5.12.1/03									
4	Biểu mẫu theo dõi điều kiện môi trường được đặt tại địa điểm cần kiểm soát. Khi đã điền đầy đủ thông tin thì chuyển vào lưu giữ trong tập hồ sơ “Theo dõi môi trường” .										

5	Khi nhiệt độ, độ ẩm phòng xét nghiệm vượt quá khoảng cho phép, phải ghi nhận sự không phù hợp và xử lý theo quy trình mã số: XN-QTQL 5.10.1.	
6	Mỗi nhân viên sẽ thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo tùy theo đặc tính kỹ thuật và tác nhân gây bệnh.	
7	Khoa nếu không có nhân viên chuyên vệ sinh thì phải có lịch phân công vệ sinh hàng ngày hoặc hàng tuần.	
8	Loại bỏ rác thải ra khỏi khu vực xét nghiệm vào cuối mỗi ngày làm việc.	

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ “Theo dõi môi trường”. Thời gian lưu 5 năm.

- Quy định ra vào khu vực xét nghiệm XN-BM 5.12.1/01
- Nhật ký ra vào phòng xét nghiệm XN-BM 5.12.1/02
- Biểu mẫu theo dõi điều kiện môi trường XN-BM 5.12.1/03
- Biểu mẫu đăng ký sử dụng thiết bị XN-BM 5.12.1/04
- Biểu mẫu giao nhận chìa khóa XN-BM 5.12.1/05

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn XN-QTQL 5.2.2
- Quy trình sự không phù hợp XN-QTQL 5.10.1
- Quy trình hành động phòng ngừa XN-QTQL 5.10.2
- Quy trình quản lý hồ sơ XN-QTQL 5.2.3
- Quy trình hướng dẫn an toàn XN-QTQL 5.12.2
- Quy trình quản lý thông tin XN-QTQL 5.8.1

8. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phiên bản: 1.0	Trang 4/5
Ngày ban hành:/01/2026	

- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

<i>Phiên bản: 1.0</i>	<i>Trang 5/5</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	