



Mã số: **XN-QTQL 5.12.4**
 Lần ban hành: 01
 Ngày ban hành: .../01/2026
 Số trang: 06

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts Vũ Tuấn Anh
Ký tên			 
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	05/01/2026	10/01/2026	21.../01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn đánh giá và kiểm soát các nguy cơ về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho Khoa Vi sinh-Miễn dịch, Bệnh viện Phong-Da Liễu TW Quy Hòa

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên của Khoa phải tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt**4.1. Định nghĩa**

- Nguy cơ: Là khả năng xảy ra một sự kiện không mong muốn, liên quan đến một mối nguy hiểm cụ thể gây nên hậu quả.

$$\text{Nguy cơ} = \text{Khả năng xảy ra} \times \text{Hậu quả}$$

- Đánh giá nguy cơ: Là quá trình nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát thích hợp.

4.2. Các chữ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng
- QLKT: Quản lý kỹ thuật
- KTV: Kỹ thuật viên
- PXN: Phòng xét nghiệm
- TNGB: Tác nhân gây bệnh

5. Nội dung thực hiện**5.1. Các yếu tố nguy cơ và biện pháp kiểm soát**

Các yếu tố nguy cơ	Nguy cơ	Biện pháp kiểm soát
<i>Tác nhân vi sinh vật</i> Thuộc nhóm nguy cơ VSV nhóm 1 và 2	Không hoặc có thể gây bệnh cho người qua các đường tiêu hóa và hô hấp, đường máu, qua da hoặc niêm mạc	- Đeo khẩu trang, găng tay khi làm việc. - Sử dụng đồ bảo hộ lao động. - Thao tác cẩn thận đúng quy trình kỹ thuật. - Có biện pháp khử nhiễm thích hợp. - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh PXN đúng quy định.
<i>Thao tác, kỹ thuật:</i> - Thao tác hút, thả pipet. - Thao tác rút máu và bơm máu vào ống nghiệm. - Thao tác đóng mở máy ly tâm. - Thao tác đóng mở nồi hấp. Quá trình thu gom chất thải	- Tạo ra khí dung và có thể văng bắn hóa chất, bệnh phẩm. - Bị vật sắc nhọn đâm vào.	- Có quy trình hướng dẫn các kỹ thuật và cách sử dụng các thiết bị cụ thể. - Rút máu nhẹ nhàng, bơm máu từ từ. - Sử dụng pipet, nồi hấp tiệt trùng và máy ly tâm theo đúng quy trình sử dụng. - Tuân thủ quy trình kỹ thuật. - Phân loại rác thải đúng quy định. - Đặt giấy thấm ở khu vực làm việc.

Trang thiết bị Các loại máy xét nghiệm. - Pipet. - Máy ly tâm - Nồi hấp tiệt trùng.	Trong quá trình sử dụng các thiết bị có thể tạo ra khí dung hoặc văng bắn hóa chất, bệnh phẩm.	- Có bảng hướng dẫn sử dụng. - Tuân thủ quy trình sử dụng các trang thiết bị. - Vệ sinh dụng cụ, máy móc trước và sau mỗi ngày làm việc.
Nhân sự	- Thao tác kỹ thuật không cẩn thận. - Sức khỏe nhân viên kém. - Thiếu kinh nghiệm làm việc.	- Tuân thủ các quy trình kỹ thuật xét nghiệm. - Được tập huấn về ATSH và các kỹ thuật xét nghiệm. - Tiêm phòng hoặc điều trị dự phòng phù hợp. - Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

5.2 Đánh giá các yếu tố nguy cơ

Ma trận nguy cơ được sử dụng để đánh giá và phân loại mức độ của nguy cơ xác định được. Ma trận nguy cơ là một bảng, thể hiện sự tương tác giữa các mức độ của hậu quả và khả năng xảy ra khác nhau, tạo thành mức độ nguy cơ. Ma trận nguy cơ được chia ra làm nhiều loại phụ thuộc vào việc phân chia mức độ của hậu quả và khả năng xảy ra. Ví dụ như ma trận nguy cơ 3x3, hoặc 5x5... Dưới đây là ví dụ về ma trận nguy cơ (3x3)

Phiên bản: 2.0	Trang 4/7
Ngày ban hành: .../01/2026	

Bảng 1. Ví dụ về ma trận nguy cơ (3x3)

Khả năng xảy ra	Hậu quả		
	<i>Nhẹ</i>	<i>Trung bình</i>	<i>Nặng</i>
<i>Chắc chắn</i>	Trung bình	Cao	Cao
<i>Có khả năng</i>	Thấp	Trung bình	Cao
<i>Hiếm khi</i>	Thấp	Thấp	Trung bình

- Trong đó, mức độ về khả năng xảy ra và hậu quả sẽ do nhóm đánh giá cân nhắc và quyết định. Dưới đây là ví dụ về phân loại, mô tả các mức độ của khả năng xảy ra và hậu quả như sau:

Bảng 2. Ví dụ về phân loại và mô tả các mức độ của khả năng xảy ra

Khả năng xảy ra	Mô tả/định nghĩa	Ví dụ về tần suất xảy ra
Hiếm khi	Sự kiện chỉ xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt	10 năm: < 1 lần
Có khả năng	Sự kiện có khả năng xảy ra trong hầu hết các trường hợp	5 năm: ≥ 1 lần
Chắc chắn	Sự kiện dự kiến sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp	1 năm: ≥ 1 lần

Bảng 3. Ví dụ về phân loại và mô tả các mức độ của hậu quả

Hậu quả	Mô tả
Nhẹ	Tai nạn nhỏ, sự cố tràn đổ hoặc lỗi thiết bị, hệ thống, có thể tự giải quyết mà không cần hỗ trợ.

Trung bình	Tai nạn gây ra thương tích nhẹ hoặc bị phơi nhiễm và yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài.
Nặng	Tai nạn nghiêm trọng, bị lây nhiễm có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Bảng 4. Ví dụ về phân loại và mô tả mức độ nguy cơ

Nguy cơ	Mô tả
Thấp	Nguy cơ có thể chấp nhận được nếu được quản lý theo các quy trình quản lý sẵn có và giám sát thường xuyên.
Trung bình	Nguy cơ có thể chấp nhận được nhưng cần bổ sung các biện pháp kiểm soát nguy cơ.
Cao	Nguy cơ không chấp nhận được và yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát để làm giảm nguy cơ.

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ CSVC và an toàn

- Phiếu đánh giá nguy cơ trong PXN XN-BM 5.12.4/01

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn XN-QTQL 5.2.2
 - Quy trình sự không phù hợp XN-QTQL 5.10.1
 - Quy trình hành động phòng ngừa XN-QTQL 5.10.2
 - Quy trình quản lý hồ sơ XN-QTQL 5.2.3
 - Quy trình hướng dẫn an toàn XN-QTQL 5.12.2
 - Quy trình quản lý thông tin XN-QTQL 5.8.1

8. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phiên bản: 2.0	Trang 6/7
Ngày ban hành: .../01/2026	

- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 7/7</i>
<i>Ngày ban hành: .../01/2026</i>	