

	BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIÊU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH	Mã số: XN-QTQL 5.8.5 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: .../01/2026 Số trang: 10
	QUY TRÌNH NỘI KIỂM TRA XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH VÀ BÁN ĐỊNH LƯỢNG	

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			 
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	01/01/2026	09/01/2026	20../01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

TT	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Người sửa	Ngày sửa

1.Mục đích

Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính và bán định lượng	Mã số: XN-QTQL 5.8.5
--	----------------------

- Mô tả quy trình thực hiện nội kiểm xét nghiệm định tính và bán định lượng tại Khoa Vi sinh-Miễn dịch, Bệnh viện Phong-Da liễu TW quy Hòa

2. Phạm vi áp dụng

- Cán bộ nhân viên khoa Vi sinh-Miễn dịch
- Cán bộ nhân viên tham gia trực, học viên tại Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

- Nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện các thao tác liên quan đến xét nghiệm đều phải tuân thủ đúng quy trình.
- Cán bộ QLCL, nhóm trưởng các nhóm chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy trình.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

- IQC: Nội kiểm tra chất lượng (Internal Quality Control)
- QLCL: Quản lý chất lượng.
- QC: Quality control (Vật liệu kiểm tra chất lượng).
- XN: Xét Nghiệm.
- BM: Biểu mẫu

5. Các bước thực hiện của quy trình.

Nội dung thực hiện của quy trình.Các bước	Mô tả/ Nội dung	Trách nhiệm/ Biểu mẫu
5.1	Thực hiện nội kiểm	
5.1.1	- Tất cả các lô thuốc thử mới phải được kiểm tra bằng các mẫu chứng dương, chứng âm, nội kiểm bán định lượng trước khi đưa vào sử dụng.	Tất cả nhân viên
5.1.2	- Ghi lại tất cả các kết quả thử nghiệm chứng âm, chứng dương và bán định lượng trong “Sổ theo dõi và đánh giá nội kiểm định tính”; “Sổ theo dõi và đánh giá nội kiểm bán định lượng”	Tất cả nhân viên XN-BM 5.8.5/01 XN-BM 5.8.5/02

Phiên bản: 2.0	Trang 2/5
Ngày ban hành:/01/2026	

Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính và bán định lượng		Mã số: XN-QTQL 5.8.5
5.1.3	- Chỉ khi kết quả chứng âm, chứng dương, nội kiểm bán định lượng trong dải cho phép đạt thì kết quả xét nghiệm mới được duyệt. Khi kết quả các chứng âm, chứng dương và bán định lượng không đạt, phải báo cáo cho người giám sát, tạm dừng việc trả kết quả xét nghiệm, phải tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục và thực hiện lại mẫu chứng. Ghi lại tất cả các hành động khắc phục trong “Sổ theo dõi sự cố nội kiểm định tính, bán định lượng”.	Tất cả nhân viên XN-BM 5.8.5/03
5.2	<i>Tần suất chạy QC</i>	
5.2.1	- Với các xét nghiệm định tính như ASLO, RF mẫu chứng âm và chứng dương được thực hiện lần đầu khi mở lọ hóa chất và làm trước mỗi khi thực hiện trên mẫu bệnh nhân (1 lần/1 ngày). - Với các xét nghiệm test nhanh thực hiện mẫu chứng âm và chứng dương lần đầu khi mở hộp test. - Với xét nghiệm nước tiểu phải thực hiện nội kiểm hằng ngày.	Tất cả nhân viên

6. Lưu trữ hồ sơ.

- Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ nội kiểm chất lượng và sổ lưu dữ liệu nội kiểm. Thời gian lưu 20 năm.

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu
1.	Sổ theo dõi và đánh giá nội kiểm định tính	XN-BM 5.8.5/01
2.	Sổ theo dõi và đánh giá nội kiểm xét bán định lượng	XN-BM 5.8.5/02

Phiên bản: 2.0	Trang 3/5
Ngày ban hành:/01/2026	

Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính và bán định lượng		Mã số: XN-QTQL 5.8.5
3.	Số theo dõi sự cố nội kiểm định tính, bán định lượng	XN-BM 5.8.5/03

7. Tài liệu liên quan

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu
1.	Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.3
2.	Quy trình quản lý hồ sơ	XN-QTQL 5.2.3
3.	Hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn	XN-HDCV.01
4.	Hướng dẫn pha, bảo quản, sử dụng vật liệu chuẩn (Calibrator)	XN-HDCV.10
5.	Hướng dẫn pha, bảo quản, sử dụng vật liệu kiểm tra (QC)	XN-HDCV.11
6.	Hướng dẫn khắc phục sự cố nội kiểm	XN-HDCV.06

8. Tài liệu tham khảo.

- Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa- Chủ Biên: Trần Hữu Tâm, NXB Y Học.
- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

Phiên bản: 2.0	Trang 4/5
Ngày ban hành:/01/2026	

