

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỘ LẬP – ĐỘ TÁI LẬP

XÉT NGHIỆM BÁN ĐỊNH LƯỢNG IgE ĐẶC HIỆU – ALLOVIEW 2.0 (108 DỊ NGUYÊN)

1. Thông tin chung

- Tên cơ sở y tế/Bệnh viện: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.
- Khoa/Đơn vị: Khoa Vi sinh – Miễn dịch.
- Tên xét nghiệm: MAX108 DỊ NGUYÊN (AdvanSure™ AlloSerren Max 108 Panel).
- Phương pháp: Xét nghiệm bán định lượng dựa trên cơ sở của xét nghiệm miễn dịch enzyme.
- Thiết bị/Hệ thống: Hệ thống AdvanSure™ AlloView 2.0.
- Hóa chất/Sinh phẩm: Allergen-coated strip (Các thẻ xét nghiệm được phủ dị nguyên), Sample diluent (Chất pha loãng mẫu), Antibody solution (Dung dịch kháng thể), Enzyme solution (Dung dịch Enzyme), Substrate solution (Dung dịch chất nền), Wash solution (Dung dịch rửa 20X).
- Nhà sản xuất: LG Chem (Hàn Quốc).
- Số lượng dị nguyên đánh giá: 112 dị nguyên.
- Ngày thực hiện: Từ ngày 13/01/2026 đến 15/01/2026.
- Người thực hiện: CNXXN. Nguyễn Gia Khang.
- Người kiểm tra/xem xét: CKI.XN. Nguyễn Thái Hòa.
- Người phê duyệt: Ths. Nguyễn Thị Bình.

2. Căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng

- Quyết định 2429/QĐ-BYT: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học.
- Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 / ISO 15189:2022 – Phòng xét nghiệm y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực.
- Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Quy trình thao tác chuẩn (SOP) của phòng xét nghiệm.

3. Mục đích đánh giá

- Đánh giá độ lập (repeatability) và độ tái lập (reproducibility) của xét nghiệm bán định lượng trên 112 dị nguyên nhằm xác định mức độ ổn định và độ tin cậy của phương pháp trước khi sử dụng thường quy.

4. Định nghĩa và tiêu chí đánh giá

4.1. Độ lặp (Repeatability)

- Là mức độ phù hợp giữa các kết quả khi xét nghiệm cùng một dị nguyên trong cùng điều kiện (thiết bị, hóa chất, người thực hiện, thời gian).
- Tiêu chí chấp nhận: $CV\% \leq$ giới hạn do nhà sản xuất công bố hoặc $\leq 10\%$ đối với xét nghiệm bán định lượng, tỷ lệ độ lặp đạt $\geq 95\%$ theo quy ước của phòng xét nghiệm.

4.2. Độ tái lặp (Reproducibility)

- Là mức độ phù hợp của kết luận xét nghiệm (Đạt/Không đạt) giữa các lần thực hiện khác nhau.
- Tiêu chí chấp nhận: Chênh lệch kết quả ≤ 1 mức phân độ, kết luận giống nhau giữa các lần thực hiện và tỷ lệ độ tái lặp đạt $\geq 95\%$.

5. Phương pháp thực hiện

- Thực hiện xét nghiệm bán định lượng trên 112 dị nguyên theo đúng SOP.
- Ghi nhận kết quả phân độ và kết luận cho từng dị nguyên.
- So sánh kết quả giữa các lần đo để đánh giá độ lặp và độ tái lặp theo tiêu chí đã xác định.

6. Kết quả đánh giá

6.1. Kết quả độ lặp

- Đánh giá được thực hiện trên 112 dị nguyên, trong đó 111 dị nguyên có kết quả lặp lại phù hợp giữa các lần xét nghiệm, chiếm 99.11%. Có 01 dị nguyên xuất hiện sai khác, chiếm 0.89%.
- Độ lặp lại chung đạt 111/112 dị nguyên (99.11%), đáp ứng tiêu chí chấp nhận.
- Giá trị %CV thực nghiệm là 0.24%, được tính trên tín hiệu hệ thống/mẫu kiểm soát, phản ánh độ lặp và độ ổn định của hệ thống xét nghiệm.
- Kết luận: Phương pháp xét nghiệm có độ lặp lại tốt, ổn định và đáng tin cậy trong điều kiện đánh giá tại phòng xét nghiệm.

6.2. Kết quả độ tái lặp

- Đánh giá độ tái lặp được thực hiện trên tổng số 112 dị nguyên. Kết quả cho thấy 110 dị nguyên có kết quả giống nhau giữa các lần đánh giá, chiếm 98.63%.
- Có 02 dị nguyên xuất hiện chênh lệch phân độ, chiếm 1.37%, tuy nhiên mức chênh lệch không vượt quá ± 1 mức phân độ nằm trong giới hạn chấp nhận theo tiêu chí đánh giá độ tái lặp và không ảnh hưởng đến quyết định lâm sàng.
- Độ tái lặp chung của phương pháp đạt 98.63%, đáp ứng tiêu chí chấp nhận.

- Kết luận: Phương pháp xét nghiệm đáp ứng yêu cầu về độ tái lập, thể hiện tính ổn định và độ tin cậy trong điều kiện đánh giá tại phòng xét nghiệm.

7. Nhận xét – đánh giá

- Độ lặp và độ tái lập của xét nghiệm đạt tỷ lệ cao, đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 2429/QĐ-BYT và quy ước của phòng xét nghiệm.

- Các trường hợp không đạt chiếm tỷ lệ thấp và không ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy chung của phương pháp.

- Phương pháp xét nghiệm được đánh giá là ổn định, phù hợp để triển khai sử dụng thường quy tại phòng xét nghiệm.

8. Kết luận

- Xét nghiệm bán định lượng trên 112 dị nguyên đạt yêu cầu về độ lặp và độ tái lập theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng xét nghiệm hiện hành. Kết quả chứng minh phương pháp có độ ổn định và độ tin cậy phù hợp cho sử dụng trong thực hành xét nghiệm y học.

“Tiêu chí đánh giá độ lặp và độ tái lập được xây dựng nội bộ dựa trên đặc tính xét nghiệm bán định lượng và hướng dẫn của nhà sản xuất”.

9. Biểu mẫu

- Biểu mẫu kết quả đánh giá độ lặp và độ tái lập đính kèm.

Gia Lai, ngày 16 tháng 01 năm 2026

Người thực hiện



CNXN. Nguyễn Gia Khang

Người kiểm tra/xem xét



CKI.XN. Nguyễn Thái Hòa

Trưởng khoa



Ths. Nguyễn Thị Bình