



GeneCon™ kit

Cat. #	Product	Component	Size	Preps / Kit
GB-70002	GeneCon™ Kit	1. Reagent A 2. Reagent B	50 ml 5 ml	700 test

Storage: All reagents should be kept at 4°C

產品內容

此 GeneCon™ 套組是一套簡化自各種洋菜膠萃取及濃縮核酸的新式套組。此 GeneCon™ 套組可回收 50bp 至 100kb (5ng~500 μg 之質量) 的核酸，且回收率高於 80%。回收之核酸可適用於 ligation、probe labelling、restriction digestion、DNA sequencing、molecular cloning 及 RT-PCR。大中包裝各可使用 350 及 700 次以上。

需要而未提供的材料

- ☐ 酚-氯仿 (1:1)
- ☐ 絕對酒精
- ☐ 3M 醋酸鈉, pH5.2
- ☐ 液態氮
- ☐ 底部有孔以便將微量離心管浸入液態氮的杓子
- ☐ 可承受 12000xg 的微量離心管
- ☐ 聚丙烯管

保存條件

可於 4°C 保存超過一年。

切勿冷凍，溫度低於 0°C 可能發生結晶，若有結晶形成，使用前可加熱至溶解，加熱不影響萃取效果。

注意事項

使用各試劑時，請帶手套。

若試劑接觸眼睛或皮膚，請以水徹底沖洗。

本套組僅適用於研究用途，不可用於診斷用途。

從膠體中萃取核酸步驟

1. 膠體薄片切割:


以一乾淨、鋒利的刀片將含有所要 DNA 或 RNA 片段的洋菜膠區域切下，並切成小於一公厘之碎片。

2. 膠體薄片秤重:

將切下的膠體薄片，移至一 1.5 毫升的聚丙烯離心管內並秤重，每 100 毫克膠體加入 0.12~0.15 毫升 GeneCon™ 試劑 A。

3. 劇烈震盪以混合均勻，將此離心管置於底部有孔的杓子內，浸入液態氮約 3-10 秒；或 -80°C 約 20 分鐘。

4. 室溫或低溫下 12000xg 離心 5-10 分鐘，將上清液移至另一離心管。
5. (選擇性步驟): 加入等體積的酚-氯仿 (1:1)，劇烈震盪，12000xg 離心 2-5 分鐘。
6. 將含有核酸的上層溶液移至另一離心管。
 - a. 加入 1/10 倍體積 GeneCon™ 試劑 B。
 - b. 加入 1/10 倍體積 3M 醋酸鈉, pH5.2。
 - c. 加入 2 倍體積絕對酒精。
 - d. 混合均勻。
7. 浸於液態氮 3-10 秒或 -80°C，20 分鐘。
8. 12000xg 離心 10 分鐘。
9. 移去上清液，再以 75% 酒精清洗核酸沉澱物，離心 2 分鐘。
10. 以加熱板或離心真空乾燥核酸。
11. 以無菌水或 1xTE 溶解成需要的濃度。





Genesis Biotech Inc.

<http://www.genesisbio.com.tw>

info@genesisbio.com.tw

TEL: +886-2-89191730

FAX: +886-2-89191725

Date: 09/10/2008

問題排除

■產率低的可能原因:

洋菜膠薄片和 GeneCon™ 試劑 A 混合不完全, 若膠體碎片越小, 則產率越高; 若膠體薄片總質量較大(>250mg), 可用牙籤將膠體和試劑 A 混合完全。

■若離心管浸於液態氮後, 於室溫下蓋子彈開, 可能原因如下:

管內產生較高壓力, 再置入液態氮前可將蓋子打開一下子再蓋緊, 即可解決該問題。