7. 자동심장충격기 자체 점검 체크리스트(매월 1회)[4]

자동심장충격기 자체 점검 체크리스트			
장비정보	제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :		
장비유지기간	장비구매일자 : 년 월 일 본체유효사용가능기한 : 년 월 일 교체예정일자 : 년 월 일		
설치위치			
연번	점검항목	점검결과	
		이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인		
	① 전원 표시 상태등 점멸		
	② 환자 부착용 패드 유무		
	• 패드 교체 예정일자 : 년 월 일		
	③ 건전지 충전 상태		
	• 건전지 교체 예정일자 : 년 월 일		
2	본체 및 부속물 청결 및 손상상태		
3	보관함 상태		
	① 도난경보장치 작동 여부		
	② 보관함 각종 안내문구상태		
	③ 비상연락망 표시 여부		
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부		
	⑤ 환자부착용 패드 및 건전지 유효기간 표시 여부		
4	자동심장충격기 위치안내 표시		
	① 기관(건물) 입구 안내 표지		
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지		
5	지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)	있음	없음
	• 사용일시 : 년 월 일 (시각 :) • 사용자 : • 사용내용 :		
6	관리서류 작성 및 비치 여부		
7	관리자 변경사항	있음	없음
	① 관리자 이름 : 관리자 전화번호(비상연락처) : 010-0000-0000		
8	장비 사용 가능 시간		
	① 24시간 이용 가능 ② 24시간 사용 불가		
	점검일 : 년 월 일 점검자 : (서명)		

4) 중앙응급의료센터(https://portal.nemc.or.kr)-자동심장충격기(AED)관리탭에서 직접 입력 가능