


AIER EYE HOSPITAL (EAST OF CHENGDU)

姓名: wangchengju, 王成菊 ID: 200107113310 出生日期: 1953-11-13 检查日期: 2020-01-07 手术医生: SQ				公式: Haigis 目标屈光度: 0 D n: 1.3375					
OD 右		AL: 23.55 mm (SNR = 338.4) K1: 41.46 D / 8.14 mm @ 2° K2: 42.56 D / 7.93 mm @ 92° R / SE: 8.04 mm / 42.01 D Cyl.: -1.10 D @ 2° ACD: 2.98 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				OS 左			
Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I		Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I			
A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920		A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920			
A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400		A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400			
A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100		A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
				24.5	-1.17	23.5	-1.02		
				24.0	-0.80	23.0	-0.64		
				23.5	-0.43	22.5	-0.26		
				23.0	-0.06	22.0	0.11		
				22.5	0.30	21.5	0.48		
				22.0	0.65	21.0	0.84		
				21.5	1.00	20.5	1.20		
				正视IOL: 22.91		正视IOL: 22.15			
Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF		Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF			
A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769		A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769			
A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234		A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234			
A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217		A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
				23.25	-0.53	25.0	-1.23		
				23.0	-0.34	24.5	-0.86		
				22.75	-0.16	24.0	-0.49		
				22.5	0.02	23.5	-0.13		
				22.25	0.21	23.0	0.22		
				22.0	0.39	22.5	0.57		
				21.75	0.57	22.0	0.92		
				正视IOL: 22.53		正视IOL: 23.31			

(* = 手动更改, ! = 值不可靠)