


AIER EYE HOSPITAL (EAST OF CHENGDU)

姓名: <b>hedaofa, 何道发</b> ID: 200108116394 出生日期: 1953-05-06 检查日期: 2020-01-08 手术医生: <b>SQ</b>				公式: Haigis 目标屈光度: 0 D n: 1.3375					
对AL测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。									
OD		AL: 23.08 mm (SNR = 126.3) K1: 46.17 D / 7.31 mm @ 106° K2: 47.07 D / 7.17 mm @ 16° R / SE: 7.24 mm / 46.62 D Cyl.: -0.90 D @ 106° ACD: 2.62 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				OS		屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体	
Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I		Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I			
A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920		A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920			
A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400		A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400			
A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100		A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
19.5	-1.03	19.0	-1.19						
19.0	-0.67	18.5	-0.81						
18.5	-0.31	18.0	-0.44						
<b>18.0</b>	<b>0.04</b>	<b>17.5</b>	<b>-0.07</b>						
17.5	0.39	17.0	0.29						
17.0	0.74	16.5	0.65						
16.5	1.08	16.0	1.00						
正视IOL: 18.06		正视IOL: 17.40							
Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF		Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF			
A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769		A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769			
A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234		A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234			
A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217		A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
18.5	-0.51	20.0	-1.15						
18.25	-0.33	19.5	-0.79						
18.0	-0.15	19.0	-0.44						
<b>17.75</b>	<b>0.03</b>	<b>18.5</b>	<b>-0.09</b>						
17.5	0.21	18.0	0.26						
17.25	0.39	17.5	0.60						
17.0	0.56	17.0	0.94						
正视IOL: 17.79		正视IOL: 18.37							

(\* = 手动更改, ! = 值不可靠)