


姓名: <b>xuguiqiong, 徐桂琼</b> ID: 201127160693 出生日期: 1949-07-16 检查日期: 2020-12-22 手术医生: <b>SQ</b>				公式: SRK(R)/T 目标屈光度: 0 D n: 1.3375					
对测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。									
OD		AL: 21.95 mm (SNR = 310.5) K1: 47.40 D / 7.12 mm @ 178° K2: 47.87 D / 7.05 mm @ 88° R / SE: 7.09 mm / 47.63 D Cyl.: -0.47 D @ 178° ACD: 2.84 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				OS		屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体	
Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I		Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I			
a常数: 118.80		a常数: 118.43		a常数: 118.80		a常数: 118.43			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
23.5	-1.04	23.0	-1.07						
23.0	-0.70	22.5	-0.73						
22.5	-0.37	22.0	-0.39						
22.0	-0.05	21.5	-0.06						
21.5	0.28	21.0	0.27						
21.0	0.60	20.5	0.60						
20.5	0.91	20.0	0.92						
正视IOL: 21.93		正视IOL: 21.41							
Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF		Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF			
a常数: 118.54		a常数: 119.00		a常数: 118.54		a常数: 119.00			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
22.25	-0.46	23.5	-0.84						
22.0	-0.29	23.0	-0.51						
21.75	-0.12	22.5	-0.18						
21.5	0.04	22.0	0.14						
21.25	0.21	21.5	0.46						
21.0	0.37	21.0	0.77						
20.75	0.53	20.5	1.08						
正视IOL: 21.56		正视IOL: 22.22							

(\* = 手动更改, != 值不可靠)