


|  |         |   |         |   |         |   |         |
|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| 姓名: <b>zhongzongyuan, 钟宗元</b><br>ID: 200103102882<br>出生日期: 1937-12-02<br>检查日期: 2020-01-03<br>手术医生: <b>SQ</b> |         |   |         | 公式: Haigis<br>目标屈光度: 0 D<br>n: 1.3375   |         |  |         |
| 对AL测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。  |         |   |         |   |         |   |         |
| OD   |         | K1: 45.06 D / 7.49 mm @ 71°<br>K2: 45.42 D / 7.43 mm @ 161°<br>R / SE: 7.46 mm / 45.24 D<br>Cyl.: -0.36 D @ 71° |         | AL: 22.91 mm (SNR = 3.6)<br>K1: 44.53 D / 7.58 mm @ 83°<br>K2: 44.88 D / 7.52 mm @ 173°<br>R / SE: 7.55 mm / 44.70 D<br>Cyl.: -0.35 D @ 83°<br>ACD: 3.51 mm |         | OS  |         |
| 右  |         |   |         |   |         | 左   |         |
| 屈光度: 0 D 0 D @ 0°<br><br>状态: 有晶状体  |         |   |         | 屈光度: 0 D 0 D @ 0°<br><br>状态: 有晶状体   |         |   |         |
| Alcon SA60AT   |         | Lenstec SOFTEC HD/I   |         | Alcon SA60AT  |         | Lenstec SOFTEC HD/I   |         |
| A0 Const: -0.111<br>A1 Const: 0.249<br>A2 Const: 0.179   |         | A0 Const: 0.920<br>A1 Const: 0.400<br>A2 Const: 0.100   |         | A0 Const: -0.111<br>A1 Const: 0.249<br>A2 Const: 0.179  |         | A0 Const: 0.920<br>A1 Const: 0.400<br>A2 Const: 0.100                               |         |
| IOL (D)  | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) |
|  |         |   |         | 23.5  | -1.25   | 23.0  | -1.27   |
|  |         |   |         | 23.0  | -0.88   | 22.5  | -0.90   |
|  |         |   |         | 22.5  | -0.52   | 22.0  | -0.53   |
|  |         |   |         | 22.0  | -0.16   | 21.5  | -0.17   |
|  |         |   |         | 21.5  | 0.19    | 21.0  | 0.19    |
|  |         |   |         | 21.0  | 0.54    | 20.5  | 0.55    |
|  |         |   |         | 20.5  | 0.88    | 20.0  | 0.90    |
|  |         |   |         | 正视IOL: 21.77  |         | 正视IOL: 21.27  |         |
| Lenstec SOFTEC HDO   |         | IQ/SN60WF   |         | Lenstec SOFTEC HDO  |         | IQ/SN60WF   |         |
| A0 Const: 0.055<br>A1 Const: 0.178<br>A2 Const: 0.173  |         | A0 Const: -0.769<br>A1 Const: 0.234<br>A2 Const: 0.217  |         | A0 Const: 0.055<br>A1 Const: 0.178<br>A2 Const: 0.173   |         | A0 Const: -0.769<br>A1 Const: 0.234<br>A2 Const: 0.217                              |         |
| IOL (D)  | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) | IOL (D)   | REF (D) |
|  |         |   |         | 22.0  | -0.49   | 23.5  | -0.99   |
|  |         |   |         | 21.75   | -0.31   | 23.0  | -0.63   |
|  |         |   |         | 21.5  | -0.13   | 22.5  | -0.28   |
|  |         |   |         | 21.25   | 0.05    | 22.0  | 0.07    |
|  |         |   |         | 21.0  | 0.23    | 21.5  | 0.42    |
|  |         |   |         | 20.75   | 0.41    | 21.0  | 0.76    |
|  |         |   |         | 20.5  | 0.59    | 20.5  | 1.10    |
|  |         |   |         | 正视IOL: 21.32  |         | 正视IOL: 22.10  |         |

(\* = 手动更改, ! = 值不可靠)