


AIER EYE HOSPITAL (EAST OF CHENGDU)

姓名: <b>liudan, 刘丹</b> ID: 191205037246 出生日期: 1993-06-04 检查日期: 2019-12-05 手术医生: <b>zeiss</b>				公式: SRK(R)/T 目标屈光度: 0 D n: 1.3375							
对AL测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。											
<b>OD</b> 右		AL: 26.75 mm (SNR = 220.4) K1: 42.83 D / 7.88 mm @ 155° K2: 44.47 D / 7.59 mm @ 65° R / SE: 7.73 mm / 43.65 D Cyl.: -1.64 D @ 155° ACD: 3.72 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				<b>OS</b> 左				屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体	
ZEISS AT LISA tri839 MP		Alcon ReSTOR SN6AD1/3		ZEISS AT LISA tri839 MP		Alcon ReSTOR SN6AD1/3					
a常数: 118.90		a常数: 119.00		a常数: 118.90		a常数: 119.00					
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)				
12.5	-0.94	12.5	-0.89								
12.0	-0.61	12.0	-0.57								
11.5	-0.29	11.5	-0.25								
11.0	0.02	11.0	0.06								
10.5	0.34	10.5	0.37								
10.0	0.65	10.0	0.68								
9.5	0.95	9.5	0.99								
正视IOL: 11.04		正视IOL: 11.10									
AMO Tecnis ZMB00		Lenstec SBL-3		AMO Tecnis ZMB00		Lenstec SBL-3					
a常数: 119.50		a常数: 118.43		a常数: 119.50		a常数: 118.43					
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)				
13.0	-0.98	11.5	-0.49								
12.5	-0.67	11.25	-0.32								
12.0	-0.36	11.0	-0.16								
11.5	-0.05	10.75	0.00								
11.0	0.25	10.5	0.16								
10.5	0.56	10.25	0.32								
10.0	0.85	10.0	0.48								
正视IOL: 11.42		正视IOL: 10.75									

(\* = 手动更改, != 值不可靠)