

교정업무관리규정 <1301>

제정 2012. 07. 01
개정 2014. 06. 27

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)이 산업통상자원부 국가기술표준원에서 인정한 국제공인교정기관으로서 연구기관, 학교 및 산업체 등에 표준을 공급하는데 필요한 기본적인 사항을 규정하고 교정업무를 효율적으로 수행하는데 기여함을 목적으로 한다. (개정 ‘14. 6. 27)

제2조(적용범위) 이 규정은 해양과기원이 보유한 해양관측장비와 대외에서 교정을 받고자 의뢰한 해양관측장비에 한하여 적용한다. 다만, 수리·보수업무는 해양기기 대내·외 기술업무지침에 따른다. (개정 ‘14. 6. 27)

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 해양관측장비 : 해양 현상을 관측하는데 사용되는 기계·기구 또는 장치를 말한다. (개정 ‘14. 6. 27)
2. 교정(Calibration) : 특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업을 말한다. (개정 ‘14. 6. 27)
3. 교정용 표준기(Laboratory Reference Standards 이하 “표준기”라 한다) : 제8조의 규정에 의하여 해양과기원이 유지해야 할 공인 교정기관 인정분야별 표준기로서 교정에 사용되는 기기를 말한다. (개정 ‘14. 6. 27)
4. 교정주기(Calibration Interval) : 측정에 사용되는 기기의 정밀정확도를 유지하기 위한 교정유효기간으로서 교정완료일로부터 차기교정 예정일까지의 기간을 말한다

다. 다만, 주기가 결정되지 않았으며 유사기기로도 적용할 수 없는 기기는 새로운 주기가 채택될 때까지 12개월로 한다. (개정 '14. 6. 27)

5. 표준 소급성(Traceability of Standards) : 연구개발, 산업생산, 시험검사 현장 등에서 측정된 결과가 명시된 불확정 정도의 범위 내에서 국가측정표준 또는 국제측정표준과 일치되도록 연속적으로 비교하고 교정(校正)하는 체계를 말한다. (개정 '14. 6. 27)
6. 정확도(Accuracy) : 측정평균값이 참값에 어느 만큼 가까운가 하는 정도를 말한다. (개정 '14. 6. 27)
7. 정밀도(Precision) : 동일한 측정을 반복하는 경우 측정값의 분산상태를 말하며 이 분산상태가 작을수록 측정값은 정밀하다. (개정 '14. 6. 27)
8. 정밀정확도 : 정확도와 정밀도를 종합한 것을 말한다. (개정 '14. 6. 27)
9. 표준 소급비(Traceability Fee of National Standards) : 국가표준연구기관에서 국가표준원기의 유지, 신규측정분야 연구개발, 국제표준과의 소급성유지, 국가표준공급에 관련된 기술정보 제공, 해외 교정검사기구와의 정보교환, 통일된 교정검사서양식 제공, 한국계량측정협회 운영 및 유지발전 등에 필요한 제반경비에 사용되는 것을 말한다. (개정 '14. 6. 27)
10. 표준물질 (Reference Material) : 장치의 교정, 측정방법의 평가 또는 물질의 물성값을 부여하기 위하여 사용되는 특성치가 충분히 균질하고 잘 설정된 재료 또는 물질을 말한다. (개정 '14. 6. 27)

제4조(교정업무체계) ①교정업무관리 부서의 장은 해양과기원과 연구기관·학교 및 산업체 등 대외기관으로부터 해양관측장비의 교정을 의뢰받은 경우 제7조에 의한 표준 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정업무를 수행하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정업무관리 부서의 장은 타 국가교정기관과의 교정업무 수행에 관한 상호연결 및 협조체계를 유지하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제5조(분장업무) ①교정업무관리 부서의 장은 다음 각호의 사항을 분장한다.(개정 '14.

6. 27)

1. 국가표준 소급성 유지에 관한 표준기의 교정
2. 해양관측장비의 교정 의뢰접수
3. 해양관측장비의 교정
4. 교정 성적서 및 필증 발급
5. 표준기의 종류결정 및 주기적 교정을 위한 운영체계 확립
6. 표준기의 정밀정확도 관리 유지
7. 교정 수수료 및 비용청구에 관한 사항
8. 기타 교정 실시에 관하여 필요한 사항

②회계업무 담당부서의 장은 다음 각 호의 사항을 분장한다.(개정 '14. 6. 27)

1. 제1항의 7호에 의거 신청인으로부터 교정 수수료 및 비용의 징수
2. 교정 수수료 및 비용관련 별도 수입계정 운영
3. 제2항의 1호의 수입에 대하여 교정 업무관리 부서에 수입내용통보를 의뢰하고 청구 관련 증빙의 보관

제 2 장 교정(개정 '14. 6. 27)

제6조(교육) 교정업무에 종사하는 직원은 측정기술 향상을 위하여 해당 교정분야의 교육을 이수하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제7조(표준 소급성의 유지) 해양과기원의 표준기는 표준소급이 가능한 국가표준연구기관 또는 상급교정기관으로부터 국가표준에 대한 표준소급을 받아야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제8조(교정분야 등) ①교정업무관리 부서의 장은 해양과기원이 유지하여야 할 표준기의 교정분야 및 교정·측정능력의 성능이 유효함을 증명할 수 있어야 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정업무관리부서의 장은 제9조의 규정에서 정한 장소 및 환경에서 표준기 및 표준물질을 보관, 관리하여야 한다.

제9조(교정장소 등) ①교정은 해양과기원내의 교정실에서 실시한다.(개정 '14. 6. 27)

②제1항의 규정에 의하여 교정실은 다음 각호의 환경조건을 유지하여야 한다.

1. 온도, 습도 등은 한국인정기구에서 정한 환경조건 유지 (개정 '14. 6. 27)
2. 상용 출입구는 한 개만 사용 유지
3. 교정실 또는 그 부대시설 내에서의 취식, 흡연 등 행위의 금지
4. 교정을 실시할 때에는 실험의를 착복 (개정 '14. 6. 27)

제10조(교정 대상장비 및 교정주기) ①교정 대상장비는 온도(수온)와 압력(수심, 수압 식 조위 · 파고) 및 전기전도도(염분)의 관측센서가 장착된 모든 해양관측장비를 그 대상으로 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정 대상장비의 사용책임자는 장비의 사용횟수, 사용환경, 내구년한 등의 요인으로 인한 정밀정확도의 추이 변화를 교정을 통해 확인 또는 조정하기 위해서 연 1회 이상 교정을 받을 수 있다. (신설 '14. 6. 27)

③교정업무관리 부서의 장은 교정대상 장비의 사용책임자에게 교정대상 장비를 연 1회 이상 교정 받도록 권고하여야 한다. (신설 '14. 6. 27)

제11조(교정 신청) ①교정 의뢰자는 교정과 관련된 신청서를 작성 · 제출하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정 의뢰자는 장비를 필히 세척한 후 희망 교정 완료 예정일 최소 2주전에 신청하여야 한다. (신설 '14. 6. 27)

제12조(사전검사 및 접수) ①교정업무관리 부서의 장은 제11조의 규정에 의한 교정 신청을 받았을 때에는 신청한 장비의 교정 적합여부에 대해 사전검사를 하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정업무관리 부서의 장은 제1항의 규정에 의한 사전검사 결과 교정이 가능하다고 판정한 때에는 교정대상장비를 접수하고 교정이 불가능하다고 판정한 때에는 그 사유를 통보하고 신청을 반려할 수 있다. (개정 '14. 6. 27)

제13조(소재장소 교정검사) (삭제 '14. 6. 27)

제14조(교정 실시) ①교정업무관리 부서의 장이 제12조의 규정에 의한 교정대상장비를 접수한 때에는 교정 지침서, 제작사의 기술서 등에 기재된 교정 절차에 따라 교정을 실시하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

②교정업무관리 부서의 장은 신청서 접수, 교정 결과 등의 기록을 유지 관리하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제15조(교정 성적서 발급) 교정업무관리 부서의 장이 제14조의 규정에 의한 교정을 실시완료한 때에는 수수료 입금 확인 후 신청인에게 교정 성적서를 발급하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제16조(교정 필증 발급) 교정업무관리 부서의 장은 제15조의 규정에 의하여 교정성적서가 발급된 교정 대상장비에 교정 필증을 발급하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제17조(교정검사 주기) (삭제 '14. 6. 27)

제18조(교정 수수료의 징수 및 사용) ①교정업무관리 부서의 장은 제14조의 규정에 의한 교정을 실시완료한 때에는 신청인에게 교정 완료 내역서를 통보하여 대금납부를 위한 조치를 취하여야 한다. (신설 '14. 6. 27)

②교정 수수료에 관한 사항은 원장이 별도로 정한다. 단, 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정받은 교정분야의 경우 국가표준기본법시행령 제18조 및 한국계량측정협회 “교정비용수납업무규정” 제9조에 의한 표준 소급비를 추가 징수 할 수 있다. 다만, 해양과기원이 보유한 해양관측장비에 대한 교정 수수료는 징수하지 아니한다. (신설 '14. 6. 27)

③회계업무담당 부서의 장은 제1항의 규정에 의거 수수료 및 비용을 징수하고 수수료 및 비용에 관한 대장에 등재, 관리하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

④교정업무관리 부서의 장은 제1항의 규정에 의거 수수료 및 비용의 수입확인이 된 때에는 제15조의 규정에 의한 교정 성적서를 발급하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

⑤교정업무관리 부서의 장은 징수된 교정수수료에 대해 회계담당부서에 수입내용을 통보하여야 하며, 회계담당부서는 수입 종류별로 구분하여 관리할 수 있다. (신설 '14.

6. 27)

⑥교정업무에 따른 수입은 별도 계정을 편성하여 교정업무 관련 비용으로 사용할 수 있다. (신설 '14. 6. 27)

⑦교정업무관리 부서의 장은 해양과기원의 회계 관련 규정에 따라 징수된 교정 수수료는 교정업무에 한하여 사용하며, 교정 수수료의 집행 잔액은 결산시 해양과기원에서 흡수한다. (신설 '14. 6. 27)

제19조(표준 소급비 납부) 교정업무관리 부서의 장은 제18조 제1항에서 정한 수수료 징수 시 국가표준기본법시행령 제18조 및 한국계량측정협회 “교정비용수납업무규정” 제9조에 의한 표준 소급비를 한국계량측정협회에 납부하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제20조(실적보고) ①교정업무관리 부서의 장은 매년 교정 실적을 원장에게 보고하여야 한다. (개정 '14. 6. 27)

제20조의2(기타) 이 규정에서 정하지 아니한 내용은 한국인정기구(KOLAS)에서 정한 품질매뉴얼, 품질절차서 및 교정지침서를 따른다. (신설 '14. 6. 27)

제21조(측정 및 교정검사 시스템의 감사 및 재검토) (삭제 '14. 6. 27)

제22조(불만처리) (삭제 '14. 6. 27)

부 칙

이 규정은 2014년 6월 27일부터 시행한다

[별표 제1호] (삭제 '14. 6. 27)

1301 교정업무 관리규정

[별표 제2호] (삭제 '14. 6. 27)

[별표 제3호] (삭제 '14. 6. 27)

1301 교정업무 관리규정

[별표 제4호] (삭제 '14. 6. 27)

[별표 제5호] (삭제 '14. 6. 27)

1301 교정업무 관리규정

[별표 제6호] (삭제 '14. 6. 27)

[별표 제7호] (삭제 '14. 6. 27)

1301 교정업무 관리규정

[별표 제8호] (삭제 '14. 6. 27)

[별표 제9호] (삭제 '14. 6. 27)