

해양관측장비 교정업무지침

제정 기기검교정·분석센터-240(2014. 7. 17)

개정 경영기획실-210(2023. 3. 13)

제1조(목적) 이 지침은 교정업무관리규정에 의거 해양관측장비 교정업무에 따른 전반적인 시스템을 구축하고 교정업무관리규정 제18조(교정 수수료의 징수 및 사용)에 의한 해양관측장비의 교정 및 검정 수수료 책정에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 해양과기원이 보유한 해양관측장비와 대외에서 교정을 의뢰한 해양관측장비에 한하여 적용한다.

제3조(교정분야) 해양과기원이 유지하여야 할 표준기의 교정분야 및 교정·측정능력은 별표 제1호에 의한다.

제4조(교정신청) 교정 의뢰자는 장비를 필히 세척한 후 희망 교정 완료 예정일 최소 2주전에 교정신청서 및 접수증(별표 제2호)을 작성·제출하여야 한다.

제5조(사전검사 및 접수) ①교정접수는 신청자가 교정대상장비를 교정업무 관련 부서에 직접 접수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 그렇지 못할 사항은 택배나 우편으로 접수가 가능하다.

②교정업무 관련 부서장은 제1항의 규정에 의한 사전검사 결과 교정이 가능하다고 판정한 때에는 교정대상장비에 별표 제3호에 의한 교정품목장비 Tag를 부착, 접수하고 신청인에게 별표 제2호에 의한 교정 신청서 및 접수증을 교부한다. 다만, 교정이 불가능하다고 판정한 때에는 그 사유를 통보하고 신청을 반려할 수 있다.

제6조(교정실시) 교정업무 관련 부서장은 교정 지침서, 제작사의 기술서 등에 기재된 교정 절차에 따라 교정을 실시하며, 그와 관련된 기록을 유지 관리하여야 한다.

제7조(교정 성적서 및 교정 필증 발급) ①교정이 완료된 장비는 신청인에게 별표 제4

호에 의한 교정 완료 내역서를 통보 하여야 한다.

②신청인의 수수료 입금이 확인된 후 별표 제5호에 의한 교정 성적서 및 별표 제6호에 의한 교정 필증을 신청인에게 발급하여야 한다.

제8조(교정완료 장비반출) 교정이 완료된 장비는 신청인이 직접 수령하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신청인이 직접 수령하지 못하고 택배나 우편으로 보낼 시에는 별표 제2호 교정신청서 및 접수증의 반출란에 운송장번호 및 등기번호를 기입하여 반출 할 수 있다.

제9조(교정 및 검정 수수료 책정기준) 교정 및 검정 수수료의 책정은 다음 해당 비용을 총 합산한 금액으로 한다.

1. 인건비 : 교정 및 검정 업무를 실시한 실무자의 인건비
2. 장비 사용료 : 교정 및 검정용 장비 사용료로서 “기술장비 공동활용 관리지침”에 따름.
3. 장비 유지관리비 : 장비 유지관리에 소요되는 제경비로서 “기술장비 공동활용 관리지침”에 따름.
4. 재료 및 시료비 : 교정 및 검정에 사용된 표준물질 등 재료 및 시료비
5. 추가 교정실비 : 교정 및 검정을 위하여 부품의 가공, 제작 및 특수 부대시설의 사용 등 추가로 소요된 교정 실비
6. 표준 소급비 : 국가표준원기의 유지 등에 필요한 제반경비에 사용되는 것을 말하며 온도와 압력분야에 대한 대외 교정 및 검정 완료시 교정 및 검정 수수료의 10 %를 추가로 징수함.

제10조(교정 수수료의 경감) 국가기관, 공공기관, 연구기관, 학교, 중소기업 및 해양관련 기관에 대한 예산 부담을 완화시켜 주기 위해 인건비를 면제하고 당초 책정된 교정 수수료의 30 %를 경감 한다.

제11조(교정 및 검정 수수료) 해양관측장비 및 센서 유형별 교정 및 검정 수수료는 다음과 같다. 다만, 원내의 경우 교정 및 검정 수수료는 징수하지 아니한다.

해양관측장비 및 센서 유형	교정 및 검정 수수료		
	원외		원내
	교정 수수료(원)	검정 수수료	
수온(온도)센서	353,000	교정 수수료의 50 % 부과	수수료 없음
전기전도도(염분)센서(수온센서 포함)	948,000		
수심(압력)센서	251,000		
조위·파고계(WLR, WTR)	605,000		
해수(샘플병)의 염분 측정	240,000		

부 칙

이 지침은 2014년 7월 17일부로 시행한다.

부 칙

이 지침은 2023년 3월 13일부로 시행한다.

〔별표 제1호〕 교정분야 및 교정·측정능력

교정분야 및 교정·측정능력

204. 압력

측정량/장비	측정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %, $k=2$)
게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 (유압식 디지털 압력계)	(0.03 ~ 70) MPa	6.0×10^{-5}
압력 변환기/전송기 (유압식 압력 변환기/전송기)	(0.03 ~ 69) MPa	6.3×10^{-5}

501. 접촉식 온도

측정량/장비	측정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %, $k=2$)
온도지시계; 지시/기록/조절계, 온도 교정기 등 (저항식 디지털 온도계)	(-5 ~ 35) °C	3.2 mK
저항식 온도계; 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스터 등 (표준백금저항온도계)	(-5 ~ 35) °C	2 mK
온도변환기 (주파수 출력형 온도변환기)	(-5 ~ 35) °C	3.2 mK

전기전도도(염분)

측정량/장비	측정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %, $k=2$)
전기전도도	(1 ~ 65) mS/cm	0.006 mS/cm
염분	(1 ~ 42) psu	0.004 psu

[별표 제2호] 교정신청서 및 접수증 <개정 2023. 3. 13.>

접수번호			접수일자			완료예정일				
교정신청서 및 접수증										
신청업체	회 사 명			대 표 자			전화번호			
	사업자등록번호			업 태			종 목			
	주 소						우편번호			
☐ 방문 출장방문날짜 :				신 청 인 (인)		휴 대 폰				
☐ 택배 도 착 일 :				신청일자						
☐ 방문 고객직접방문 :				부서명		전화번호				
☐ 팩스 도 착 일 :				E-mail		팩스번호				
신 청 분 야 및 기 기										
NO	기 기 명	제작회사 및 형 식	기기번호	수량	신청 분야	부속기기	요구사항	성적서		수수료
								KOLAS	일반	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
1. 당 기관의 명백한 잘못된 결과와 취급부주의로 인하여 고객이 입은 피해에 대하여 고객은 당 기관에 손해배상 책임을 요구할 수 있음을 알려드립니다. 2. 회사명과 주소는 성적서에 기재되는 내용이고, 요구사항이 있으면 기재하여 주십시오. 3. 의뢰하신 품목이 완료되면 교정완료 내역서(수수료 포함)를 통보해 드립니다. 4. 의뢰장비와 수수료는 직접 접수창고에서 인수 및 납부하셔야 합니다.(수수료 입금 확인 후 교정성적서 발급 가능) 그렇지 못할 경우에는 고객의 동의하에 택배나 우편물을 이용하실 수 있습니다. (파손시 책임없음)										
접 수	상기 품목을 정히 접수합니다. 한국해양과학기술원 기기검교정·분석센터						년 월 일 접 수 자 : (인)			
반 출	완료된 상기 품목을 정히 인수합니다. ☐ 고객방문 인 수 자 : ☐ 우 편 등기번호 : ☐ 택배 운송장번호 :						년 월 일 (인)			
※ 문의사항 - 주 소 : 부산시 영도구 해양로 385 한국해양과학기술원 - 전 화 : 051-664-3213 - 담당자 : 허상도								기술책임자		

[별표 제3호] 교정품목장비 <개정 2023. 3. 13.>

교정품목장비			
의뢰기관			
접수번호 (접수일자)			
기 기 명			
제작회사 (형 식)			
기기번호			
진행상태	교정중	완료	불량
요구사항			
한국해양과학기술원 051)664-3213			

[별표 제4호] 교정 완료 내역서

결 재	담 당	책 임 자

접수번호		접수일자	
------	--	------	--

교정 완료 내역서

신청 업체	회 사 명		대 표 자		전화번호	
	사업자등록번호		업 태		종 목	
	주 소				우편번호	

신 청 인	
신청일자	휴 대 폰
부 서 명	전화번호
E-mail	팩스번호

신 청 분 야 및 기 기

NO	기 기 명	제작회사 및 형 식	기기번호	수량	신청 분야	수수료	추가실비	소급비	계	결과	첨부 파일
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

총 금 액	수 추 소 출 할 기 합	수 가 급 장 인 금 액 타 계	

귀사(기관)에서 의뢰한 품목의 측정이 완료되어 아래와 같이 통보드립니다.

1. 수수료는 온라인 송금으로 납부하실 수 있습니다.
○ 입금계좌 :
2. 물품을 인수하기 위해서는 접수증 및 사업자등록증 사본을 제시하여야 합니다.
3. **물품 완료 통보일로부터 1년이 경과하도록 측정기기를 인수하지 아니할 경우, 인수의사가 없는 것으로 간주하여 폐기 처리되오니 이점 유의하시기 바랍니다.**
4. 접수 및 불출시간 : 09:00 ~ 17:00 (점심시간 : 12:00 ~ 13:00)
5. 휴무일 : 토요일 및 법정공휴일 / 매월 셋째주 수요일 오후(체육의 날) / 매년 7월 1일(창립기념일)

[별표 제5호] 교정성적서 <개정 2023. 3. 13.>

교 정 성 적 서(온도, 압력분야)

한국해양과학기술원 부산시 영도구 해양로 385 Tel : (051) 664-3213	성적서 번호 : Certificate No. 페이지 () / (총) Page of Pages	KOLAS 로고
---	---	----------

1. 의뢰자 (Client)
기 관 명 (Name) :
주 소 (Address) :

2. 측정기 (Calibration Subject)
기 기 명 (Description) :
제조회사 및 형식 (Manufacturer and Model) :
기기번호 (Serial Number) :

3. 교정일자 (Date of Calibration) :

4. 교정환경 (Environment)
온 도 (Temperature) : 습 도 (Humidity) :
교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실(KIOST Lab.) ☐ 이동교정(Mobile Lab.) ☐ 현장교정(On site Calibration)

5. 측정표준의 소급성 (Calibration Traceability)

상기 기기는 교정지침서(지침서 문서번호)에 따라 국가 측정 표준대표기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제조회사 및 형식 (Manufacturer and Model)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next calibration)	교정기관 (Calibration Laboratory)

6. 교정결과 (Calibration Results) :

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) :

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성 명 (Name) : (서명)	직 위 (Title) : 기술책임자(정) 성 명 (Name) : (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

년 월 일

한국인정기구 인정 **한국해양과학기술원장**

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

교 정 결 과 (온도, 압력분야) CALIBRATION RESULTS	성적서 번호 : Certificate No. 페이지 () / (중) Page of Pages	KOLAS 로고

교 정 성 적 서(전기전도도, 염분분야)

한국해양과학기술원 부산시 영도구 해양로 385 Tel : (051) 664-3213	성적서 번호 : Certificate No. 페이지 () / (총) Page of Pages
---	---

1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) :
주소 (Address) :

2. 측정기 (Calibration Subject)

기기명 (Description) :
제조회사 및 형식 (Manufacturer and Model) :
기기번호 (Serial Number) :

3. 교정일자 (Date of Calibration) :

4. 교정환경 (Environment)

온도 (Temperature) : 습도 (Humidity) :
교정장소 (Location) : ☒고정표준실(KIOST Lab.) ☐이동교정(Mobile Lab.) ☐현장교정(On site Calibration)

5. 측정표준의 소급성 (Calibration Traceability)

상기 기기는 교정지침서(지침서 문서번호)에 따라 국제해양과학물리협회(IAPSO)에서 인증한 표준 물질을 사용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제조회사 및 형식 (Manufacturer and Model)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next calibration)	교정기관 (Calibration Laboratory)

6. 교정결과 (Calibration Results) :

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) :

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성 명 (Name) : (서명)	직 위 (Title) : 기술책임자(정) 성 명 (Name) : (서명)

위 교정 결과는 한국해양과학기술원의 표준기로 교정한 성적서임을 증명함.

(We certify that the result as above is based on calibration using Laboratory Reference Standards of the Korea Institute of Ocean Science and Technology.)

년 월 일

한국해양과학기술원장

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

교 정 결 과 (전기전도도, 염분분야) CALIBRATION RESULTS	성적서 번호 : Certificate No. 페이지 () / (총) Page of Pages

(08-22) 해양관측장비 교정업무지침

[별표 제6호] 교정필증

교 정 필 증 Calibration Label	
① 성 적 서 번 호 Calibration Certificate No.	
② 기 기 명 Description	
③ 기 기 번 호 Serial No.	
④ 교 정 일 자 Date of Calibration	
⑤ 차 기 교 정 예 정 일 자 The due date of next Calibration	“ 자체교정주기에 따름 ”
한국인정기구 인정 한국해양과학기술원장 Calibration Laboratory Accredited by KOLAS Korean Agency for Technology and Standards, Republic of Korea	