

Rapport de veille hebdomadaire

Période du 17/06/2026 au 18/09/2026
3 élément(s) publié(s)

1. Esophageal pH Monitoring Capsule Recall: Medtronic and Given Imaging Remove Esophageal pH Monitoring Capsule Delivery Device

Source : FDA MedWatch

Type : Réglementaire

Criticité : Élevée

Publication : 15/09/2026

<http://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls-and-early-alerts/esophageal-ph-monitoring-capsule-recall-medtronic-and-given-imaging-remove-esophageal-ph-monitoring>

2. Monitoring System Correction: GE HealthCare Updates Use Instructions for Portrait Core Services Software

Source : FDA MedWatch

Type : Scientifique

Criticité : Élevée

Publication : 03/09/2026

<http://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls-and-early-alerts/monitoring-system-correction-ge-healthcare-updates-use-instructions-portrait-core-services-software>

3. B. Braun Medical Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of 0.9% Sodium Chloride Injection USP, 100 mL, in a 150 mL PAB® Container Due to the Presence of Particulate Matter

Source : FDA MedWatch

Type : Réglementaire

Criticité : Faible

Publication : 03/09/2026

<http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/b-braun-medical-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-09-sodium-chloride-injection-usp-100-ml-150>
