KLINIKUM OLDENBURG
Universitätsmedizin Oldenburg

H2O im Inku. voll gewechselt

Wartungsplan COBAS Pro I

SN:1985-03,1924-08,1939-09,1938-03,1925-06

Diagnostikzentrum

Universitätsinstitut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin

Monat / Jahr: Jan. '25

Datenbank bereinigen cobas 8100

Täglich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Datenarchiv, Routineabschluss vom ND (Wartungspkt. 31)	Sei	Sei	SG	KE	KE	KE	AW	AW	AW	SG	LS	LS	LS	AW	AW	J.-B.	J.-B.	JR	JR	UK	UK	Sei	Sei	AW	AW	AW	AH	AH		Sei	Sei
c503 kleines grünes Waschrack starten		Sei	SG	KE	KE	KE	AW		AW		LS	LS	LS	AW		J.-B.	J.-B.	JR	JR	UK	UK		Sei	AW	AW	AW	AH	AH		Sei	Sei
c503 Probennadel opt. prüfen, ggf. reinigen			SG	KE	KE	KE												JR	JR	UK	UK										
Wöchentlich																															
Herunterfahren Mittwoch früh	Sei							AW							AW							Sei									
c503 großes grünes Waschrack starten Mittwoch früh	Sei							AW							AW							Sei									
ISE + c503 + e801 Spülstationen opt.prüfen, nur ggf. reinigen								✓							✓							✓							✓		
ISE: Sipper u. Vakuum-Nadel reinigen								✓							✓							✓							✓		
c503 Reagenznadeln opt. prüfen, nur ggf. reinigen								✓							✓							✓							✓		
c503 Küvettenwaschnadeln opt.prüfen, nur ggf. reinigen								✓							✓							✓							✓		
c503 Küvettendeckel opt.prüfen, nur ggf. reinigen								✓							✓							✓							✓		
c503 Inkubationsteller opt. prüfen, nur ggf. reinigen								✓							✓							✓							✓		
c503 Abflusses f. hochkonz. Abfall opt.prüfen, ggf reinigen								✓							✓							✓							✓		
e801 Pro-/CleanCell Ansaugrohre nur optisch prüfen								✓							✓							✓							✓		
e801 Inkubationsteller opt.prüfen, nur ggf reinigen								✓							✓							✓							✓		
e801 Assay-Cup-Mischers opt.prüfen, nur ggf reinigen								✓							✓							✓							✓		
e801 Mikropartikelmischer reinigen								SG							✓							✓							✓		
14-tägig																															
e801 Messzellreinigung Dauer 25 Min.								SG														✓									
Verfallsdaten v. Ko/Kal/Reag. i. der Kühlzelle überprüfen															✓														✓		
Neue Chargen von KO / Kal installieren															✓							✓							✓		
Monatlich																															
Wasserbehälter reinigen, durch Techniker alle 6 Monate																															
Techniker entleert Wasserabscheider des Degassers alle 6 Monate																															
ISE Mischkammer nur opt.prüfen															✓							✓									
c503 Austausch der Fotometerlampe und der Küvettten, 11.12.'24 gemäß Wartungspunkt Nr. 45 !											KEH																				
c503 Reinigen der Luftfilter (Vordertüren + Rackbereich)								SG							✓							✓									
Bei Bedarf Elektrodenaustausch gemäß Wartungspunkt Nr. 39																															
c503 Austausch ISE-Na+, K+, Cl+ Elektrode (ca.alle 2 Monate) 28.11. Na 6.12. K,Cl								SG																							
c503 Austausch ISE-Sipper- + Quetschschlauch (alle 3 Monate) 13.11.24																															
ISE Schlauchsystem waschen (~~alle 3Monate~~) jeden Monat															✓																
c503 Austausch ISE-Referenzelektrode (alle 6 Monate) 02.10.'24																															
															JR							K							KEH		

Version:	8.0	Gültig ab:	06.10.23
erstellt/geändert:	06.10.23 mire	Freigabe:	Petersmann
geprüft:	06.10.23 julü	Seite:	1 von 1

Dieser Ausdruck ist nur nach Abgleich mit dem aktuellen Online-Dokument gültig