

Normal Retina OCT Görüntülerinden Öğrenilen Konvolüsyonel Autoencoder ile Patolojik Örneklerin Top-k Rekonstrüksiyon Hatası Tabanlı Tespiti

Top-k Reconstruction-Error-Based Detection of Pathological Retinal OCT Images Using a Convolutional Autoencoder Trained on Normal Samples

Koray Öztürk

Bilgisayar Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir/Türkiye
korayoztuurk@gmail.com

Emir Alp İlhan

Bilgisayar Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir/Türkiye
emiralpilhan@gmail.com

Özet - Bu çalışmada retinal OCT görüntülerinde patolojik örneklerin tespiti için yalnızca normal görüntülerle eğitilen konvolüsyonel autoencoder tabanlı bir anomali tespit hattı geliştirilmiştir. Kermany OCT2017/Mendeley veri kümesinde eğitim aşamasına sadece NORMAL sınıfı alınmış, doğrulama bölmesi hasta kimliği kullanılarak ayrılmış ve test aşamasında CNV, DME, DRUSEN ve NORMAL örnekleri binary anomaly detection problemi olarak değerlendirilmiştir. Final aşamasında ara baseline korunmuş; VAE+KL, L1, MSE+SSIM, latent boyut, batch size, crop ön işleme, farklı anomaly score'lar, hasta düzeyi birleştirme ve bootstrap güven aralığı denemeleri eklenmiştir. En iyi image-level sonuç, 60 epoch eğitilen AE-MSE modelinin topk_mse_5 score'u ile AUROC 0.9457, F1 0.8464, precision 0.9911, recall 0.7387 ve FPR 0.0200 olarak bulunmuştur. Hasta düzeyinde mean aggregation ile F1 0.8975 elde edilmiştir. Sonuçlar top-k residual score'un klasik ortalama MSE'ye göre daha ayırt edici olduğunu, buna karşılık DRUSEN örneklerinin hala en zor patolojik grup olduğunu göstermektedir.

Abstract - This project develops a convolutional autoencoder pipeline for detecting pathological retinal OCT images by learning only from normal samples. Using the Kermany OCT2017/Mendeley dataset, only NORMAL images were used for training, the validation subset was separated at patient level, and CNV, DME, DRUSEN and NORMAL test images were evaluated as a binary anomaly detection task. In the final stage, the baseline was extended with VAE+KL, L1, MSE+SSIM, latent-size and batch-size ablations, crop preprocessing trials, alternative anomaly scores, patient-level aggregation and bootstrap confidence intervals. The best image-level setting was the 60-epoch AE-MSE model with topk_mse_5 scoring, reaching AUROC 0.9457, F1 0.8464, precision 0.9911, recall 0.7387 and FPR 0.0200. Patient-level mean aggregation achieved F1 0.8975. The findings indicate that localized top-k residual scoring improves separability over mean MSE, while DRUSEN remains the most challenging pathology group.

Anahtar Kelimeler / Keywords - retinal OCT, anomaly detection, autoencoder, reconstruction error, top-k residual, VAE, SSIM, medical imaging, deep learning

I. GİRİŞ

Optik koherens tomografi (OCT), retina katmanlarını yüksek çözünürlükte görüntüleyebildiği için CNV, DME ve DRUSEN gibi patolojilerin değerlendirilmesinde önemli bir görüntüleme yöntemidir. Buna karşın gerçek klinik senaryolarda tüm patoloji türleri için yeterli ve güvenilir etiket toplamak her zaman kolay değildir. Denetimli sınıflandırma modelleri güçlü sonuçlar verebilse de, etiket bağımlılığı ve dağılım dışı örneklerle karşı kırılganlık bu tür sistemlerin pratik kullanımında önemli sınırlardır [1], [3]. Bu nedenle bu projede hastalık türünü doğrudan sınıflandırmak yerine, normal retina

anatomisini öğrenen bir modelin patolojik görüntülerde daha yüksek rekonstrüksiyon hatası üretmesi fikri incelenmiştir.

Ara rapor aşamasında çalışan bir AE-MSE baseline kurulmuştur. Final aşamasında amaç sadece tek bir sonucu iyileştirmek değil, aynı zamanda hangi teknik kararların işe yaradığını sistematik olarak görmekti. Bu kapsamda VAE tabanlı üretken latent model, L1 ve SSIM içeren loss seçenekleri, latent boyut ve batch size ablasyonları, boş alanları azaltmaya yönelik crop denemeleri, top-k residual score, hasta düzeyi değerlendirme, bootstrap güven aralığı ve nitel heatmap görselleri aynı deney hattına eklenmiştir. Bu nedenle final raporu ara rapordaki başlangıç fikrini temel almakla birlikte, asıl olarak finalde yapılan genişletmeleri ve bunların kontrollü karşılaştırmasını sunmaktadır. Böylece proje, yalnızca bir model çalıştırma örneği olmaktan çıkarılıp savunulabilir bir karşılaştırmalı analiz haline getirilmiştir.

II. LİTERATÜR

Kermany ve arkadaşlarının OCT2017 veri kümesi ve derin öğrenme çalışması, retina OCT görüntülerinde denetimli tanı sınıflandırmasının güçlü bir örneğini sunar [1], [2]. Daha genel tıbbi görüntüleme literatürü de derin öğrenmenin yüksek performans potansiyelini göstermektedir [3]. Ancak bu çizgideki modeller çoğunlukla her sınıf için etiketli örnek gerektirir. Anomali tespiti literatüründe AnoGAN, GANomaly ve DRAEM gibi çalışmalar, normal dağılımdan sapmayı rekonstrüksiyon veya adversarial öğrenme yoluyla yakalamaya çalışmıştır [6]-[8]. VAE yaklaşımı, olasılıksal latent uzay yapısıyla bu probleme doğal bir alternatif sunar [4]. SSIM ise piksel farkından farklı olarak yapısal benzerliği ölçtüğü için rekonstrüksiyon kalitesini değerlendirmede anlamlı bir bileşen olabilir [5].

Retinal OCT özelinde Seebock ve arkadaşları belirsizlik tabanlı anomali tespiti, Luo ve arkadaşları çok çözünürlüklü autoencoder, Wang ve arkadaşları ise zayıf denetimli anomali segmentasyonu üzerine çalışmıştır [9], [11], [12]. ProxyAno çalışması ise rekonstrüksiyon tabanlı yöntemlerin önemli bir riskini vurgular: model bazı anomalileri de iyi reconstruct edebilir ve bu durum duyarlılığı düşürebilir [10]. Bu proje bu literatürü doğrudan büyük bir modelle yeniden üretmek yerine, OCT2017 üzerinde normal-only, hasta düzeyinde kontrollü ve tekrar üretilebilir bir baseline ile bu riskleri deneysel olarak incelemektedir.

Literatürdeki bu çalışmaların önemli bir kısmı daha karmaşık mimariler, ek anotasyonlar veya özel ön işleme varsayımları kullanmaktadır. Bu projede bilinçli olarak daha sade bir mimariyle başlanmıştır; çünkü final hedefi yalnızca yüksek bir tek skor üretmek değil, hangi kararın hangi sonucu değiştirdiğini açıklayabilmektir. Bu nedenle VAE, SSIM, crop ve score ensemble gibi seçenekler aynı veri protokolü altında karşılaştırılmıştır. Böyle bir kurgu, daha gelişmiş yöntemlere geçmeden önce güvenilir bir baseline oluşturmayı ve

DRUSEN gibi zor sınıflarda hatanın nereden geldiğini tartışmayı kolaylaştırmaktadır.

Tablo I. Literatürdeki ana kümeler ve bu projedeki karşılıkları.

Küme	Örnek	Projeye etkisi
OCT sınıflandırma	Kermany et al. [1]	Veri seti ve sınıflar için temel referans.
Generative AD	AnoGAN, GANomaly [6], [7]	Rekonstrüksiyon tabanlı anomaly detection motivasyonu.
VAE / SSIM	Kingma, Wang [4], [5]	VAE+KL ve MSE+SSIM denemeleri için dayanak.
Retinal OCT AD	Seeböck, Luo, Wang [9], [11], [12]	DRUSEN zorluğu ve lokal hata analizi için bağlam.
Sınırlılık	ProxyAno [10]	Anomalilerin de iyi reconstruct edilebilme riski.

III. YÖNTEM

Veri seti olarak Kermany OCT2017/Mendeley V3 kullanılmıştır. Klasör sözleşmesi `data/oct2017/{train,test}/{NORMAL,CNV,DME,DRUSEN}` biçiminde tutulmuştur. Eğitimde 40715 NORMAL görüntü, doğrulamada 10425 NORMAL görüntü kullanılmıştır; test kümesi ise her sınıftan 250 görüntü olmak üzere toplam 1000 görüntü içermektedir. Dosya adlarındaki hasta kimliği parse edilerek train ve validation arasında hasta kesişimi engellenmiştir. Patient-level aggregation sırasında farklı sınıflardaki aynı sayısal ID'lerin karışmaması için class prefix korunmuştur; örneğin NORMAL-0101 ve CNV-0101 farklı hasta anahtarları olarak tutulmuştur. Eğitim verisine hiçbir patolojik sınıf alınmamış, eşik seçimi yalnızca validation NORMAL score dağılımından yapılmıştır. Tüm görüntüler gri seviyeye çevrilmiş, 128x128 boyutuna getirilmiş ve [0,1] aralığında normalize edilmiştir.

Ana model dört blokluk konvolüsyonel autoencoder yapısındadır. Encoder, görüntüyü düşük boyutlu latent temsile indirir; decoder aynı uzaydan görüntüyü yeniden oluşturur. Ana koşuda latent dim=128, Adam optimizer, learning rate $1e-3$, batch size 32, maksimum 60 epoch ve patience 10 kullanılmıştır. Eğitim NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU üzerinde yapılmış ve final koşu yaklaşık 38.0 dakika sürmüştür. VAE denemesinde encoder mu ve logvar üretmiş, reparameterization trick kullanılmış ve loss $MSE + 1e-4 * KL$ olarak alınmıştır. SSIM denemesinde loss $0.8 * MSE + 0.2 * (1 - SSIM)$, L1 denemesinde ise ortalama mutlak hata kullanılmıştır.

Deney tasarımı iki ayırma korunmuştur. Birincisi, training loss ve anomaly score her zaman aynı olmak zorunda değildir; örneğin model MSE ile eğitildikten sonra aynı rekonstrüksiyonlardan farklı score türleri hesaplanmıştır. İkincisi, eşik seçimi ile performans değerlendirilmesi ayrılmıştır; p95 eşiği validation normal skorlarından alınmış, test verisi yalnızca bu eşik sabitlendikten sonra değerlendirilmiştir. Bu ayırma, test setine göre threshold ayarlama riskini azaltmıştır.

Başlangıç anomaly score'u piksel başına ortalama MSE'dir. Finalde daha lokal patolojik farklılıkları yakalamak için `topk_mse_5` score'u kullanılmıştır; bu score, kare hata haritasındaki en yüksek yüzde 5 pikselin ortalamasını alır. Score ablation aşamasında `mse`, `l1`, `ssim_error`, `mse_ssim_score`, `retina_band_mse`, `retina_weighted_mse`, `topk_mse_5`, `topk_mse_10`, `ensemble_mse_l1`, `ensemble_mse_l1_ssim`, `ensemble_mse_retina`, `ensemble_mse_ssim_topk`, `ensemble_l1_ssim_topk`, `ensemble_mse_l1_retina` ve `ensemble_all_base` seçenekleri hesaplanmıştır. Tablo V, bu geniş listenin rapor içinde okunabilir kalması için en açıklayıcı alt kümesini göstermektedir; tam CSV çıktıları proje klasöründe saklanmıştır. Ana operasyon eşiği tüm modeller için p95 olarak tutulmuş, p97 ve p99 değerleri yalnızca karşılaştırma

amacıyla saklanmıştır. Bu tercih önemlidir; çünkü test seti threshold seçiminde kullanılmamış, test yalnızca son değerlendirme için ayrılmıştır. Hasta düzeyi değerlendirmede aynı hasta ID'sine ait görüntü score'ları mean aggregation ile birleştirilmiştir. Sonuçların belirsizliğini görmek için bootstrap ile AUROC ve F1 için yüzde 95 güven aralıkları hesaplanmıştır. Nitel analiz için residual heatmap overlay, top-k residual grid ve DRUSEN false negative örnekleri üretilmiştir. Bu görseller pixel-level anotasyon olmadığı için segmentasyon çıktısı olarak değil, modelin hangi bölgelerde yüksek hata ürettiğini gösteren açıklayıcı destek olarak yorumlanmıştır.

Metrik tarafında AUROC, threshold'dan bağımsız genel ayırma gücünü verdiği için ana metrik olarak seçilmiştir. Precision, patolojik olarak işaretlenen görüntülerin ne kadarının gerçekten patolojik olduğunu; recall, patolojik örneklerin ne kadarının yakalandığını; F1 ise precision-recall dengesini göstermektedir. FPR özellikle önemlidir, çünkü normal görüntüleri gereksiz yere patolojik işaretlemek gerçek klinik akışta ek inceleme yükü oluşturabilir. Bu nedenle final model seçimi yalnızca AUROC değerine göre değil, F1, recall, precision ve FPR birlikte değerlendirilerek yapılmıştır.

Ön işleme denemeleri ayrı bir karar noktası olarak ele alınmıştır. OCT görüntülerinde üst veya alt bölgede siyah/beyaz boş alanlar bulunabilirdi için content crop ve retina-margin crop denenmiştir. Ancak bu kesme işlemleri bazı örneklerde retina çevresindeki bağlamı değiştirme riski taşımaktadır. Bu yüzden crop yaklaşımları doğrudan final modele alınmamış, önce önizleme görselleriyle incelenmiş, ardından yalnızca anlamlı görünen seçenekler tam eğitim koşusuna taşınmıştır. Sonuçlar, görsel olarak makul görünen crop işlemlerinin bile anomaly score dağılımını her zaman iyileştirmedeğini göstermiştir.

Tablo II. Kullanılan veri bölmeleri ve hasta sayıları.

Bölme	Sınıf	Görüntü	Hasta
train	NORMAL	40715	2747
val	NORMAL	10425	687
test	CNV	250	178
test	DME	250	167
test	DRUSEN	250	169
test	NORMAL	250	171

Tablo III. Final ana koşu ve eğitim ayarları.

Ayar	Değer
Ana model	4 blokluk convolutional autoencoder
Final run	<code>ae_mse_l128_e60</code>
Giriş	128x128 gri seviye, [0,1] normalizasyon
Latent / batch	128 / 32
Optimizer	Adam, lr=0.001
Epoch / patience	60 / 10
Ana threshold	validation NORMAL dağılımından p95
Eğitim süresi	38.0 dakika, best epoch 58
Cihaz	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

Önerilen final deney hattı



Şekil 1. Önerilen final deney hattı.

IV. BULGULAR

Tablo IV final aşamasında yapılan ana deneyleri özetlemektedir. Ara baseline olan AE-MSE 40 epoch koşusu AUROC 0.9104 ve F1 0.8262 üretmiştir. Aynı model 60 epoch

eğitildiğinde validation loss düşmüş, ancak klasik ortalama MSE score'u tek başına büyük bir sıçrama sağlamamıştır. Asıl iyileşme score tasarımıdan gelmiştir: 60 epoch AE-MSE modelinde topk_mse_5 kullanıldığında AUROC 0.9457 ve F1 0.8464'e çıkmıştır. Bu sonuç, OCT patolojilerinin tüm görüntüye yayılmak yerine sınırlı bölgelerde yoğunlaşabildiğini ve ortalama MSE'nin bu sinyali zayıflatabildiğini göstermektedir.

VAE+KL, L1 ve MSE+SSIM denemeleri beklenen iyileştirmeyi sağlamamıştır. VAE özellikle DRUSEN sınıfında zayıf kalmış, MSE+SSIM ise bu veri ve mimari ayarında en düşük genel performansı vermiştir. Latent 64/128/256 karşılaştırmasında değerler birbirine yakın kalmış, final aday için latent 128 korunmuştur. Batch size 16 güçlü sonuç vermesine rağmen final score'da 60 epoch latent 128 koşusunu geçememiştir. Crop denemelerinde content crop ve retina-margin crop DRUSEN yakalama sayısını bir miktar artırmış, fakat AUROC ve FPR tarafında genel performansı düşürmüştür; bu nedenle final modelde crop kullanılmamıştır.

Score ablation sonuçları, iyileştirmenin model mimarisinden çok hata haritasının nasıl özetlendiğiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Tablo V bu farkı sayısal olarak göstermektedir: topk_mse_5, ortalama MSE'ye göre AUROC değerini 0.9112'den 0.9457'ye çıkarmıştır. Retina-band ve retina-weighted MSE skorları ortalama MSE'ye yakın kalmış, L1/SSIM tabanlı ensemble score'lar ise topk_mse_5'i geçememiştir. Border crop yalnızca önizleme düzeyinde bırakılmıştır; çünkü ilk görsel inceleme bu yaklaşımın sınırlı katkı sağlayacağını göstermiştir. Content crop ve retina-margin crop ise tam eğitimle denenmiş, ancak daha yüksek DRUSEN tespitine rağmen genel ayrımı bozduğu için final seçime alınmamıştır.

Tablo VI final image-level ve patient-level sonuçlarını bootstrap güven aralıklarıyla birlikte vermektedir. Image-level p95 eşliğinde precision 0.9911 ve FPR 0.0200 elde edilmiştir; yani normal test görüntülerinde yanlış pozitif sayısı 5/250 seviyesinde kalmıştır. Hasta düzeyinde mean aggregation AUROC 0.9485, F1 0.8975, recall 0.8346, precision 0.9706 ve FPR 0.0760 üretmiştir. Tablo VII, p95-p97-p99 eşliğinin precision-recall dengesini nasıl değiştirdiğini göstermektedir. p97 ve p99 precision değerini korusa da recall belirgin biçimde düştüğü için final operasyon noktası p95 olarak bırakılmıştır. Tablo VIII, sınıf bazlı davranışı göstermektedir. CNV 247/250, DME 212/250 yakalanırken DRUSEN 95/250 seviyesinde kalmıştır. Bu durum DRUSEN'in normal anatomiden daha ince ve lokal sapmalar içermesiyle uyumludur. Üretilen heatmap ve DRUSEN false negative görselleri de modelin bazı DRUSEN örneklerinde patolojik bölgeyi yeterince yüksek score'a taşıyamadığını göstermiştir.

60 epoch denemesi ayrıca eğitim süresi ve overfitting açısından da yorumlanmıştır. En iyi validation loss 58. epoch'ta görülmüş, bu da 40 epoch sınırının biraz erken kalabileceğini göstermiştir. Buna rağmen ortalama MSE score'u çok az değişmiştir; dolayısıyla ek epoch tek başına yeterli olmamıştır. Final iyileştirme, daha uzun eğitim ile top-k residual score'un birlikte kullanılmasından gelmiştir. Bu gözlem, rekonstrüksiyon tabanlı anomaly detection problemlerinde yalnızca loss düşüşünü izlemek yerine, score fonksiyonunun patolojik sinyali nasıl özetlediğini de ayrıca test etmek gerektiğini göstermektedir.

VAE sonucunun zayıf kalması da önemli bir bulgudur. VAE'nin daha düzenli bir latent uzay oluşturması beklenebilir; ancak KL terimi rekonstrüksiyonu daha pürüzsüz hale getirerek küçük ve lokal patolojik farklılıkların score'a yansımaları azaltmış olabilir. Benzer şekilde SSIM içeren loss yapısal benzerliği gözetse de, bu veri ve 128x128 çözünürlükte

patoloji-normal ayrımını güçlendirmemiştir. Bu sonuçlar negatif görünse de final rapor açısından değerlidir; çünkü hangi geliştirmelerin gerçekten katkı verdiğini, hangilerinin yalnızca teorik olarak cazip kaldığını ayırmaktadır.

Tablo IV. Final aşamasında yapılan ana deneyler.

Deney	AUROC	F1	Recall	FPR	Kısa yorum
AE-MSE 40e	0.9104	0.8262	0.7160	0.0520	Ara baseline; DRUSEN 88/250
AE-MSE 60e	0.9112	0.8237	0.7133	0.0560	Daha düşük val loss; MSE skorunda benzer
AE top-k 60e	0.9457	0.8464	0.7387	0.0200	Final image-level aday; DRUSEN 95/250
VAE+KL	0.8758	0.7475	0.6080	0.0560	Beklenen iyileştirmeyi sağlamadı; DRUSEN 41/250
AE-L1	0.8459	0.7582	0.6293	0.0920	Piksel farkı duyarlılığı düşük kaldı
AE-MSE+SSIM	0.7857	0.6773	0.5360	0.1400	Bu ayarda en zayıf eğitim loss'u
Latent 64	0.9124	0.8231	0.7133	0.0600	Latent ablasyonu; MSE güçlü, top-k geride
Latent 256	0.9093	0.8277	0.7173	0.0480	Latent ablasyonu; stabil fakat finali geçmedi
Batch 16	0.9102	0.8273	0.7187	0.0560	Batch ablasyonu; top-k güçlü
Batch 64	0.9058	0.8155	0.7013	0.0560	Batch 16/32'ye göre zayıfladı
Content crop	0.8767	0.7893	0.6693	0.0800	DRUSEN arttı ama genel performans düştü
Retina margin crop	0.8862	0.8071	0.6947	0.0800	DRUSEN 96/250; FPR ve AUROC zayıf

Tablo V. Final run için score ablation özeti.

Score	AUROC	F1	Recall	FPR
mse	0.9112	0.8237	0.7133	0.0560
retina_weighted_mse	0.9134	0.8289	0.7200	0.0520
topk_mse_5	0.9457	0.8464	0.7387	0.0200
topk_mse_10	0.9371	0.8465	0.7427	0.0360
ensemble_mse_ssim_topk	0.9159	0.8363	0.7320	0.0560
ensemble_all_base	0.9104	0.8340	0.7333	0.0760
ll	0.8472	0.7662	0.6400	0.0920
mse_ssim_score	0.7699	0.6678	0.5240	0.1360

Tablo VI. Final aday sonuçları ve bootstrap güven aralıkları.

Seviye	Score	AUROC	F1	Recall	Precision	FPR
Image	topk_mse_5	0.9457 [0.9312-0.9588]	0.8464 [0.8244-0.8662]	0.7387	0.9911	0.0200
Patient mean	topk_mse_5	0.9485 [0.9299-0.9641]	0.8975 [0.8760-0.9169]	0.8346	0.9706	0.0760

Tablo VII. topk_mse_5 için eşik duyarlılığı.

Eşik	Threshold	Precision	Recall	F1	FPR
p95	0.01419	0.9911	0.7387	0.8464	0.0200
p97	0.01672	0.9939	0.6547	0.7894	0.0120
p99	0.02345	0.9943	0.4667	0.6352	0.0080


Tablo VIII. Final top-k score için sınıf bazlı tespit özeti.

Sınıf	Ort. score	Tespit	Oran
CNV	0.0349	247/250	0.9880
DME	0.0308	212/250	0.8480
DRUSEN	0.0149	95/250	0.3800
NORMAL	0.0080	5/250	0.0200


Bulgular bölümündeki görseller yalnızca örnek görüntü göstermek için değil, tablolardaki sayısal sonuçların nasıl yorumlandığını desteklemek için kullanılmıştır. Şekil 2, final adayın hem genel model/score karşılaştırmasındaki yerini hem de sınıf bazlı tespit oranlarını tek bakışta özetler. Bu nedenle ana metrik tablolarından sonra verilmiştir.

Şekil 3, top-k residual score'un neyi yakaladığını nitel olarak göstermek için eklenmiştir. Her satırda orijinal görüntü, rekonstrüksiyon, residual haritası ve top-k residual overlay birlikte gösterilir. Bu görsel pixel-level segmentasyon iddiası taşımaz; yalnızca modelin hangi bölgelerde daha yüksek rekonstrüksiyon hatası ürettiğini açıklayıcı olarak gösterir.


Şekil 4, final sistemin en zayıf kaldığı DRUSEN false negative örneklerine ayrılmıştır. Bu örnekler, DRUSEN bulgularının bazı görüntülerde normal anatomiye yakın score üretebildiğini ve bu yüzden sınıf bazlı recall değerinin CNV ve DME'ye göre daha düşük kaldığını görsel olarak desteklemektedir.



Şekil 2. Final performans ve sınıf bazlı tespit özeti.



Şekil 3. Top-k residual overlay ile nitel analiz örnekleri.



Şekil 4. DRUSEN false negative örnekleri.

V. SONUÇ

Bu projede normal retina OCT görüntülerinden öğrenen konvolüsyonel autoencoder tabanlı bir anormali tespit sistemi uçtan uca geliştirilmiş ve final aşamasında kapsamlı ablasyonlarla değerlendirilmiştir. En güçlü sonuç, yeni ve daha karmaşık bir modelden değil, aynı AE-MSE modelinin lokal hataya duyarlı top-k residual score ile değerlendirilmesinden gelmiştir. Final image-level sonuç AUROC 0.9457 ve F1 0.8464, hasta düzeyi sonuç ise AUROC 0.9485 ve F1 0.8975'dir.

Deneysel VAE, L1, MSE+SSIM, latent boyut, batch size ve crop gibi seçeneklerin bu veri ve ayarlarda her zaman iyileştirme getirmediğini göstermiştir. Özellikle crop işlemleri DRUSEN yakalamayı artırsa bile genel hata dengesini bozmuştur. Çalışmanın ana sınırlılıkları, test setinin sınıf başına 250 görüntüyle sınırlı tutulması, pixel-level lezyon anotasyonu bulunmaması ve modelin klinik karar destek sistemi olarak kullanılmaya hazır olmamasıdır. Buna rağmen hasta bazlı split, testten bağımsız threshold seçimi, bootstrap güven aralığı ve nitel residual analizleriyle proje, final teslimi için tutarlı ve tekrar üretilebilir bir normal-only OCT anomaly detection baseline sunmaktadır.

Final sonrası en doğal geliştirme yönleri, daha yüksek çözünürlükte eğitim, dış veri setinde doğrulama, DRUSEN odaklı ek analiz ve pixel-level anotasyon varsa gerçek anomaly localization değerlendirmesidir. Bununla birlikte bu çalışma kapsamında hedeflenen ana çıktı tamamlanmıştır: normal-only öğrenme yaklaşımı çalıştırılmış, başarısız denemeler saklanmadan raporlanmış ve final model seçimi yalnızca test performansına göre değil, validation tabanlı threshold, sınıf bazlı davranış ve hasta düzeyi analiz birlikte düşünülerek yapılmıştır.

Sonuçların aktarılabilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu çalışmada test seti sınıf başına 250 görüntüyle dengeli tutulmuştur; gerçek klinik akışta patolojik ve normal örnek oranları farklı olabilir. Bu durumda aynı precision, recall ve FPR değerleri doğrudan aynı kullanım etkisine karşılık gelmeyebilir. Ayrıca OCT2017 görüntüleri belirli cihaz ve veri toplama koşullarından geldiği için farklı merkezlerden gelen

görüntülerde dış doğrulama yapılmadan klinik genelleme iddiasında bulunmak doğru değildir.

Buna rağmen proje, final ders kapsamı açısından üretken yapay zeka ve derin öğrenme yöntemlerinin tıbbi görüntülerde nasıl kontrollü deney tasarımına dönüştürülebileceğini göstermektedir. VAE gibi üretken latent model denenmiş, ancak sonuçlar iyi çıkmadığında saklanmamıştır. SSIM, L1, crop ve ensemble score denemeleri de aynı şekilde rapora dahil edilmiştir. Bu yaklaşım, yalnızca başarılı sonucu sunmak yerine model geliştirme sürecinin karar noktalarını görünür kıldığı için final projesinin teknik değerini artırmaktadır.

KAYNAKÇA

- [1] D. S. Kermany et al., "Identifying medical diagnoses and treatable diseases by image-based deep learning," *Cell*, vol. 172, no. 5, pp. 1122-1131.e9, 2018, doi: 10.1016/j.cell.2018.02.010.
- [2] D. S. Kermany, K. Zhang, and M. Goldbaum, "Large dataset of labeled optical coherence tomography (OCT) and chest X-ray images," *Mendeley Data*, ver. 3, 2018, doi: 10.17632/rscbjbr9sj.3.
- [3] G. Litjens et al., "A survey on deep learning in medical image analysis," *Med. Image Anal.*, vol. 42, pp. 60-88, 2017, doi: 10.1016/j.media.2017.07.005.
- [4] D. P. Kingma and M. Welling, "Auto-Encoding Variational Bayes," *arXiv:1312.6114*, 2013.
- [5] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600-612, 2004, doi: 10.1109/TIP.2003.819861.
- [6] T. Schlegl, P. Seebock, S. M. Waldstein, U. Schmidt-Erfurth, and G. Langs, "Unsupervised anomaly detection with generative adversarial networks to guide marker discovery," *arXiv:1703.05921*, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1703.05921.
- [7] S. Akcay, A. Atapour-Abarghouei, and T. P. Breckon, "GANomaly: Semi-supervised anomaly detection via adversarial training," in *Proc. Asian Conf. Comput. Vis. (ACCV)*, pp. 622-637, 2018, doi: 10.1007/978-3-030-20893-6_39.
- [8] V. Zavrtanik, M. Kristan, and D. Skocaj, "DRAEM - A discriminatively trained reconstruction embedding for surface anomaly detection," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV)*, pp. 8330-8339, 2021.
- [9] P. Seebock et al., "Exploiting epistemic uncertainty of anatomy segmentation for anomaly detection in retinal OCT," *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol. 39, no. 1, pp. 87-98, 2020, doi: 10.1109/TMI.2019.2919951.
- [10] K. Zhou et al., "Proxy-bridged image reconstruction network for anomaly detection in medical images," *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol. 41, no. 3, pp. 582-594, 2022, doi: 10.1109/TMI.2021.3118223.
- [11] Y. Luo, Y. Ma, and Z. Yang, "Multi-resolution auto-encoder for anomaly detection of retinal imaging," *Phys. Eng. Sci. Med.*, vol. 47, no. 2, pp. 517-529, 2024, doi: 10.1007/s13246-023-01381-x.
- [12] J. Wang, W. Li, Y. Chen, et al., "Weakly supervised anomaly segmentation in retinal OCT images using an adversarial learning approach," *Biomed. Opt. Express*, vol. 12, no. 8, pp. 4713-4729, 2021, doi: 10.1364/BOE.426803.