КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 2-2 Электронный осциллограф

Группа 2НБ-51 ФИО Студента Кручинина Екатерина Вадильевна

Дата «03» 03 2026 г. Подпись преподавателя _____

Таблица 1. Пластины вертикального отклонения (ПВО)

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	5,6	0,6
20	10,3	0,7
30	16,8	0,6
40	24,7	0,6
50	31,4	0,6

Таблица 2. Пластины горизонтального отклонения (ПГО)

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	4,5	0,8
20	9,3	0,8
30	15,6	0,7
40	22,1	0,6
50	28,0	0,6

Таблица 3. Максимальная чувствительность осциллографа

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	0,014	252,538
20	0,020	353,553
30	0,037	286,665
40	0,050	282,843
50	0,076	232,601

Таблица 4. Измерение неизвестной частоты при наблюдении фигур Лиссажу

Вид фигуры Лиссажу				
Отношение частот $f_x:f_y$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2
Частота по лимбу генератора, f_y, Гц	50	100	150	25
Исследуемая частота, f_x, Гц	50	50	50	50