FICHE PROTOCOLE CICATRICES

MicroLab Matim® + Gants conducteurs (GABTs) - Chéloïde / Hypertrophique / Adhérence

ADHÉRENCE cicatrice collée, creux, tire	Redonner glissement	CH1: ANGIOGENESE CH2: MIOFASCIAL	Fixes en croix aux 2 extrémités de la cicatrice, à 1-2cm	1 main ancre, 1 main décollement transversal / palper-rouler PENDANT courant
HYPERTROPHIQUE relief rouge, dans limites	Assouplir, diminuer rougeur	CH1: VASCULAIRE CH2: DRAINAGE ou ANGIOGENESE	En CADRE à 2-3cm autour, jamais dessus si douloureuse	Effleurage circulaire doux autour, drainage vers ganglions
CHÉLOÏDE stabilisée déborde, prurit, feu vert médical requis	Apaisement périphérique	CH1: VASCULAIRE CH2: DRAINAGE *Jamais Miofascial agressif*	Uniquement périphérique, pas directement sur chéloïde	Mains en berceau autour, pas de traction directe

TEMPS MOYENS CONSEILLÉS (Matim)

Phase	CH1 Électrodes	CH2 Gants	Total
Adhérence	Angiogenèse 20 min	Miofascial 12-15 min	~30-35 min
Hypertrophique	Vasculaire 15 min	Angiogenèse 15 min	~30 min
Chéloïde stabilisée	Vasculaire 15 min	Drainage 15 min	~30 min

RÈGLES D'OR GANTS (GABTs)

- Gants toujours humidifiés : eau + gel conducteur neutre, pas de crème grasse
- Cicatrice obligatoirement fermée, fils tombés, pas de suintement
- Chéloïde en poussée évolutive = STOP - orientation dermato / médecin
- Intensité : fourmillement léger, jamais contraction musculaire visible
- Contre-indications absolues : pacemaker, grossesse sur zone, thrombose, tumeur sur zone

Document à usage interne professionnel. Protocoles issus de la formation Matim Performance. Ne se substitue pas à un avis médical.