



Dados Consolidados-Itatiaia.xlsx — aba '10kV' (10kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)




QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)




QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)





QC4 — Rolling QC (Rh-L α -Inc)




QC5 — Réplicas (Mean RPD)





QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)




Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
157.3	157.3	1	2-Suspeito	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα-Inc
207.3	247.3	3	3-Rejeitado △	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
277.3	297.3	2	2-Suspeito △	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
337.3	337.3	1	2-Suspeito △	Deriva (Rolling QC)
367.3	367.3	1	2-Suspeito △	Deriva (Rolling QC)
487.3	487.3	1	2-Suspeito △	Argônio (Ar-Kα)
847.3	877.3	4	2-Suspeito △	Throughput


△ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).

Dados Consolidados-Itatiaia.xlsx — aba '30kV' (30kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)




QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)




QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)





QC4 — Rolling QC (Rh-K α -Inc)




QC5 — Réplicas (Mean RPD)





QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)



Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
157.3	257.3	11	3-Rejeitado 	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
297.3	297.3	1	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)
357.3	357.3	1	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)
477.3	497.3	3	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC), Throughput
787.3	797.3	2	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)
867.3	867.3	1	2-Suspeito	Throughput

 Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).