CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

MED 3728-01-26

Data de emissão: 31/08/2026
Emission date

Válido até: Indeterminado
Valid until

SOLICITANTE:
Applicant

ARPE MEDICAL REPRESENTACAO, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Rua General Dionisio, 568, Centro, Duque de Caxias/RJ, Brasil – CEP: 25.075-095
CNPJ: 46.798.106/0001-83

FABRICANTE LEGAL:
Legal Manufacturer

YIWEI Medical Technology Co., Ltd.
Room 701-2, Block B, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006 Shennan Boulevard, Xintian Community, Huafu Subdistrict, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

FABRICANTE CONTRATADO:
Contracted Manufacturer

N/A

PRODUTO:
Product

Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Treinamento de Reabilitação em TEA

MODELO:
Model

VR-ASD

FAMÍLIA:
Family

Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Treinamento de Reabilitação em TEA

MODELO DE CERTIFICAÇÃO:
Certification Model

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Gustavo Domenes Ferlin:39451538836

Assinado de forma digital por Gustavo Domenes Ferlin:39451538836
Dados: 2026.08.31 17:35:49 -03'00'

Gustavo Domenes Ferlin
Diretor e Sócio Proprietário

"Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

MED 3728-01-26

Data de emissão: 31/08/2026
Emission date

Válido até: Indeterminado
Valid until

DESCRIÇÃO:
Description

MARCA Brand	**Modelo (s)** Model (s)	**Descrição** Description	**Código de barras** EAN Code
LumiBrain	VR-ASD	Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Treinamento de Reabilitação em TEA; 5 Vc.c., 2,0 A (Bateria 3,85 Vc.c., 5300mAh); Classe II e Energizado internamente; Parte Aplicada Tipo BF; IPX0; Modo de operação contínuo.	Não Informado

NORMAS E PORTARIAS:
Standards and Ordinances

Portaria / Norma Ordinance / Standard	**Ano de Publicação** Publication' Year
Portaria Inmetro n° 384	2020
Portaria Inmetro n° 200	2021
Instrução Normativa – IN N° 283	2024
ABNT NBR IEC 60601-1	2010 + Emenda 1: 2016 + Emenda 2: 2022
ABNT NBR IEC 60601-1-2	2017 + Emenda 1: 2022
ABNT NBR IEC 60601-1-6	2011 + Emenda 1: 2020 + Emenda 2: 2022
ABNT NBR IEC 60601-1-9	2010 + Emenda 1: 2014 + Emenda 2: 2022 (Apenas itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3)

A DATA DA AUDITORIA: 26/08/2026
Date of the Audit

ENSAIOS:
Testing

Laboratório de ensaios Testing Laboratory	**Relatório de ensaios N°** Report N°	**Data de emissão** Date of issue
Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. (CNAS L1225)	CHTM26045410R1	21/08/2026
	CHTM26045409R1	21/08/2026

"Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

MED 3728-01-26

Data de emissão: 31/08/2026
Emission date

Válido até: Indeterminado
Valid until

Versão do Manual:
Manual Version
Manual do Usuário modelo VR-ASD – Rev.: V1.0 – Emissão: 03 de julho de 2026

Versão do Software:
Software version
V1.0.0.01

Versão do Registro Histórico:
Project History Record (RHProj)
CNVR-ASD-DHF – Rev.: V1.0 (12/06/2026)

Aceite da Proposta:
Acceptance of Proposal
12/06/2026 (MED-3728-2026-REV 00)

Acessórios e partes ensaiadas:
Acessories/tested parts

Código Code	**Descrição** Description
N/A	N/A

REVISÃO
Review

Data de Revisão Review Date	**Justificativa de Revisão** Review reason
31/08/2026	Certificação Inicial.

“Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração”

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

MED 3728-01-26

Data de emissão: 31/08/2026
Emission date

Válido até: Indeterminado
Valid until

NOTAS
Note

N/A.

I. O uso da marca de Certificação do ICC é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente do ICC e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ICC e seu cliente. A responsabilidade do ICC está limitada aos termos e condições do contrato. O ICC não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: contato@icc-ocd.com.br ou Telefone: +55 (19) 2660-2204 – Rua Conceição, 233, Andar 20, Sala 2011, Centro, Campinas/SP – CEP: 13010-050.

“Este certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração”