




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Перв. примен.

Р/15.11.00.00.00 ГЧ



A



Технические характеристики

- | | |
|--|---------|
| 1. Максимальный момент на выходном звене, Нм | 11 |
| 2. Скорость вращения выходного звена, Об/мин | 6,4 |
| 3. Угловое ускорение вращения выходного звена, град/с ² | 6,7 |
| 4. Момент инерции нагрузки, кг м ² | 0,225 |
| 5. Погрешность редуктора не более, угл. минут | 30 |
| 6. Срок службы исполнительного привода, ч | 1000 |
| 7. Температура эксплуатации, °C | 10...40 |
| 8. Степень защиты IP44. | |
| 9. Тару маркировать: | |



Р/15.11.00.00.00 ГЧ						Механизм стола МРТ			Лист	Масса	Масштаб
Габаритный чертёж											1:1
									Лист	Листов	1
									МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедра Р/1-5 группа БМ12-61Б		
									Формат А2		

Копировал