


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.

Р/15.11.00.00.00 К3

Двигатель ЭМ-15М

$P_{ном} = 15 \text{ Вт}$
 $M_{ном} = 0,037 \text{ Н·м}$
 $M_{ном} = 0,060 \text{ Н·м}$
 $n_{ном} = 4000 \text{ мин}^{-1}$



Технические характеристики

- | | |
|--|---------|
| 1. Максимальный момент на выходном звене, Нм | 11 |
| 2. Скорость вращения выходного звена, Об/мин | 6,4 |
| 3. Угловое ускорение вращения выходного звена, град/с ² | 6,7 |
| 4. Момент инерции нагрузки, кг м ² | 0,225 |
| 5. Погрешность редуктора не более, угл. минут | 30 |
| 6. Срок службы исполнительного привода, ч | 1000 |
| 7. Температура эксплуатации, °С | 10...40 |
| 8. Степень защиты IP44. | |

Р/15.11.00.00.00 К3						Механизм стола МРТ			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Схема кинематическая					1:1
Разраб.	Лабриненко Е.С.								Лист	Листов	1
Проб.	Патрикеева А.А.								МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Т.контр.									кафедра Р/1-5		
Н.контр.									группа БМ12-615		
Утв.									Формат А2		

Копировал

Формат А2