Validación y metrología — conformidad e incertidumbre

Equipo bajo prueba: TRANSMISOR-P-01 · magnitud: presión · k = 2

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Resultado

Puntos conformes: **3/3**. Un punto es conforme si el error medio cae dentro de la tolerancia, con la incertidumbre expandida declarada.

Punto	Nominal	Media	Error	Desv.	Incert. (k=2)	Tolerancia	Veredicto
presion_0bar	0.0 bar	0.0075	0.0075	0.00778	0.00502	±0.05	**CONFORME**
presion_5bar	5.0 bar	5.0354	0.0354	0.00925	0.00618	±0.1	**CONFORME**
presion_10bar	10.0 bar	10.0384	0.0384	0.01483	0.00984	±0.15	**CONFORME**

Lectura de resultados

- **Error:** desviación de la media respecto al valor nominal.
- **Repetibilidad:** desviación típica de las muestras en condiciones constantes.
- **Incertidumbre expandida:** incertidumbre estándar combinada × k = 2.

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.

Ingeniero Ronny Díaz López