

Água Milli-Q pH < 2

Materiais Necessários:

- HCl concentrado
- Proveta
- Água Milli-Q
- Fitas indicadoras de pH (0–6)
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Em capela, adicione 0,5 mL de HCl concentrado em 1 L de água Milli-Q.
- Misture bem.
- Verifique o pH com fita indicadora (ajuste se necessário).
- Armazene em frasco limpo, rotulado corretamente.