

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 3 章 术语和缩略语	页 码	第 1 页 共 3 页

第 3 章 术语和缩略语

1 术语

1) 公正性

客观性的存在。

注 1：客观性意味着不存在或已解决利益冲突，不会对实验室（6）的活动产生不利影响。

注 2：其他可用于表示公正性的要素的术语有：独立、无利益冲突、没有成见、没有偏见、中立、公平、思想开明、不偏不倚、不受他人影响、平衡。

2) 投诉

任何人员或组织向实验室就其活动或结果表达不满意，并期望得到回复的行为。

3) 实验室间比对

按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。

4) 实验室内比对

按照预先规定的条件，在同一实验室内对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。

5) 能力验证

利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。

6) 实验室

从事下列一个或多个活动的机构

— 检测

— 校准

— 与后续检测或校准相关的抽样

注 1：在本手册中，“实验室活动”指上述三种活动。

7) 判定规则

当声明与规定要求的符合性时，描述如何考虑测量不确定度的规则。

8) 验证

提供客观证据证明给定项目满足规定要求。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 3 章 术语和缩略语	页 码	第 2 页 共 3 页

例 1：证实在测量取样量小至 10mg 时，对于相关量值和测量程序而言，给定标准物质的均匀性与其声称的一致。

例 2：证实已达到测量系统的性能或法定要求。

例 3：证实满足目标测量不确定度。

注 1：适用时，应当考虑测量不确定度。

注 2：项目可以是，例如一个过程、测量程序、物质、化合物或测量系统。

注 3：规定要求可以是如满足生产商的规定。

注 4：法制计量中的验证，如在 VIML 和通常的合格评定中的定义，是指对测量系统的检查并加标记和/或出具验证证书。

注 5：验证不应当与校准混淆。不是每个验证都是确认。

注 6：在化学中，验证活性或所含实体的特性时，需要描述该实体或活性的结构或特性。

9) 确认

对规定要求满足预期用途的验证。

示例：一个通常用于测量水中氮的质量浓度的测量程序，也可被确认为可用于测量人体血清中氮的质量浓度。

10) 校准

在规定条件下，为确定测量仪器所指示的量值或实物量具所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。

11) 标准物质

具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。

12) 参考标准

在给定地区或给定组织内，通常具有最高计量学特性的测量标准，在该处所做的测量均从它导出。

13) 溯源性

通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（国家或国际标准）联系起来的特性。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 3 章 术语和缩略语	页 码	第 3 页 共 3 页

14) 质量体系

为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。

15) 质量控制

为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

16) 质量保证

为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部计划和有系统的活动。

17) 程序

为进行某项活动所规定的途径。

18) 质量手册

阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。

19) 质量管理

确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。

3.2 缩略语（仅适用本手册）

1) “本实验室”、“本中心”、“实验室”、“中心”均指 XXXX 有限公司****实验室（按具体情况写）。

2) “手册”指本实验室的《质量手册》。

3) “实验室活动”指本实验室检测、校准、抽样或其组合。

4) “实验室最高管理者”指本实验室主任