

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设施和环境条件	页 码	第 1 页 共 3 页

6.3.1 正确配备实施环境设施条件

6.3.1.1 本实验室对用于实验室检测活动的设施，包括从事检测活动的场所（如仪器室、试验室、样品库等）、支持服务的设施（供电、供水、供气、采暖、通风、微生物污染、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、温度、声音和振动等）和环境的提供正确的配置及应用实施控制管理，制定了《设施与环境条件控制程序》，防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，确保检测结果的准确有效。

根据检测工作范围、项目要求，提供配置适宜的检测场所和充足的设施，并进行合理、有效的布局，防止对检测工作产生不利影响。本实验室的设施均为自有设施，拥有全部的使用权和支配权。

6.3.1.2 本实验室设施和环境条件配置应满足以下要求：

- 1) 保证动力电和照明用电的供给；
- 2) 对温度、湿度、振动、电源电压等要求严格控制；
- 3) 当与实验室相邻的区域发生对检测不利的影响时，应采取有效的隔离措施以防止交叉污染；
- 4) 对产生有害气体作业场所，应安装通风排气系统。
- 5) 对产生电离辐射的作业场所，应有屏蔽措施和监测设施。
- 6) 相应的标准和准则有要求的时，需要满足标准和准则的要求。

6.3.2 设施环境条件文件化

本实验室将从事实验室活动所必需的设施及环境条件的要求制定成文件。

本实验室设施从事的检测活动的设施及环境条件通过填写《检测活动必需设施和环境条件表》实现

6.3.3 设施环境条件监测、控制和记录

6.3.3.1 当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件影响结果的有效性时，实验室应监测、控制环境条件，并予以记录。如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等，使其适应于相关的检测活动

6.3.3.2 当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。

6.3.3.3 对可能影响检测工作的人为条件和可能危及安全的因素得以有效控制，保证检验工作具有安全、良好和符合要求的工作环境，制定了《安全作业管理程

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设施和环境条件	页 码	第 2 页 共 3 页

序》并规定了发生意外时的紧急处置措施。

6.3.3.4 实验室应保证检测区域的整洁、安全，最大程度减少环境对检测结果的影响。

6.3.4 实施、监控和定期评审控制设施

本实验室实施、监控并定期评审控制设施的措施，本实验室配置与检测范围相适应的设施并便于使用的安全防护装备和设施，如照明设施、UPS 电源、排风净化设施、个人防护装备、洗眼器、紧急淋喷、灭火器等必要的消防设施，定期检查功能，这些措施应包括但不限于：

- a) 进入和使用影响实验室活动的区域的控制；
- b) 预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响；
- c) 有效隔离不相容的实验室活动区域。

实验区与办公区应保持有良好的隔离，防止交叉感染，无关人员未经批准不得随意进入实验区域。

确保检测人员的人身安全,对检测区域实施控制，于实验区域建立明显的控制标志。外来人员进入检测区需经综合事业部负责人批准，并办理登记手续，在实验室人员陪同下进入试验区域，与检测无关的物品不得带入试验区域。

实验室产生的废气、废液和固体废物的安全处理以及符合环境和健康的要求，制定了《环境保护管理程序》。处理、处置过程应予以记录并保存。

6.3.5 永久控制之外的地点、设施

本实验室的设施均在实验室控制之下，当实验室需要在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，测试部需要确保满足 CNAS-CL01：2018 中 6.3 条款要求及《质量手册》6.3 条款有关设施及环境条件的要求。

5.3.6 支持文件

《设施与环境条件控制程序》

《安全作业管理程序》

《环境保护管理程序》

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.3 设施和环境条件	页 码	第 3 页 共 3 页

广州干仞，内部资料，严禁复制

微信公众号：实验室ISO17025

联系人：乐老师（186 2011 1147）