

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.10 不符合工作	页 码	第 1 页 共 2 页

7.10 不符合工作

7.10.1 不符合工作的控制程序

7.10.1.1 本实验室的不符合工作是指以下方面

- 1) 实验室检测活动或结果不符合自己的程序；
- 2) 实验室检测活动或结果与客户协商的要求不一致。

不符合工作可发生在管理体系和技术运作的各个环节，如客户投诉、结果监控、仪器设备的校准或核查、服务和供应品的验收、人员监督、检测报告的核查、管理评审和内审等。

7.10.1.2 为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，使不符合工作得到及时有效的纠正，对可能造成不符合的原因加以预防，持续地改进、不断提高管理体系运行的有效性，当实验室发生不符合工作时，实验室实施《不符合工作的控制程序》，该程序确保：

- a) 确定不符合工作管理的职责和权力；
- b) 识别出不符合工作时所采取的措施，这些措施以实验室建立的风险水平为基础，必要时暂停检测工作或检测检测进行复测、扣发报告；
- c) 评价不符合工作的严重性，包括分析不符合工作对先前结果的影响；
- d) 对不符合工作的可接受性做出决定；
- e) 必要时，通知客户并取消工作；
- f) 规定批准恢复工作的职责。

质量负责人通过人员培训、会议、电子邮件、座谈等方式确保实验室人员均熟悉《不符合工作的控制程序》，尤其是直接从事检测人员，以便能够及时按照程序的规定处理相关事宜。

7.10.2 不符合工作记录

实验室需要保存不符合工作记录以及本手册 7.10.1 条款中 b) 至 f) 规定措施的记录。记录的保存按照《记录控制程序》执行。

7.10.3 纠正措施

7.10.3.1 对如下不符合工作应该采取纠正措施：

- 1) 对不符合工作进行评价，标明不符合工作可能再次发生；
- 2) 不符合工作对实验室的运行与实验室管理体系的符合性产生怀疑。

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.10 不符合工作	页 码	第 2 页 共 2 页

不符合工作的纠正措施按《实施纠正措施程序》有关要求执行

7.10.3.2 对已经发生的不符合工作，应立即进行纠正，根据其性质和严重程度做出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度做出决定，分析原因，并明确采取纠正措施的要求。

对于偶然发生的或个别事件，对实验室的活动和程序没有直接影响，可立即采取合适的纠正行动，消除已发现的不符合。

7.10.3.3 经评定暂时无法通过纠正/纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。

7.10.3.4 主任确定批准恢复被停止的不符合工作的的职责和权力。

7.10.4 支持文件

《不符合工作的控制程序》

《记录控制程序》

《内部管理体系审核程序》

《实施纠正措施程序》

广州内部资料，实验室ISO17025
微信公众号：实验室ISO17025
联系人：乐老师（186 2011 1147）