

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.4 检测或校准样品的处置	页 码	第 1 页 共 2 页

7.4 检测或校准样品的处置

7.4.1 样品管理

对样品的运输、接收、标识、流转、存储及保留和清理各环节实施控制管理，保证其代表性、有效性和完整性，以确保检测结果的科学、准确，保护本实验室和客户的利益。针对样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还的控制，制定了《样品的处置和管理程序》。

程序中包括了为保护样品的完整性以及实验室与客户利益所需的所有规定。在处置、运输、保存/等候、制备、检测或校准过程中，注意避免样品变质、污染、丢失或损坏。遵守随样品提供的操作说明。

7.4.2 样品标识

本实验室建立清晰标识检测样品的系统。该系统的启动可确保样品标识保持检测全过程，样品在实验室的保管期间需要始终保留样品标识。标识系统的设计和使用确保样品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆，具唯一性以实现追溯，必要时标明其“待检”、“在检”、“已检”、“留样”的状态。同时对群组样品进行必要的标识细分，以及样品在实验室的传递，包括实验室内部的传递和外部的传递。

7.4.3 样品的接收

7.4.3.1 接收检测样品时，应记录与规定条件的偏离。规定条件可能来自于客户送样时候的描述，或者实验室抽样的记录。

发现样品异常、与规定条件的偏离、样品与委托内容不符、委托要求不明确或不详尽、对样品的适用性持有怀疑时需要通知实验室抽样人员或者客户，并进行沟通，，取得进一步明确的说明，形成文件，并由委托方或抽样人确认。

7.4.3.2 当对样品是否适于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述时，实验室应在开始进行检测之前询问客户，以得到进一步的说明，并对询问的结果进行记录。

7.4.3.3 当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测时，实验室通知报告人员在报告中做出免责声明，并指出偏离可能对结果造成影响。

7.4.3.4 样品流转过程中，有关人员应检查确认样品标识，办理交接记录，接收者应遵守样品的使用说明，对样品加以保护，避免非正常损坏或丢失。

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.4 检测或校准样品的处置	页 码	第 2 页 共 2 页

7.4.4 样品保存

7.4.4.1 样品的保管应具备适当的设施和环境条件及安全措施，应分类定位存放，以防止样品损坏、丢失和混淆的发生，保证其安全防护要求的实现，保证样品状态的完好；

7.4.4.2 如样品需要在规定环境条件下储存、养护或调置，应保持、监控和记录这些环境条件，环境条件不限于温度、湿度、光照等。

7.4.4.3 样品检测完毕，检测人员应及时将样品移交样品室管理，有留样要求时，应做留样登记。。

7.4.4.4 样品留样期一般不超过 60 天，超期的样品，样品员应通知客户及时取回，超期且客户不要求领回的样品，实验室应有相应的处理和处置记录。

7.4.4.5 按《保护客户机密信息和所有权程序》的规定和委托要求，对客户的样品和有关资料信息予以保密。

7.5.5 支持文件

《保护客户机密信息和所有权程序》

《记录控制程序》

《设施与环境条件控制程序》

《监督控制程序》

《样品的处置和管理程序》

《检测工作的管理程序》