

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.7 确保结果的有效性	页 码	第 1 页 共 3 页

7.7 确保结果的有效性

7.7.1 结果有效性监控程序

7.7.1.1 对所实验室从事检测活动结果的质量进行有效性监控,开展有计划和有系统的结果监控活动,以保证检测结果的准确性和可靠性。本实验室制定了《检测结果有效性监控程序》和《能力验证程序》,程序中规定了一系列监控活动,确定了检测结果有效性监控计划的编制、实施要求和内容

7.7.1.2 本实验室结果数据的方式要便于发现其发展趋势,可以采用但不限于以下方式:

- 1) 表格;
- 2) 监控图;
- 3) 表格和监控图混合记录

在可行的情况下采用适合的统计技术审查监控结果,使检测的质量发展趋势得到及时了解,以便发现异常波动,采取预防措施加以控制。统计技术包括 F 检验、t 检验、质控图、线性回归等

7.7.1.3 本实验室对检测结果有效性的监控活动进行策划并制定计划,并对其计划内容、监控措施进行定期的审查和评审,以适当调整计划内容,保证计划实施的有效性。年度质量监控计划包括内部质量监控计划和外部质量监控计划,《检测结果有效性监控程序》和《能力验证程序》对内外部质量控制活动的实施内容、方式、责任人作出明确的规定

本实验室的结果有效性监控计划应覆盖认可范围内的所有检测项目。结果有效性监控计划制定应考虑检验前过程、检验过程和检验后过程的要求。当检测方法中规定了结果有效性监控要求时,应符合要求;当开展新的检测项目或使用新的方法时,应规定相应的结果有效性监控方案。

本实验室根据检测业务量、检测结果的用途、检测方法本身的稳定性与复杂性、对技术人员经验的依赖程度、参加外部比对(包含能力验证)的频次与结果、人员的能力和经历、人员数量及变动情况、新采用的方法或变更的方法等来制定内部结果有效性监控计划,内部结果有效性监控计划须包括可疑结果的判断准则。

7.7.1.4 内部结果有效性监控计划所采用的技术可包括,但不限于

检测结果监控应包括但不限于以下方式:

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.7 确保结果的有效性	页 码	第 2 页 共 3 页

- a) 使用标准物质或结果有效性监控物质；
- b) 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；
- c) 测量和检测设备的功能核查；
- d) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；
- e) 测量设备的期间核查；
- f) 使用相同或不同方法重复检测；
- g) 保存样品的重复检测；
- h) 物品不同特性结果之间的相关性；
- i) 审查报告的结果；
- j) 实验室内比对；
- k) 盲样测试。

7.7.2 实验室外部监控

7.7.2.1 可行和适当时，实验室应通过与其他实验室的结果比对来监控本实验室检测结果的表现。检测结果的外部监控需要进行策划并制定计划，并对其计划内容、监控措施进行定期的审查和评审，保证计划实施的有效性。

7.7.2.2 实验室检测结果有效性外部监控包括但不限于以下措施：

- a) 参加能力验证、测量审核，能力验证信息可以在 CNAS 官网上查询获得，选择符合本实验室的能力验证，能力验证的实施按照《能力验证工作程序》执行；
- b) 参加除能力验证之外的实验室间比对，比对尽量选择获得 CNAS 资质的实验室。

参加能力验证或实验室间比对的频次应满足 CNAS 规定的的要求，与本实验室所承担的工作量相匹配。

7.7.2.3 对于非常规检测项目，应加强内部质量控制措施，必要时进行全面的分析系统验证，包括使用标准物质或已知被分析物浓度的控制样品，然后进行样品或加标样品重复分析，确保检测结果的可靠性和准确性。特殊的检测活动，检测结果无法浮现，难以按照以上方法进行质量控制时，应关注人员的能力、培训、监督以及与同行的技术交流。

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.7 确保结果的有效性	页 码	第 3 页 共 3 页

7.7.3 监控数据的分析和应用

应分析结果有效性监控的数据，并将分析结果用于控制和（如适用）改进实验室检测活动，控制和改进包括调整测试系统、改进测试方法包括前处理方法、人员技能提升、提高设备精密度和准确度等。

如果发现监控活动数据分析结果超出预定的准则时，应采取有计划的纠正措施或预防措施，并防止报告错误的结果。具体可执行《不符合工作的控制程序》。

每年对质量监控计划的适宜性及时进行评审，并对实施效果进行评定，其结果提交管理评审。

7.7.4 支持文件

《检测结果有效性监控程序》

《不符合工作的控制程序》

《实施纠正措施程序》

《能力验证工作程序》

广州千仞、内部资料，严禁复制
微信公众号：实验室ISO17025
联系人：乐老师（186 2011 1147）