

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.6 改进(方式 A)	页 码	第 1 页 共 2 页

8.7 纠正措施（方式 A）

8.7.1 不符合纠正措施的要求

8.7.1.1 当实验室发生不符合时，实验室应对不符合工作作出应对，包括：

- 1) 采取相应的措施，这些措施对不符合进行控制、对不符合进行纠正；
 - 2) 对不符合的后果进行处置，终止不符合，防止不符合的影响进一步扩大；
- 实验室管理体系或技术运作中的问题可以通过各种活动来识别，例如本实验室的人员监督、内部或外部审核、管理评审、客户的反馈或员工的观察等

8.7.1.2 对不符合工作是否需要采取额外的措施需要进行评价，这些评价包括：

- 1) 对不符合本身进行评审和分析，确定不符合的严重程度和风险大小；
 - 2) 确定不符合的原因，不符合的原因很多，根本原因通常并不明显，需要仔细分析产生问题的所有潜在原因，可包括：客户要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、计量溯源等，找出根本原因或可能的根本原因；
 - 3) 确定实验室是否存在类似的不符合或者类似的不符合可能发生在实验室；
- 实验室对不符合采取措施，要针对不符合的根本原因制定，措施要能够消除产生不符合的原因，避免不符合再次在实验室发生、避免不符合在其他场合发生。

8.7.1.3 实验室组织相应人员对不符合的纠正措施予以实施，本实验室制定了《实施纠正措施程序》，以便对识别出的不符合工作实施纠正措施，《实施纠正措施程序》规定了相应的人员的职责和权力，对纠正措施的效果、有效性进行评审。必要时，在纠正措施策划期间确定的措施存在的风险和机遇，可对不同纠正措施方案进行比较、验证。当不符合措施的实施引起对实验室管理体系产生怀疑时，实验室应变更管理体系。一般此类不符合的问题严重、对实验室检测活动有危害。纠正措施的实施过程应从确定问题的根本原因的调查开始。

8.7.2 纠正措施的适应性

实验室采取和实施的纠正措施应与不符合产生的影响相适应，纠正措施应切实有效，应与问题严重程度相适应，权衡风险、利益和成本。对于严重的不符合应该多角度、多方面、多层次分析原因，列出尽可能的根本原因，采取纠正措施，消

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.6 改进(方式 A)	页 码	第 2 页 共 2 页

除不符合项产生的原因，防止不符合再次发生或者在其他场合发生。

8.7.3 纠正措施记录

实验室应保留如下不符合工作的记录，作为实验室体系的证据：

- 1) 不符合的性质的评审以及评审的结论；
- 2) 产生不符合原因的分析和分析出来的可能的根本原因；
- 3) 针对原因后续所采取的措施；
- 4) 实施纠正措施的结果，对所采取纠正措施的有效性的评价。

8.7.4 支持文件

《实施纠正措施程序》

《记录控制程序》

《内部管理体系审核程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制
 微信公众号：实验室ISO17025
 联系人：乐老师（186 2011 1147）