

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.8 内部审核(方式 A)	页 码	第 1 页 共 2 页

8.8 内部审核（方式 A）

8.8.1 内审要求

管理体系内部审核是对本实验室运行持续有效符合 CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、认可准则在相应检测领域的应用说明和相关法律法规准则的要求进行检查，确认管理体系是否得到有效的实施和保持

管理体系内部审核，由质量负责人负责组建内审小组，制定年度审核计划并主持实施，本实验室应 12 个月内至少进行一次全部门和全要素审核。审核执行《内部管理体系审核程序》。本实验室根据预定的日程表和检查表，定期地对质量活动进行内部审核，以验证管理体系运作持续符合实验室自身管理体系要求，包括实验室检测活动的要求，检查管理体系是否满足 ISO/IEC17025 或其他相关准则文件的要求，检查组织的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。

8.8.2 内审方案

8.8.2.1 实验室按照《内部管理体系审核程序》策划、制定、实施和保持内部审核方案，在策划、制定、实施和保持背部审核方案应该考虑如下因素：

- 1) 验室活动的重要性；
- 2) 影响实验室的变化；
- 3) 以前审核的结果。

8.8.2.2 内部审核方案内容包括：

- 1) 内部审核频次；
- 2) 内部审核方法，包括观察、提问、现场试验、抽查记录等；
- 3) 内部审核职责，明确内审组长、内审员、其他相关人员的职责；
- 4) 内部审核策划要求和报告，内审策划的要求和目的，以及出具的内审报告。

8.8.2.3 实验室在每次内审时要规定审核的审核准则和范围，根据内审策划进行审核准则全条款或是部分条款的审核，实验室的全部场所、活动还是部分场所、活动的审核；

8.8.2.4 实验室确保将审核结果报告给相关管理层（最高管理者、质量负责人、技术负责人）。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.8 内部审核(方式 A)	页 码	第 2 页 共 2 页

对内审中发现的不符合项及相关问题及时采取适当的纠正和纠正措施，如果调查表明所出具的结果可能已受到影响，需要通知客户。纠正和纠正措施见本手册 8.7 条款要求，保留所有内审的记录，内审记录作为实施审核方案以及审核结果的证据。

8.8.3 支持文件

《实施纠正措施程序》

《记录控制程序》

《内部管理体系审核程序》

《不符合工作的控制程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制
 微信公众号：实验室ISO17025
 联系人：乐老师（186 2011 1147）