

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.5 技术记录	页 码	第 1 页 共 2 页

7.5 技术记录

技术记录是本实验室进行检测所得数据和信息的积累，表明了本实验的检测是否达到了规定的质量或规定的过程参数，技术记录可包括表格、合同、工作流转单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部的检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈等等，本实验室的记录具体按照《记录控制程序》执行。

7.5.1 技术记录要求

7.5.1.1 本实验室确保每一项实验室检测活动的技术记录包含结果、报告和足够的信息，技术记录需要达到如下的要求：

- 1) 技术记录需要在尽可能识别影响测量结果的因素；
- 2) 技术记录需要在尽可能识别影响测量结果的测量不确定度的因素；
- 3) 技术记录需要确保能在尽可能接近原条件的情况下重复检测。

7.5.1.2 技术记录应包括每项检测活动和审查数据结果的日期和负责人。检测人和数据审核人需要在技术记录上签字（或等效标识）并标明对应的日期。

7.5.1.3 原始记录包括观察结果、观察数据和计算，应该在如下情况下立即记录：

- 1) 观察到结果、数据的时候立即记录；
- 2) 获得结果、数据时立即予以记录，

本实验室所有原始记录应该按特定任务予以识别。原始记录包括但不限于以下内容：

- 1) 样品描述
- 2) 样品的唯一性标示
- 3) 所用的检测方法
- 4) 环境条件（适用时）
- 5) 所用的设备和标准物质信息
- 6) 检测过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进行的计算
- 7) 从事相关工作人员的标识
- 8) 检测报告的副本
- 9) 其他重要信息

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.5 技术记录	页 码	第 2 页 共 2 页

7.5.2 技术记录的修改

7.5.2.1 本实验室确保技术记录的修改满足如下要求：

- 1) 修改的记录可以追溯到修改前的一个版本；
- 2) 修改的记录可以追溯到修改前的原始观察结果；
- 3) 保存原始的文档以及修改后的数据和文档；
- 4) 保存更改的日期、标识更改的内容和负责更改的人员。

7.5.2.2 对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改，防止原始数据的丢失或改动。并按照《计算机文件及数据控制程序》 执行。

7.5.3 支持文件

《管理体系文件控制和维护程序》

《记录控制程序》

《信息管理和数据控制程序》

《保护客户机密信息和所有权程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制！
 微信公众号：实验室ISO17025
 联系人：乐老师（186 2011 1147）