

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 1 页 共 6 页

7.8 报告结果

7.8.1 总则

7.8.1.1 检测结果的审查和批准

本实验室检测结果以检测报告的形式发出，在发出检测报告前，检测报告经过经过审核人进行审查和授权签字人批准，结果审查和批准执行《结果报告管理程序》。。

7.8.1.2 检测报告

本实验室为保证客观、准确、真实、清晰、完整地出具检测报告，且保证所编制的检测报告包含足够信息满足客户、检测方法和说明检测结果所必需的要求，制定了《结果报告管理程序》使结果报告得到有效控制。

7.8.1.2.1 本实验室不涉及校准，本实验室通过检测报告的形式提供结果，若涉及抽样，则以抽样报告的形式提供抽样结果。

本实验室报告报告可以硬拷贝或电子方式发布，不管以何种方式发布，报告需满足 ISO17025: 2017 准则和相关法律法规的要求。

当客户要求以传真、电子邮件或其他电子手段传递检测结果时，本实验室确保数据的完整性和保密性及客户所有权不受损害，具体按《保护客户机密信息和所有权程序》、《计算机文件及数据控制程序》控制。

7.8.1.2.2 应准确、清晰、明确和客观地出具检测报告，报告中包含如下信息：

- 1) 所用方法的全部信息；
- 2) 解释结果所必须的全部信息，且解释结果的信息是经过客户同意的。

本实验室检测报告设计的格式应适用于本实验室所进行各类检测，并尽量减少产生误解或误用的可能性，检测数据的表达方式，并易于客户理解，表头应当尽可能地标准化。

7.8.1.2.3 资料员负责检验检测报告及相关检验检测原始数据、图片的归档，保证检测结果具有可追溯性。所有发出的报告应作为技术记录予以保存。保存的要求需要符合本手册条款 7.5。 本实验室检验检测原始记录、报告的保存期限为 10 年。

7.8.1.3 简化报告

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 2 页 共 6 页

本实验室的报告可以用简化的方式出具，出具简化报告需要满足如下要求：

- 1) 简化报告经过客户同意；
- 2) 客户应能方便地获得本手册中完整报告所列的全部信息。

7.8.2 报告的通用要求

7.8.2.1 报告信息

7.8.2.1.1 每份报告应至少包括下列信息，以最大限度地减少误解或误用报告的可能性：

- a) 标题（例如“检测报告”、“抽样报告”）；
- b) 实验室的名称和地址；
- c) 实施实验室开展检测活动的地点。
若检测活动中包含客户设施、实验室固定设施以外的地点，或检测活动涉及相关的临时或移动设施需要在报告中标明；
- d) 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识，本实验室报告在每一页上标明当前页数和总页数，以“结束”符号清晰表明报告结束；
- e) 客户的名称和联络信息；
- f) 所用方法的识别，本实验室以方法号和方法名称表示；
- g) 物品（样品）的描述、明确的标识、必要时物品的状态；
- h) 检测物品（样品）的接收日期，以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期（如标准中规定抽样后一定时间内必须完成测试）；
- i) 实施实验室检测的日期；
- j) 报告的发布日期；
- k) 如果抽样计划和抽样方法与结果的有效性或应用相关时，标明实验室或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；
- l) 结果仅与被检测或被抽样物品有关的声明；
- m) 检测结果，适当时，测量结果的单位，单位本实验室使用法定计量单位，当检出结果低于检出限时，应在报告中给出检出限的数值；
- n) 对方法的补充、偏离或删减；
- o) 报告批准人的识别（批准人的签名或等效标识），本实验室的报告包括了编制人、审核人、批准人报告上需要有上述人员的签名或等效标识；

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 3 页 共 6 页

p) 当结果来自于外部提供者的分包时, 需要在报告中清晰标识;

q) 符合规定要求的标志和相关印章, 如标注实验室认可标志、加盖检验检测专用章。

7.8.2.1.2 若缺少上述 a) ~p) 的信息, 实验室需要给出充分的理由。

7.8.2.1.3 本实验室除报告中声明除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。避免报告被部分摘用。

7.8.2.2 报告中信息的责任

7.8.2.2.1 实验室对报告中的所有信息负责, 由客户提供的信息除外。

7.8.2.2.2 以下报告中的信息需要明确标识, 必须以醒目的方式注明, 并同时声明此信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。

1) 客户提供的数据需要明确标识;

2) 客户提供的信息可能影响结果的有效性时, 报告中应有免责声明

3) 当实验室不负责抽样阶段(如样品由客户提供), 应在报告中声明结果适用于收到的样品。

7.8.3 检测报告的特定要求

7.8.3.1 检测报告特定信息

本实验室报告除了满足本手册 7.8.2 所列报告的通用要求之外, 检测报告还应包含以下解释检测结果所必需的信息:

a) 特定的检测条件信息, 如环境条件;

b) 相关时, 检测结果与要求、规范的符合性声明(符合性声明见本手册 7.8.6 条款);

c) 在下列 3 种情况下, 本实验室检测报告需要报告测量不确定度:

1) 测量不确定度与检测结果的有效性或应用相关时;

2) 客户有要求时;

3) 测量不确定度影响到与规范限量的符合性时。

所报告的不确定度可以用与被测量相同单位的扩展测量不确定度, 也可以用相对扩展不确定度。

d) 适当时, 意见和解释(意见和解释见本手册 7.8.7 条款);

e) 特定方法、法定管理机构或客户要求的其他的需要标识的信息。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 4 页 共 6 页

7.8.3.2 实验室负责抽样的信息

若本实验室负责检测样品的抽样活动时，如果解释检测结果，检测报告应满足本手册 7.8.5 条款抽样报告的特定的要求。

7.8.4 校准证书的特定要求（不适合本实验室）

7.8.5 报告抽样——特 定 要 求

如果检测活动的抽样由实验室负责的，除 本手册 7.8.2 条款中的要求外，报告应包括以下解释结果所必需的信息：

- 抽样日期；
- 抽取的物品或物质的唯一性标识（适当时，包括制造商的名称、标示的型号或类型以及序列号）；
- 抽样位置，包括图示、草图或照片；
- 抽样计划和抽样方法；
- 抽样过程中影响结果解释的环境条件的详细信息；
- 评定后续检测的测量不确定度所需的信息。

7.8.6 报告符合性声明

7.8.6.1 符合性声明风险水平

7.8.6.1.1 当实验室做出检测结果与规范、标准符合性声明时，实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平，如错误接受风险水平、错误拒绝风险水平以及统计假设风险水平，实验室应将所使用的判定规则制定成文件，并符合性声明判定应用判定规则。

7.8.6.1.2 下列情况无需进一步考虑风险水平：

- 客户规定了判定规则；
- 法规规定了判定规则；
- 规范性文件规定了判定规则。

7.8.6.2 符合性声明标识

实验室在报告符合性声明时应清晰标识以下内容：

- 符合性声明适用于哪些检测结果；
- 满足/不满足哪个规范/标准，或者满足/不满足规范/标准中的哪些部分；
- 用于做符合性声明的判定规则，当规范或标准中已包含判定规则，则不需标

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 5 页 共 6 页

识。

7.8.7 报告意见和解释

7.8.7.1 意见和解释的表述

实验室对意见和解释人员进行授权人，当表述意见和解释时，实验室只有授权人员才能发布相关意见和解释。

意见和解释的依据应该制定成文件，意见和解释人员做出的意见和解释只能依据该文件依据做出。

7.8.7.2 意见和解释的基础

本实验室检测报告中的意见和解释应基于被检测物品的检测结果，意见和解释需要在报告中清晰地予以标注。本实验室做出的意见和解释包括但不限于：

- 1) 对被测结果或其分布范围的原因分析，比如在环境中重金属的检测报告中对重金属来源的分析；
- 2) 根据检测结果对被测样品特性的分析；
- 3) 根据检测结果对被测样品设计、生产工艺、材料或结构等的改进建议。

7.8.7.3 意见和解释记录

当以对话方式直接与客户沟通意见和解释时，应保存对话记录，记录包含意见和解释的内容、客户和意见和解释人员的签名、日期。

7.8.8 修改报告

7.8.8.1 报告修改信息和原因

本实验室修改报告有以下形式：

- 1) 更改报告；
- 2) 修订报告；
- 3) 重新发布已发布的报告。

修改的报告应在报告中清晰标识修改的信息和内容，适当时标注修改的原因。报告需改的原因可能为信息错误或者检测结果的错误。

7.8.8.2 修改已发布的报告

修改已发布的报告时，应仅以追加文件或数据传输的形式，并包含以下声明：“对序列号为……（或其他标识）报告的修改”，或其他等效的文字。这类修改应满

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.8 报告结果	页 码	第 6 页 共 6 页

足 ISO17025：2017 的所有要求。

7.8.8.3 发布全新的替代报告

检测报告发放后，如发现有误需要做出修改时，有必要发布全新的报告时，应及时另行安排编制符合要求的检测报告，将有误报告全部收回后，将修改后的报告办理新的发放手续发放。修改后的检测报告应满足《结果报告管理程序》的要求，给出新报告唯一性标识，，并注明所替代的原报告（明确原报告的编号等唯一性标识）。

7.8.9 支持文件

《保护客户机密信息和所有权程序》

《计算机文件及数据控制程序》

《结果报告管理程序》

《检测工作的管理程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制
 微信公众号：实验室ISO17025
 联系人：乐老师（186 2011 1147）