

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.3 管理体系文件的控制(方式 A)	页 码	第 1 页 共 2 页

8.3.1 文件控制

8.3.1.1 本实验室的文件是指政策声明、程序、规范、制造商的说明书、校准表格、图表、教科书、张贴品、通知、备忘录、图纸、计划等，包括内部的文件和外部的文件；

1) 内部文件：本实验室内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、计划报告及质量/技术记录等；

2) 外部文件：与检测有关的法律法规、规章制度、标准、形成文件的检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。

8.3.1.2 本实验室文件可能承载在硬拷贝或数字形式等各种载体上。

8.3.1.3 与满足 ISO17025：2017 准则要求有关的内部和外部文件实验室应加以控制。本实验室通过建立和保持《管理体系文件控制和维护程序》的方式，对与满足实验室管理体系要求相关的所有文件（包括内部制定的或来自外部的）加以控制。

8.3.2 文件控制要求

对文件的控制，实验室应确保：

a) 文件发布前由授权人员批准其充分性；

凡作为管理体系组成部分发给本实验室人员的所有文件，在下发之前由授权人员审查并批准其充分性，对充分性予以充分的考虑。

b) 本实验室至少一年对文件进行一次全面审查，必要时对文件进行更新；

定期审查文件，如果发现文件有不符合管理体系或实验室的实际运行，应按照程序对文件进行更新、更改。如果更改的或新的内容切实可行，更改人员应将更改的或新的内容在文件的修订页中标明。文件更改、更新后，由资料员按登记编号下发新文件，同时按原文登记收回旧版文件

c) 识别文件更改和当前修订状态；

实验室建立识别管理体系中文件的更改、当前修订状态和分发控制清单并易于查阅，以防止使用无效和作废文件。文件更改在文件修修订页中体现，修订状态在文件页眉体现。

本实验室管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.3 管理体系文件的控制(方式 A)	页 码	第 2 页 共 2 页

被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料；

本实验室对文件进行修改的方法以换页形式进行，严禁手写和涂改。修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人员知道和理解；

文件更改后，由资料员按登记编号下发新文件，同时按原文登记收回旧版文件；

d) 在使用地点应可获得适用文件的有关版本，必要时，应控制其发放；

资料管理员将文件发放到相应人员，文件放在在相应的使用地点，如仪器的操作规程需放置在相应仪器旁边。资料管理员对发放的文件进行受控标识，并在文件发放登记中予以登记和控制。

e) 文件被唯一性标识；

本实验室制定管理体系文件，需要加盖唯一性标识，唯一性标识编制规则见《管理体系文件控制和维护程序》，文件标识可包括文件的发布日期、修订状态、页码、总页数和发布部门的名称及发放编号等内容。

f) 实验室防止作废文件的非预期使用，无论出于任何目的而保留的作废文件，应有适当的标识。

资料管理员及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废”标记，防止作废文件的非预期使用。对于留用的过期、作废文件，应在文件上做出“作废”、“保留”的明确标识。

8.3.3 支持文件

《管理体系文件控制和维护程序》