

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.9 管理评审 (方式 A)	页 码	第 1 页 共 2 页

8.9 管理评审 (方式 A)

8.9.1 管理评审策划

实验室的管理层应当对组织的质量管理体系和检测活动定期进行评审, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性, 并进行必要的变更或改进。管理评审应当进行策划, 本实验室管理评审的时间间隔为 12 个月, 可根据实际运行状况增加临时评审, 确保实验室的质量安排持续满足实验室的需要。评审还应当确保实验室的质量管理体系持续符合 ISO/IEC 170250 的要求。本实验室的方针和目标也应当进行评审, 必要时进行修订。评审工作的实施执行《管理评审程序》。

8.9.2 管理评审的输入

每一次评审应当制定方案, 最高管理者、质量负责人、组织的领导、技术管理者、质量负责人和各部门的负责人须到会参加。

实验室应记录管理评审的输入, 实验室管理评审的输入包括以下相关信息:

- 与实验室相关的内外部因素的变化;
- 目标实现;
- 政策和程序的适宜性;
- 以往管理评审所采取措施的情况;
- 近期内部审核的结果;
- 纠正措施;
- 由外部机构进行的评审;
- 工作量和类型的变化或实验室活动范围的变化;
- 客户和员工的反馈;
- 投诉;
- 实施改进的有效性;
- 资源的充分性;
- 风险识别的结果;
- 保证结果有效性的输出;
- 其他相关因素, 如监控活动和培训。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 8 章 管理体系要求 8.9 管理评审(方式 A)	页 码	第 2 页 共 2 页

8.9.3 管理评审的输出

实验室需要记录管理评审的输出的决定和措施，这些输出的内容包括：

- a) 管理体系及其过程的有效性；
- b) 履行 ISO17025 准则要求相关的实验室活动的改进；
- c) 实验室所提供的资源；
- d) 实验室和管理体系所需的变更。

管理评审记录应当易于获得并按规定的时间保存

8.9.4 支持文件

《管理体系文件控制和维护程序》

《不符合工作的控制程序》

《记录控制程序》

《内部管理体系审核程序》

《管理评审程序》

广州干仞，内部资料，严禁复制
 微信公众号：实验室ISO17025
 联系人：乐老师（186 2011 1147）