

1- Dados do Contratante

Solicitante: Nihon Kohden - Divisão ME - 3
Endereço: Alameda Júpiter, 634 - Indaiatuba/SP - CEP 13347-653
Superior: Nihon Kohden

2- Instrumento/Equipamento Calibrado

Tipo: DESFIBRILADOR
Identificação: 7702
Fabricante: NIHON KOHDEN
Modelo: TEC-5631
Número de Série: 7702

3- Condições Ambientais

Temperatura: $20 \pm 0,5$ °C
Umidade Relativa do Ar: 55 ± 5 %

4- Padrões Utilizados

ANALISADOR DE DESFIBRILADOR

Certificado: L0501/26
Número de Série: 20000089
Validade: 26/01/2027
Identificação: 00152
Fabricante: NIHON KOHDEN
Órgão Calibrador: AMP

5- Procedimentos de Calibração

- Calibração - Desfibrilador
 - 1. As indicações do desfibrilador foram comparadas com as indicações de energia fornecidas pelo padrão.
 - 2. Os valores obtidos foram considerados após média de três medições.

6- Informações Complementares

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, que para uma distribuição t-Student corresponde à uma probabilidade de 95.45%.
- Na(s) tabela(s) (Energia) o valor da média das medidas foi corrigido levando em consideração o erro sistemático do padrão.
- Na(s) tabela(s) (Energia, Marca-passo - Corrente, Marca-passo - Pulso) as medidas foram realizadas no padrão.
- Na(s) tabela(s) (Frequência Cardíaca) as medidas foram realizadas no equipamento.

7- Resultados

Energia

Valor de uma Divisão: 1 J

Média Valores Medidos (J)	Tendência (J)	Incerteza Expandida (J)	k
20,1	0,1	0,6	2,00
49,6	-0,4	0,7	2,08
99,5	-0,5	0,7	2,09
199,5	-0,5	0,7	2,03
268,8	-1,2	0,8	2,14

Frequência Cardíaca

Valor de uma Divisão: 1 BPM

Média Valores Medidos (BPM)	Tendência (BPM)	Incerteza Expandida (BPM)	k
60	0	1	2,00
180	0	1	2,00
242	2	1	2,00

Marca-passo - Corrente

Valor de uma Divisão: 1 mA

Média Valores Medidos (mA)	Tendência (mA)	Incerteza Expandida (mA)	k
19	-1	1	2,00
50	0	1	2,00
101	1	1	2,00
153	3	1	2,00
205	5	1	2,00

Marca-passo - Pulso

Valor de uma Divisão: 1 ppm

Média Valores Medidos (ppm)	Tendência (ppm)	Incerteza Expandida (ppm)	k
30	0	1	2,00
60	0	1	2,00
120	0	1	2,00
150	0	1	2,00
180	0	1	2,00

8- Aceitação

Critério de Aceitação de Energia

Erro Máximo : 10 %

Valor nominal/ referência (J)	Erro máximo permitido (J)	Tendência + Incerteza Expandida (J)	Resultado
20	2,0	0,7	Aprovado
50	5,0	1,1	Aprovado
100	10,0	1,2	Aprovado
200	20,0	1,2	Aprovado
270	27,0	2,0	Aprovado

Critério de Aceitação de Frequência Cardíaca

Erro Máximo : 3 %

Valor nominal/ referência (BPM)	Erro máximo permitido (BPM)	Tendência + Incerteza Expandida (BPM)	Resultado
60	2	1	Aprovado
180	5	1	Aprovado
240	7	3	Aprovado

Critério de Aceitação de Marca-passo - Corrente

Erro Máximo : 10 %

Valor nominal/ referência (mA)	Erro máximo permitido (mA)	Tendência + Incerteza Expandida (mA)	Resultado
20	2	2	Aprovado
50	5	1	Aprovado
100	10	2	Aprovado
150	15	4	Aprovado
200	20	6	Aprovado



Critério de Aceitação de Marca-passo - Pulso

Erro Máximo : 10 %

Valor nominal/ referência (ppm)	Erro máximo permitido (ppm)	Tendência + Incerteza Expandida (ppm)	Resultado
30	3	1	Aprovado
60	6	1	Aprovado
120	12	1	Aprovado
150	15	1	Aprovado
180	18	1	Aprovado

Resultado da Calibração: Aprovado

Local: NKBR
Data da Calibração: 05/05/2026
Emitido em: 05/05/2026
Válido até: 05/05/2027


Técnico Executor
Laboratório
Responsável Técnico
Waldemir Oliveira_____
Contratante