

1- Dados do Solicitante

Nome: Nihon Kohden - Divisão ME - 3
Endereço: Alameda Júpiter, 634 - Américan Park Empresarial NR - Indaiatuba/SP
- CEP 13347-653
Superior: Nihon Kohden
N.Fantasia: Divisão ME 3 - Medical Equipment

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESFIBRILADOR
Modelo: TEC-5631
Identificação: 7715
Número Série: 7715
Fabricante: NIHON KOHDEN

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Calibração/Teste de Segurança Elétrica

4- Procedimentos

Escopo:
Teste de Segurança Elétrica

4.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica


1. Teste de Segurança Elétrica - Inspeção geral

Descrição	Valor	Avaliação
Integridade física do equipamento (não há dano aparente ou evidência de contaminação)	Aprovado	✓
Integridade física do cabo de alimentação	Aprovado	✓
Presença do pino de aterramento no cabo de alimentação	Sim	✓
Integridade física dos acessórios	Aprovado	✓
Etiquetas em conformidade com normas vigentes	Aprovado	✓

2. Teste de Segurança Elétrica - Desfibrilador - Classe I

Descrição	Valor	Critério de aceitação	Avaliação
Tensão de alimentação (V)	228.0	N/A	✓
Corrente Funcional (A)	0.58	N/A	✓
Potência aparente (VA)	134.46	N/A	✓
Resistência de aterramento (Ohm)	0.22	Menor que 0.3	✓
Corrente de fuga do equipamento; Conexão Direta; Com Fase; Com Neutro; Sem Terra de proteção; Classe I (µA)	0.0	Menor que 5000	✓
Corrente de fuga do equipamento; Conexão Inversa; Com Fase; Com Neutro; Sem Terra de proteção; Classe I (µA)	0.0	Menor que 10000	✓
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Direta; Com Fase; Com Neutro; Com Terra de proteção; Classe I (µA)	0.0	Menor que 100	✓
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Direta; Com Fase; Sem Neutro; Com Terra de proteção; Classe I (µA)	0.0	Menor que 500	✓

Descrição	Valor	Critério de aceitação	Avaliação
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Direta; Sem Fase; Sem Neutro; Com Terra de proteção; Classe I (μA)	0.0	Menor que 500	✓
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Direta; Sem Fase; Sem Neutro; Sem Terra de proteção; Classe I (μA)	6.08	Menor que 500	✓
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Direta; Com Fase; Sem Neutro; Sem Terra de proteção; Classe I (μA)	24.11	Menor que 500	✓
Corrente de fuga do gabinete; Conexão Inversa; Com Fase; Com Neutro; Com Terra de proteção; Classe I (μA)	0.0	Menor que 500	✓
Corrente de fuga da Parte Aplicada AP1 Classe I (μA)	3.3	Menor que 10	✓
Corrente de fuga da Parte Aplicada AP2 Classe I (μA)	3.54	Menor que 10	✓
Corrente de fuga da Parte Aplicada AP3 Classe I (μA)	2.65	Menor que 10	✓
Corrente de fuga da Parte Aplicada AP4 Classe I (μA)	0.0	Menor que 100	✓

Assinatura do Cliente_____
Responsável Técnico
Laboratório

____ de ____ de ____