



Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Desarrollo de métodos inteligentes para la detección y clasificación de ronquidos **CAMBIAR!**

Ingeniería en Informática Aplicada

Autores: Meurzet, Matías - Perren, Leandro
Director y Co-Director: Milone, Diego - Albornoz, Marcelo

Santa Fe, Argentina

4 de agosto de 2016

Índice general

1. Introducción	8
1.1. Motivación	8
1.2. Estado del arte	10
1.3. Objetivos	13
1.3.1. Objetivos Generales	13
1.3.2. Objetivos Específicos	13
1.4. Alcances	13
1.5. Organización del Proyecto Final	14
2. Desarrollo del Sistema de Detección	15
2.1. Método de detección de ronquidos por medio de Período Fundamental (T_0) .	15
2.2. Cálculo de T_0 y comparación entre segmentos de distintas señales	16
2.2.1. Análisis de señales correspondientes a hombres	16
2.2.2. Análisis de señales correspondientes a mujeres	18
2.3. Comparación de T_0 entre Hombres y Mujeres	19
2.4. Análisis de sonidos no deseados (ruidos)	19
2.5. Mejora a través de funciones de recorte	25
2.6. Cantidad mínima de ronquidos por segmento	28
2.7. Tasas de aciertos del método en Matlab®	29
3. Desarrollo de aplicación Android®	30
3.1. Análisis y definición de requerimientos	30
3.1.1. Requerimientos funcionales	30
3.1.2. Requerimientos no funcionales	31
3.2. Diseño del sistema y del software	31
3.2.1. Casos de Uso	43
3.2.2. Diagramas de secuencia	45
3.2.3. Diseño de Clases	45
3.3. Inspecciones y prueba del sistema	45
3.4. Optimizaciones de la aplicación Android	46
3.5. Tasas de aciertos aplicación Android	46

4. Conclusión y Trabajos Futuros	49
Bibliografía	51
A. Tablas extra de cálculo y determinación de T_0	53
B. Información adicional sobre App Android [®]	86

Índice de figuras

1.1. Aplicación Dream Watcher de la PlayStore.	12
2.1. Segmento de 1 minuto etiquetado como ronquidos.	15
2.2. Segmento con ronquidos y su autocorrelación.	17
2.3. Sonido de maquinas trabajando, personas hablando y vehículos.	20
2.4. Sonido de un vehículo circulando.	21
2.5. Sonido de dos vehículos circulando.	21
2.6. Sonido de perros ladrando.	22
2.7. Autocorrelacion de ronquidos y autocorrelación de sonido ambiental.	23
2.8. Sonido de un automovil circulando en 5 minutos.	23
2.9. Sonido de dos vehículos circulando en 5 minutos.	24
2.10. Sonido de dos vehículos circulando y ladridos de perros en 5 minutos.	24
2.11. Funciones de recorte	26
2.12. Autocorrelaciones aplicando las tres funciones de recorte	26
2.13. Autocorrelación de ronquidos sin y con función de recorte	27
2.14. Autocorrelación de sonido ambiental sin y con función de recorte	28
3.1. Diagrama de flujo de la aplicación Android	32
3.2. Pantalla de inicio	33
3.3. Datos del usuario y médico	34
3.4. Lista con grabaciones realizadas	35
3.5. Iniciar nueva captura de datos	36
3.6. Pestaña de gráficos	37
3.7. Pestaña de reporte textual	38
3.8. Señal completa con fragmentos resaltados	39
3.9. Gráficos de torta o rosquilla	40
3.10. Información en formato de reporte	41
3.11. Información textual del PDF	42
3.12. Información gráfica del PDF	42
3.13. Diagrama de casos de uso	43

Índice de cuadros

2.1. Media y desvío de los T_0 de hombres y mujeres.	19
3.1. Caso de uso Iniciando captura	43
3.2. Caso de uso Finalizando captura	44
3.3. Caso de uso Visualizando resultados	44
3.4. Caso de uso Recibiendo mail	44
3.5. Caso de uso Procesando la señal	45
3.6. Caso de uso Ingresando información para el email	45
A.1. Paciente 1: segmentos de duración de 1 minuto	53
A.2. Paciente 1: segmentos de duración de 30 segundos	53
A.3. Paciente 1: segmentos de duración de 2 minutos	54
A.4. Paciente 1: segmentos de duración de 3 minutos	54
A.5. Paciente 1: segmentos de duración de 5 minutos	54
A.6. Paciente 2: segmentos de duración de 1 minuto	55
A.7. Paciente 2: segmentos de duración de 30 segundos	55
A.8. Paciente 2: segmentos de duración de 2 minutos	55
A.9. Paciente 2: segmentos de duración de 3 minutos	56
A.10. Paciente 2: segmentos de duración de 5 minutos	56
A.11. Paciente 3: segmentos de duración de 1 minuto	56
A.12. Paciente 3: segmentos de duración de 30 segundos	57
A.13. Paciente 3: segmentos de duración de 2 minutos	57
A.14. Paciente 3: segmentos de duración de 3 minutos	57
A.15. Paciente 3: segmentos de duración de 5 minutos	58
A.16. Paciente 4: segmentos de duración de 1 minuto	58
A.17. Paciente 4: segmentos de duración de 30 segundos	58
A.18. Paciente 4: segmentos de duración de 2 minutos	59
A.19. Paciente 4: segmentos de duración de 3 minutos	59
A.20. Paciente 4: segmentos de duración de 5 minutos	59
A.21. Paciente 5: segmentos de duración de 1 minuto	60
A.22. Paciente 5: segmentos de duración de 30 segundos	60
A.23. Paciente 5: segmentos de duración de 2 minutos	60

A.24.Paciente 5: segmentos de duración de 3 minutos	61
A.25.Paciente 5: segmentos de duración de 5 minutos	61
A.26. T_0 de segmentos de 1 minuto de duración.	61
A.27.Desvíos estándar de los T_0 de cada señal en distintas duraciones.	62
A.28. T_0 de segmentos con ronquidos de 1 minuto en distintas señales de hombres.	63
A.29. T_0 de segmentos con ronquidos de 30 segundos en distintas señales de hombres.	64
A.30. T_0 de segmentos con ronquidos de 2 minutos en distintas señales de hombres.	65
A.31. T_0 de segmentos con ronquidos de 3 minutos en distintas señales de hombres.	66
A.32. T_0 de segmentos con ronquidos de 5 minutos en distintas señales de hombres.	67
A.33.Medias y desvíos estándar de los T_0 para distintas duraciones.	67
A.34.Paciente 6: segmentos de duración de 1 minuto	68
A.35.Paciente 6: segmentos de duración de 30 segundos	68
A.36.Paciente 6: segmentos de duración de 2 minutos	68
A.37.Paciente 6: segmentos de duración de 3 minutos	69
A.38.Paciente 6: segmentos de duración de 5 minutos	69
A.39.Paciente 7: segmentos de duración de 1 minuto	69
A.40.Paciente 7: segmentos de duración de 30 segundos	70
A.41.Paciente 7: segmentos de duración de 2 minutos	70
A.42.Paciente 7: segmentos de duración de 3 minutos	70
A.43.Paciente 7: segmentos de duración de 5 minutos	71
A.44.Paciente 8: segmentos de duración de 1 minuto	71
A.45.Paciente 8: segmentos de duración de 30 segundos	71
A.46.Paciente 8: segmentos de duración de 2 minutos	72
A.47.Paciente 8: segmentos de duración de 3 minutos	72
A.48.Paciente 8: segmentos de duración de 5 minutos	72
A.49.Paciente 9: segmentos de duración de 1 minuto	73
A.50.Paciente 9: segmentos de duración de 30 segundos	73
A.51.Paciente 9: segmentos de duración de 2 minutos	73
A.52.Paciente 9: segmentos de duración de 3 minutos	74
A.53.Paciente 9: segmentos de duración de 5 minutos	74
A.54.Paciente 10: segmentos de duración de 1 minuto	74
A.55.Paciente 10: segmentos de duración de 30 segundos	75
A.56.Paciente 10: segmentos de duración de 2 minutos	75
A.57.Paciente 10: segmentos de duración de 3 minutos	75
A.58.Paciente 10: segmentos de duración de 5 minutos	76
A.59. T_0 de segmentos con ronquidos de 1 minuto en distintas señales de mujeres.	77
A.60. T_0 de segmentos con ronquidos de 30 segundos en distintas señales de mujeres.	78
A.61. T_0 de segmentos con ronquidos de 2 minutos en distintas señales de mujeres.	79
A.62. T_0 de segmentos con ronquidos de 3 minutos en distintas señales de mujeres.	80
A.63. T_0 de segmentos con ronquidos de 5 minutos en distintas señales de mujeres.	81

A.64.Desvíos estándar de los T_0 de cada señal en distintas duraciones para mujeres.	82
A.65.Medias y desvíos estándar de los T_0 para distintas duraciones en mujeres. . .	82
A.66. T_0 de segmentos eliminando subsegmentos sin ronquidos.	83
A.67.Mínima cantidad de eventos por segmento.	83
A.68.Resultados de pruebas sobre clasificador/detector en Matlab.	84
A.69.Análisis de falsos negativos.	84
A.70.Análisis de falsos positivos.	84
A.71.Verificación de métodos y funcionalidades de Matlab con señales no vistas. .	85
B.1. Pruebas con clasificador/detector desarrollado en Android.	86
B.2. Pruebas aplicación Android en ambientes cotidianos.	87
B.3. Aciertos aplicación Android en ambientes cotidianos.	87
B.4. Pruebas aplicación Android en ambientes cotidianos.	88

Resumen

En la actualidad existen distintas herramientas de uso doméstico para la detección de ronquidos, las cuales van desde elementos diseñados especialmente, como almohadas inteligentes o pulseras, hasta diferentes aplicaciones para dispositivos móviles. Todas ellas consisten del análisis de una señal capturada por medio del micrófono de tal dispositivo.

La limitación de estos métodos es que solamente realizan un análisis de la señal en busca de cambios bruscos del nivel de energía, provocando que las aplicaciones sean poco robustas a los ruidos que se pueden presentar en un entorno cotidiano bajo condiciones normales, entendiéndose por tal escenario a una habitación personal donde hay movimiento de gente y de otros provenientes de distintos objetos, tanto internos como externos a la habitación.

En la presente tesis se propone desarrollar una aplicación Android capaz de detectar episodios de ronquidos capturados por medio del micrófono del dispositivo, presentando características fundamentales como la robustez frente al ruido, óptimo uso de procesador y memoria, además de un consumo equilibrado de la batería.

Para ello se presenta un método basado en el cálculo del período fundamental (T_0 de aquí en adelante) por medio de la autocorrelación, este método recorrerá por ventaneo en tiempo real toda la señal capturada por el dispositivo y determinará si el T_0 de esa ventana se encuentra dentro de un rango determinado para que sea considerado ronquido.

Este rango de T_0 se determina mediante la extracción de una gran cantidad de ronquidos de señales limpias en formato ***.EDF** provistas por un especialista en trastornos de sueño y que contienen la grabación de toda una noche de sueño (6 o 7 horas de duración), correspondientes a personas de ambos sexos.

La base del método que se propone está en la naturaleza cuasi-periódica que los ronquidos presentan y que los ruidos no, a su vez la ventaja de utilizar el T_0 se basa en que únicamente se analiza temporalmente la señal y que se puede utilizar en señales de baja frecuencia (100Hz), lo que genera un costo computacional, de almacenamiento y de consumo energético mucho menor al de otros métodos que utilizan además características frecuenciales.

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas de la aplicación arrojaron buenas tasas de aciertos, superando el 80 % y en algunos casos llegando a valores cercanos al 100 %, tanto para pruebas realizadas sobre señales limpias como para señales capturadas en entornos cotidianos conteniendo una gran cantidad de ruidos.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El ronquido es un sonido respiratorio producido durante el sueño pudiendo ser inspiratorio, espiratorio o bien ocupar todo el ciclo respiratorio. El surgimiento se debe a que el flujo de aire encuentra una obstrucción al pasar por detrás de la boca y la nariz, en donde la lengua y la parte superior de la garganta se encuentran con el paladar blando y la úvula. El choque de estas estructuras sumado al paso de la respiración determina la presencia del ronquido [1].

La importancia de la detección de esta patología excede el simple hecho de evitar roncar por las noches, esta situación puede ocasionar trastornos sociales al impedir el sueño de aquellos que rodeen al roncador, así como también producir el conocido Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño (SAOS). De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se pueden encontrar 2 (dos) tipos o clases de ronquidos: simple, el cual no molesta a los acompañantes, o bien alto habitual (o social), debido a que suele afectar a un eventual acompañante o conviviente. Ambos casos no presentan resistencias de la vía aérea superior [2][3].

Actualmente existen numerosas herramientas y dispositivos que permiten detectar esta patología en una persona. Dentro de éstas se encuentran diferentes aplicaciones disponibles para dispositivos móviles (smartphones) que cuenten con sistema operativo (OS) Android [6] o AppleiOS [7], ejemplos de las mismas son las aplicaciones SnoreClock y AntiSnore para Android y, AntiRonquidos y SnoreLab para dispositivos iPhone. Otros dispositivos que se encuentran disponibles hoy en día y que suelen ser menos frecuentes y más costosos son, por ejemplo, Snore-detection pillow [9] o almohada detectora de ronquidos, las pulseras detectoras, las cuales son colocadas en la muñeca como si se tratara de un reloj, además de una cama inteligente (The Starry Night Sleep Technology Bed) [8] que dispone de un dispositivo de detección y ajuste de la posición de la cabeza para que los sonidos cesen. Algunos de los dispositivos mencionados para la detección de esta patología (principalmente dispositivos móviles) están basados en un simple análisis de la señal de audio digital, capturada por el dispositivo, buscando cambios bruscos que superen un umbral dado de energía, indicando así la presencia de ronquido.

La problemática de los métodos actuales mencionados, radica en el hecho de que no cualquier sonido que supere cierto umbral de energía es un ronquido. Este problema se puede presentar de manera habitual cuando un individuo realiza la grabación en un ambiente natural como una habitación, en la cual se pueden adicionar muchos ruidos. Se entiende como ruido toda aquella información no deseada que se encuentre contenida en la señal bajo análisis, generando inconvenientes, pudiendo ser estos tanto externos (colectivos, motos, vecinos, etc.) como internos (charlas, música, TV, cierre brusco de puerta, etc.) incorporando una gran cantidad de energía a la señal, siendo eventualmente detectados como ronquido.

Desde esta problemática, se propone desarrollar una aplicación para dispositivos móviles la cual utilizando métodos más inteligentes que los actuales, sea capaz de reconocer y clasificar ronquidos, a partir de la captura de una señal de audio digital mediante el micrófono de un dispositivo móvil (smartphone), realizando el análisis de la misma y bajo la aplicación de diversos conocimientos:

1. Mecánica de la respiración.
2. Fisiología y anatomía de la vía aérea superior (VAS).
3. Procesamiento de señales.
4. Programación en plataforma Android (basado en Java).

La importancia de la mecánica de la respiración [5] y de la fisiología y anatomía de la vía aérea superior (VAS) [5]: fosas nasales, faringe y laringe, reside en el conocimiento funcional del aparato respiratorio para comprender por qué se produce el ronquido. El funcionamiento incorrecto de alguna de sus partes provoca la oclusión intermitente de la VAS que predispone el desarrollo de la roncopatía. La programación en plataforma android [12], la cual se compone de Java [13] y su propio entorno de desarrollo o SDK (del inglés Software Development Kit) [14], permitiendo la creación de aplicaciones para ésta plataforma, conocidas como aplicaciones nativas. Existen otras variantes para la creación de aplicaciones, pero exceden el alcance de éste proyecto final. Mediante la utilización del SDK y el lenguaje Java, se manifiestan una infinidad de opciones más que suficientes para el alcance de este trabajo final, como ser, bases de datos, creación de clases y funciones para su procesamiento y creación de interfaces orientadas al usuario, entre otras. El procesamiento de señales [10] permite la manipulación matemática de la señal para modificarla, mejorarla y extraer información en algún sentido con el fin de obtener las características necesarias para una posterior detección.

El método que se desarrolla en esta tesis presenta el desafío de lograr una detección de ronquidos con la mayor tasa de aciertos posible. Para ello fue preciso realizar un estudio exhaustivo de las características temporales de diferentes ronquidos de manera tal que la detección, aún en presencia de ruido, presente una gran robustez. Al estudiar los diferentes ronquidos se debió tener presente las condiciones del entorno en el que se captura la señal, ya que esto tiene incidencia directa en la amplia variedad de ruidos que pueden afectarla.

Se pretende mediante este trabajo proporcionar una alternativa inteligente respecto a los métodos actuales de detección de ronquidos, además de ser un punto inicial para futuros desarrollos tecnológicos, no necesariamente software sobre teléfonos inteligentes (smartphones), sino también para otros dispositivos que pretendan incorporar inteligencia a fin de detectar el ronquido para llevar a cabo alguna acción determinada. A su vez se espera que sirva de base sólida para futuros trabajos que logren ampliar su alcance llevándolo a la detección y clasificación de otros trastornos como es el caso del SAOS[5].

1.2. Estado del arte

En esta sección se describe el estado actual de trabajos y aplicaciones que tienden a cumplir objetivos similares a los que se persiguen en esta tesis. Para ello primero se describen una serie de trabajos de investigación de carácter científico en los cuales se trabaja en base a señales capturadas en estudios del sueño, mediante las cuales se extraen y analizan segmentos de ronquidos y tienen por objeto caracterizar a los mismos tanto temporalmente como frecuencialmente. Por otra parte se analiza el desempeño de algunas de las aplicaciones Android disponibles actualmente indicando sus falencias y posibles mejoras.

Comenzando por los trabajos de investigación, en [15] describen al estado del arte actual de los procedimientos de análisis del ronquido. Los métodos que se mencionan son los cuestionarios del ronquido, nasendoscopia durante el sueño inducido, maniobras de Müller, manometría de la vía aérea superior, rinomanometría y rinomanometría acústica, técnicas de imagen, medidas acústicas, monitores-analizadores de ronquido y finaliza con otros métodos para analizar el ronquido. De todas ellas lo más interesante son las medidas acústicas, donde se realizan 3 análisis: intensidad, frecuencia y regularidad del ronquido. Por otro lado, en [16] hacen una revisión de los conocimientos científicos con respecto a la evaluación acústica del ronquido, y de ésta manera hacer frente a tópicos como por ejemplo características físicas de los sonidos de ronquidos generados en la vía aérea superior, principios de la medición acústica del sonido, análisis avanzado y modelado de sonidos de ronquidos, evaluación acústica de ronquidos respecto a resultados clínicos y además de cuestiones sin resolver que se plantean para futuras investigaciones. La información más relevante para este trabajo se encuentra en la medición acústica del sonido, donde se extraen características de los mismos, y por otro lado también el apartado de análisis avanzado y modelado, donde se utilizan métodos avanzados como por ejemplo codificación por predicción lineal (LPC, del inglés Linear Predictive Coding), transformada de Fourier para análisis espectral, análisis de ondas (wavelets), modelos ocultos de Markov, análisis en la distribución de energía, determinación del período fundamental (como el tono) y por último la utilización de estadísticas de alto orden. En otro trabajo, específicamente en [17] analizaron grabaciones en audio digital de distintos roncadors, en específico 42 con distintos grados de severidad de apneas (leve, moderado y grave) y 15 roncadors sin apneas. A partir de allí, extrajeron diversas características con las que se determina una norma de variación y se comparan entre pacientes con y sin OSAS

(Síndrome de Apnea Obstructora del Sueño, del inglés Obstructive Sleep Apnea Syndrome). Entre las características extraídas se encuentran la densidad espectral de potencia (PSD, del inglés Power Spectral Density) calculada con el método de Welch y con ventanas de Hanning, además para cada segmento, potencia promedio, tasa de cruces por cero (ZCR, del inglés Zero-Crossing Rate), frecuencia del pico espectral con la menor frecuencia (F_o), frecuencia del pico con máxima potencia (F_p) y entropía espectral (SE, del inglés Spectral Entropy) usada para ver que tan plano es la PSD. Además se realiza un análisis estadístico mediante medianas de las características del sonido de ronquido para cada clase de episodio, como por ejemplo no-apneico, hipopneico y post-apneico. Por otro lado también se realiza un análisis de regresión y clasificación donde se introduce un Índice de Apnea-Hipopnea (AHI, del inglés Apnea Hypopnea Index) y asume 2 grupos de roncadores, con y sin apneas, introduciendo además otro indicador que es la norma de variación total (TVi, del inglés Total Variation) para cada característica individual. Por último se verifican los métodos mediante validación cruzada de la forma leave-one-out. En otro estudio, en [18] hacen un pre-procesamiento de la señal acústica capturada, realizando una transformación invariante del dominio mediante wavelets (onditas) y de ésta manera se realiza una mejora de la señal de ronquido a través de un nivel de umbral de correlación dependiente (LCD, del inglés Level Correlation Dependent) y la identificación de ronquido a través de un detector de actividad de ronquido (SA, del inglés Snore Activity). Por último, en [19] proponen la utilización de un algoritmo automático y sin supervisión para la detección de ronquidos. Uno de los algoritmos utilizados es el de cuadro vertical (V-Box) que se encarga de identificar los episodios de actividad sonora. De estos episodios se extrae la distribución de energía en la sub banda de 500Hz y otras características como cruces por cero (ZCR), transformada de Fourier de tiempo corto (STFT, del inglés Short Time Fourier Transform), matriz de covarianza y un vector con la media de las características de los ronquidos. Con estos datos se utiliza un algoritmo de clustering borroso de c-medias (FCM, del inglés Fuzzy c-Means clustering) para etiquetar los episodios de sonido como ronquido, respiración y ruido.

La mayoría de los trabajos que se mencionan en el párrafo anterior si bien presentan métodos y procedimientos interesantes no pueden ser aplicados totalmente a los fines de esta tesis, en principio porque no están enfocados directamente a la detección de episodios de ronquidos, sino a caracterizar ronquidos ya extraídos de señales con alta resolución permitiéndoles extraer en su mayoría características frecuenciales (formantes, wavelets, Fourier, etc.), al mismo tiempo que algunos trabajos realizan comparaciones entre ronquidos simples y ronquidos apneicos, lo cual excede el alcance de este trabajo o bien describen diferencias puntuales de ciertas características dependiendo si el ronquido se produce en alguna parte especial de la vía aérea superior. Aun así se rescatan cuestiones interesantes que tienen que ver con la naturaleza cuasi-periódica de los ronquidos permitiendo trabajar temporalmente con características como la energía y el período fundamental, y además rescatar procedimientos relacionados al ventaneo que se describe en uno de los trabajos.

En cuanto a las aplicaciones, a continuación se describen algunas desarrolladas para

Android disponibles al momento en la *PlayStore*. Una de ellas es ***SnoreClock***, la misma presenta una interface sencilla que dispone de los controles elementales para comenzar, detener, reproducir, avanzar y retroceder la grabación. La aplicación presenta una gráfica en tiempo real de lo que va capturando, una vez finalizada la captura se puede recorrer la señal y hasta reproducir segmentos de la misma. Los segmentos que etiqueta como posibles ronquidos los marca en la gráfica en color rojo. El problema de esta aplicación es que etiqueta como posibles ronquidos todo el sonido que supere un determinado umbral de energía durante un cierto período de tiempo, tal como lo define en la información oficial de la app: “*SnoreClock registra todo el ruido mientras duermes y muestra con barras rojas los momentos en los que es posible que hayas roncado*” [20]. Es por esto que el funcionamiento no es para nada preciso reconociendo que marca rangos temporales en los que posiblemente el usuario no ha roncado. Otra aplicación disponible es ***Dream Watcher - Anti ronquidos*** [21], donde la misma realiza una monitorización de ronquidos y ruidos nocturnos. Dream Watcher va analizando la señal mientras la captura, extrayendo aquellos episodios que detecta como posibles ronquidos guardando esos segmentos separadamente como archivos de audios los cuales pueden ser reproducidos. Además se puede ver en la figura 1.1 una captura en la que se resalta un umbral marcado en color rojo, donde cada vez que la señal supera esa línea cuenta un ronquido. Esta aplicación presenta el mismo problema que la anterior ya que cualquier ruido en el ambiente se lo marca como ronquido, es por esto que en la información oficial de la App sugiere que el segmento esta disponible para escucharse de manera que sea el usuario quien decida si es un ronquido o no en base a lo que el escucha. Además de las aplicaciones aquí mencionadas, existen muchas más en la tienda de Android, donde la mayoría presentan las mismas limitaciones y en ningún caso mencionan que sucede con ruidos externos y, en otros casos son más generales, dejando de lado el enfoque hacia ronquidos.



Figura 1.1: Aplicación Dream Watcher de la PlayStore.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivos Generales

Desarrollar una aplicación Android capaz de detectar segmentos con ronquidos a partir de una grabación de audio digital capturada por medio del micrófono del dispositivo presentando alta robustez frente a ruidos en condiciones ambientales normales.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar temporalmente distintos segmentos de ronquidos.
- Desarrollar un método para la detección/clasificación de ronquidos.
- Incorporar el método a una aplicación Android capaz de detectar segmentos de ronquidos.
- Lograr una tasa de aciertos en la detección de ronquidos superior a la que presentan ciertas aplicaciones.

1.4. Alcances

El desarrollo de este trabajo implica definir el alcance del método de detección aquí propuesto como también de las características que la aplicación Android debe cumplir.

Por el lado del método de detección, para el estudio de las características temporales se trabajó con señales EDF obtenidas mediante el sistema médico ApneaLink, las cuales tienen características equivalentes, pudiendo mencionar:

- Frecuencia de muestreo (en Hz).
- Precisión en bits para cuantificación.
- Duración en horas similares (con desvío de +/- 2 horas)

El análisis de las características temporales se limitará al cálculo del T_0 (período fundamental), se considerarán posibles diferencias entre ronquidos de personas de distintos sexos, y se dejarán de lado otras características de los individuos como el peso y la edad, ya que no se dispone de esa información en las señales EDF. A su vez, el método de detección se desarrollará específicamente para ronquidos y se dejará de lado el caso particular de los SAOS y demás trastornos del sueño, ya que se trabajará solamente con el canal de ronquido de tales grabaciones.

Por el lado de la aplicación Android, esta permitirá capturar una señal digital por medio del micrófono del dispositivo, la cual será analizada tomando ventanas de 5 minutos determinando si en dicho segmento se producen ronquidos. La aplicación permitirá acceder a dos

tipos de reportes, uno gráfico y otro en modo texto donde se presentarán los resultados. En ellos se indicarán la hora en que se producirán los eventos y una estimación de la intensidad determinando dos niveles. A su vez la aplicación permitirá enviar vía correo electrónico estos reportes a un médico que pudiera estar interesado en los análisis.

El desarrollo de esta aplicación móvil cumplirá con las siguientes características:

- Robustez
- Sencillez
- Eficiencia
- Óptimo consumo de batería
- Óptimo uso de la capacidad de almacenamiento

1.5. Organización del Proyecto Final

Esta tesis presenta la siguiente estructura:

- En el presente capítulo se describió la motivación de este desarrollo y el problema que será abordado. Se presenta una revisión del estado del arte de dispositivos y aplicaciones destinados a detectar ronquidos, como también se describen trabajos investigativos orientados a la detección de los mismos utilizando señales obtenidas en estudios del sueño. Luego se presentan los objetivos y alcances, y finalmente, se describe la estructura de capítulos.
- En el Capítulo 2 se describe el método de detección desarrollado en este proyecto final. Primeramente se describe la extracción de ronquidos y cálculo del T_0 de las señales limpias EDF (canal de Ronquido) y se determina en base a ellos un rango de decisión. Posteriormente se capturan diferentes sonidos no deseados y se comparan los T_0 con los de los segmentos de ronquidos. Para finalizar se presentan las tasas de acierto del algoritmo detector desarrollado en Matlab utilizando las señales limpias EDF.
- En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo de la aplicación Android. Primeramente se desarrollan las distintas etapas propuestas por la Ingeniería de Software. Luego se calculan las tasas de aciertos de la aplicación realizando distintas pruebas tanto con señales limpias (canal de Ronquido en EDF) como en entornos cotidianos propensos a un alto contenido de ruidos.
- El Capítulo 4 dispone de las conclusiones particulares y generales como también de propuestas de futuros trabajos que podrían derivar del presente.

Capítulo 2

Desarrollo del Sistema de Detección

2.1. Método de detección de ronquidos por medio de Período Fundamental (T_0)

Para este trabajo se dispuso de una cantidad de 23 señales de formato EDF provistas por un médico especializado en trastornos de sueño. Cada una de ellas contiene la grabación de una persona mientras duerme con una duración promedio de 7 hs. Estas señales se registraron a una frecuencia de muestreo de 100Hz por medio del sistema médico Apnealink el cual realiza un análisis de la señal generando un archivo de extensión CSV, donde el propio sistema etiqueta los eventos de ronquidos indicando la hora en que se producen. Mediante este archivo se pudo localizar en la señal los momentos de ronquidos y extraer algunos segmentos de ellos para poder analizarlos.

De acuerdo a la extracción y análisis de distintos segmentos, se pudo observar que estos contienen una serie de concentraciones de energía separados entre sí, de manera que presentan cierta repetitividad o periodicidad, tal como se aprecia en el segmento de la Figura 2.1.




Figura 2.1: Segmento de 1 minuto etiquetado como ronquidos.

Dada la baja resolución que presenta la señal en cuestión (100Hz) resulta imposible extraer características frecuenciales como son la transformada de fourier, formantes, espectrogramas, entre otras, es por esto que se debió buscar alguna característica temporal que

sea representativa de los ronquidos. En consecuencia surgió la idea de medir la periodicidad de los eventos de ronquidos recién expuestos, a través del T_0 (Período Fundamental), partiendo de la hipótesis de que aquellos segmentos que contienen sonidos no deseados (todo lo que no sea ronquido), no presentan este patrón repetitivo, permitiendo así poder hacer uso de ésta característica para diferenciarlos entre sí. Por otro lado la necesidad de solamente poder utilizar análisis temporal presenta la ventaja de generar un mayor ahorro de tiempo y capacidad de procesamiento por no realizar los cálculos frecuenciales permitiendo también utilizar señales de baja resolución lo que genera un menor costo de almacenamiento.

Con el fin de utilizar el T_0 para diferenciar segmentos de ronquidos de aquellos que no lo son, resulta necesario analizar si el T_0 es una característica representativa de los ronquidos, en el sentido de que deberían presentar cierta homogeneidad en los valores obtenidos de segmentos provenientes de diferentes señales. Es por esto que en las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos de extraer segmentos de ronquidos de diferentes duraciones y de distintas señales de ambos sexos a los cuales se les calculó el correspondiente T_0 .

2.2. Cálculo de T_0 y comparación entre segmentos de distintas señales

Debido a que se dispone de señales de personas de ambos sexos resulta interesante realizar el análisis separadamente a fin de determinar si existen diferencias notables en los ronquidos producidos por hombres o mujeres ya que esto podría implicar la necesidad de indicar el género en la aplicación a desarrollar en esta tesis. Por otra parte se procedió a extraer segmentos de diferentes duraciones con el objetivo de determinar si la variación de la misma implica variaciones importantes en los valores de T_0 y así poder determinar un valor óptimo de duración del segmento.

2.2.1. Análisis de señales correspondientes a hombres

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los análisis realizados a señales de hombres. Para ello se tomaron 5 señales *.EDF dejando algunas señales para las pruebas finales del método. Para cada una de estas señales se extrajeron manualmente 5 segmentos de cada una de las siguientes duraciones: 30 segundos, 1, 2, 3 y 5 minutos. Posteriormente por medio de un script desarrollado en Matlab el cual utiliza el método de autocorrelación se calculó para cada uno de estos segmentos su valor de T_0 . En la Figura 2.2 se encuentra representado en la parte superior un segmento de 1 minuto el cual contiene ronquidos y en la parte inferior su correspondiente autocorrelación. Se puede observar en la Figura 2.2 de la autocorrelación la existencia de un valor pico en torno a los 4 segundos correspondiente al T_0 de los ronquidos contenidos en el segmento.




Figura 2.2: Segmento con ronquidos y su autocorrelación.

Como primer punto se analiza que sucede con los T_0 entre segmentos de una misma señal. En el Cuadro A.26 del Anexo A, podemos ver los valores del T_0 de 5 segmentos de ronquidos de 1 minuto de duración todos extraídos de la misma señal en diferentes momentos. Si se observa el valor del Desvío Estándar para los T_0 de los segmentos con ronquidos presentados en el Cuadro A.26, se puede observar que tiene un valor de 0.46 segundos lo cual es un valor pequeño que estaría indicando cierta homogeneidad.

Debido a que se extrajeron segmentos de distintas señales se puede observar en el Cuadro A.27 los valores del Desvío Estándar de los T_0 de cada señal y para cada duración de segmentos. Observando éstos datos se concluye que cualquiera sea la duración utilizada en los segmentos, los valores del desvío estándar son menores a 1 segundo, con lo cual se está asegurando que la característica T_0 es homogénea entre segmentos de ronquidos de una misma señal.

Siguiendo el análisis se observa ahora que sucede con los valores del T_0 entre segmentos extraídos de diferentes señales, ya que si bien esta característica presentaba cierta homogeneidad entre los segmentos de una misma señal, podrían existir severas diferencias con segmentos provenientes de distintas señales y por ende de distintas personas y así no se podría generalizar el uso del T_0 como detector de ronquidos. Para ello se calculó el valor de la media y el desvío estándar de los T_0 de todos los segmentos de 1 minuto de duración independientemente de la señal a la que pertenezcan. En el Cuadro A.28 se presentan los valores del T_0 de todos los segmentos de 1 minuto de duración seguidos de su media y desvío estándar, mientras que en el Cuadro A.33 se presentan las medias y desvíos estándar de los T_0 de todos los segmentos de cada una de las duraciones.

Se puede observar en el Cuadro A.33 que las medias son todas cercanas a los 4 segundos y que los desvíos estándar son inferiores a 1 segundo. Esto permite asegurar que la carac-

terística es representativa, no solo dentro de los segmentos de ronquidos de una misma señal, sino también entre segmentos de distintas señales, por lo que no existirían problemas en la distinción vía ésta característica usando cualquier grabación, siempre y cuando los valores de T_0 en los segmentos de ruidos difieran suficientemente como para distinguirlos, este aspecto se analizará en secciones posteriores.

Por último, se hace una evaluación acerca de la duración más apropiada de los segmentos. Como recientemente se ha mencionado y, como se podía observar en el Cuadro A.33, los valores de las medias y los desvíos de todos los segmentos de ronquidos tomando distintas duraciones resultan similares entre si, por lo tanto, se concluye que la duración óptima a utilizar, será la de 5 minutos, ya que se genera un ahorro en tiempo de procesamiento y cálculo. También es importante explicar que no se consideran tamaños de segmentos de mayor duración, ya que a los efectos de llevar esto a una aplicación que sea capaz de etiquetar los momentos donde se producen ronquidos, al tomar duraciones de 8, 10 o más minutos se estaría perdiendo precisión en el presente análisis.

2.2.2. Análisis de señales correspondientes a mujeres

En esta sección se repetirán los análisis anteriores pero utilizando señales de mujeres. Para ello también se tomaron 5 señales *.EDF dejando algunas señales para las pruebas finales del método. Para cada una de estas señales se extrajeron manualmente 5 segmentos de ronquidos de cada una de las duraciones anteriores. A fin de determinar si el T_0 resulta homogéneo entre segmentos de una misma señal se analiza a continuación que valores toma el T_0 entre segmentos extraídos de una misma señal.

En el Cuadro A.64 se encuentran los valores de los desvíos estandar de todos los T_0 de los segmentos extraídos de cada paciente y para cada duración. Si se observan los desvíos estándar todos ellos tienen valores menores a 1 segundo, con lo cual se puede concluir que presentan cierta homogeneidad al igual que ocurría con los segmentos extraídos de las señales de hombres.

A continuación se verifica que el T_0 resulta homogéneo entre segmentos de distintas señales. En el Cuadro A.65 se encuentran los valores de las medias y desvíos estándar de los T_0 de los segmentos para cada duración sin tener en cuenta a que paciente pertenece. Analizando estos datos se puede ver que en todos los casos el valor del desvío está muy por debajo de 1 segundo, por esto se concluye que cualquiera sea la señal, los valores del T_0 resultan homogéneos, es decir, que la característica realmente es representativa de los segmentos con eventos de ronquidos.

Tal como se concluyó en el caso de las señales de hombres, aquí también puede verse que la media, cualquiera sea la duración de los segmentos, oscila en torno a los 4.3 segundos y el desvío en torno a los 0.50 segundos, por lo que dado este bajo número también se opta por la duración de segmentos de 5 minutos como la más óptima en términos de procesamiento y precisión.

2.3. Comparación de T_0 entre Hombres y Mujeres

Finalizado el análisis de las señales de hombres y mujeres por separado, se realiza un análisis comparativo del T_0 promedio entre dichas señales. Debido a que tanto en el análisis de hombres como en el de mujeres se llegó a la conclusión, de que la duración más óptima de los segmentos es la de 5 minutos, la comparación entre media y desvío de los T_0 se realizó directamente con esta duración.

En el Cuadro 2.1, se encuentran representados los valores de las medias y desvíos de los T_0 correspondientes a segmentos de 5 minutos, tanto de señales de hombres como de mujeres.

Tipo de señal	Media (5 min)	Desvío Estándar (5 min)
Hombres	4.18	0.71
Mujeres	4.40	0.52

Cuadro 2.1: Media y desvío de los T_0 de hombres y mujeres.

Se puede observar que los valores promedios en ambos casos (mujeres y hombres), son prácticamente similares y, los correspondientes desvíos estándar, indican también cierta similitud, aunque en el caso de los hombres son levemente mayores. De todas maneras esta pequeña diferencia, no implica inconvenientes a la hora de la detección. De esta manera se descarta la necesidad de que un usuario de la aplicación Android tenga que indicar el género antes de comenzar su uso para aplicar alguna corrección de cálculo.

2.4. Análisis de sonidos no deseados (ruidos)

Dentro de esta sección se describen los resultados obtenidos del análisis realizado a sonidos no deseados. Por sonido no deseado, debe entenderse como todo aquel sonido que se puede acoplar en una grabación en entornos cotidianos y, que no se trata de un ronquido. Es por ésto, que a los fines del presente trabajo, se consideran como ruidos los sonidos de vehículos, murmullos o personas hablando, música, etcétera.

Hasta el momento se demostró que los valores del T_0 para segmentos con ronquidos extraídos de diferentes señales tanto de mujeres como hombres, presentan cierta similitud permitiendo concluir que el T_0 es una característica representativa de los segmentos con ronquidos. De todas maneras, esto no es suficiente para poder utilizar esta característica en una aplicación que permita detectar estos segmentos diferenciándolos de aquellos que contienen solo ruidos. Esto se debe a que aquellos sonidos no deseados que se pudieran capturar durante la grabación podrían tener un T_0 similar que llegue a caer dentro del rango establecido para ser considerados como ronquidos. Para ello se demostrará en la presente sección que bajo condiciones normales los sonidos no deseados que se pueden capturar por medio del micrófono de un dispositivo móvil presentan valores del T_0 fuera del rango representativo de los ronquidos.

Se comenzó capturando distintas señales por medio de dispositivos móviles como una tablet y dos celulares. Para esto se instaló en los dispositivos la aplicación Easy Voice Recorder por medio de la cual se grabaron archivos en formato .WAV. Estas grabaciones se llevaron a cabo en ambientes bajo condiciones normales durante las horas del día ya que es mayor la cantidad de ruidos presentes, todas se capturaron a una frecuencia de muestreo de 8000 Hz que es la mínima frecuencia de muestreo que admite la aplicación, pero fueron submuestreadas a 100Hz de manera que tengan igual frecuencia de muestreo que las EDF. Luego se analizaron manualmente con el software Audacity extrayendo segmentos de 1 y 5 minutos que contenían distintos ruidos, por ejemplo: sonidos de vehículos en la calle, personas hablando, ladridos de perros, música proveniente de una radio y sonido de maquinaria de obreros trabajando.

En la parte superior de la Figura 2.3 se puede observar un segmento de 1 minuto el cual contiene ruido ambiental, proveniente del exterior, tal como máquinas en pleno funcionamiento, tráfico vehicular y personas hablando, mientras que en la gráfica de la parte inferior se encuentra su autocorrelación. A su vez el segmento graficado en la Figura 2.4 consiste del sonido de un vehículo circulando, la Figura 2.5 contiene el sonido de transito vehicular, primero una motocicleta y luego un automóvil que estaciona y sale al cabo de un tiempo y la Figura 2.6 contiene el sonido de dos perros ladrando, todas ellas acompañadas en la parte inferior de su correspondiente autocorrelación.




Figura 2.3: Sonido de maquinas trabajando, personas hablando y vehículos.




Figura 2.4: Sonido de un vehículo circulando.




Figura 2.5: Sonido de dos vehículos circulando.




Figura 2.6: Sonido de perros ladrando.

Como se puede ver en las figuras 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, en los cuatro gráficos de la auto-correlación (parte inferior) no existen en ellos la presencia de un valor pico que sobresalga del resto como si sucede en los segmentos con ronquidos, donde claramente existe un valor pico correspondiente al T_0 , esto se ve reflejado claramente en la comparación de las autocorrelaciones graficadas en la Figura 2.7. Esto se debe a que en los segmentos con ronquidos, las señales presentan una naturaleza cuasi-periódica debido a la presencia de una serie de ronquidos de manera continua, y a que los mismos tienen una apariencia similar entre sí; ésto no ocurre en los ruidos antes analizados, donde tienden a concentrar su energía en un momento determinado (por ejemplo, el caso de vehículos).




Figura 2.7: Autocorrelacion de ronquidos y autocorrelación de sonido ambiental.

Debido a que los segmentos analizados recientemente eran todos de 1 minuto de duración, y ya que se concluyó que la duración de 5 minutos era la mas óptima en el caso de segmentos con ronquidos, es que también se extrajeron segmentos de 5 minutos de sonidos no deseados. En las Figuras 2.8, 2.9 y 2.10 se ven representados los mismos con su correspondiente autocorrelación.




Figura 2.8: Sonido de un automovil circulando en 5 minutos.



Figura 2.9: Sonido de dos vehículos circulando en 5 minutos.



Figura 2.10: Sonido de dos vehículos circulando y ladridos de perros en 5 minutos.

Tomando duraciones de 5 minutos se puede ver que en algunos segmentos se juntan distintos sonidos no deseados que antes (segmentos de 1 minuto de duración) se trataron separadamente como se puede ver en la Figura 2.10. Esto es interesante para ver que sucede con el T_0 en segmentos con muchos y diferentes ruidos. Si se observan las gráficas de autocorrelación de las Figuras 2.8 y 2.9 se ve que el aumento del tamaño del segmento no implica cambios ya que no se observa ningún pico sobresaliente, lo mismo sucede para el caso de la Figura 2.10 que contiene distintos ruidos en un mismo segmento. Estos resultados permiten

distinguir claramente estos segmentos de aquellos con ronquidos ya que los segmentos con ruidos no presentan un valor de T_0 sobresaliente en torno a los 4 segundos que era el valor promedio que se encontró en los segmentos con ronquidos.

Debido a que se demostró que el T_0 es una característica representativa de los ronquidos tanto de mujeres como de hombres y que los análisis de segmentos de ruidos presentan valores del T_0 distinguibles se puede concluir que el T_0 es una buena característica a utilizar para la detección de los segmentos con ronquidos pudiendo diferenciarlos de sonidos no deseados que puedan encontrarse en grabaciones en entornos cotidianos y así lograr la robustez que se necesita.

2.5. Mejora a través de funciones de recorte

La utilización de funciones de recorte permite acentuar los máximos temporales de la señal (correspondientes al periodo fundamental), de forma que la discriminación del período fundamental se visualice con mayor claridad en el tramo analizado.

En la Figura 2.11, se observan tres funciones de recorte diferentes, donde C_L es el umbral de decisión donde aplicar el descarte, y el eje x representa el valor de la muestra del segmento al que se le aplica el recorte.

A efectos de decidir cuál de las funciones de recortes antes descritas tiene mejor desempeño, se procedió a calcular la autocorrelación para un segmento con ronquidos, tras aplicar a dicho segmento cada una de las funciones de recorte por separado. En la Figura 2.12 se muestra una gráfica con los tres resultados posibles tras aplicar cada una de las funciones de recortes, donde claramente se puede visualizar que la función de recorte 3 es la que arroja los mejores resultados ya que se observan mas resaltados los picos que produce la autocorrelación (T_0 , $2T_0$, $3T_0$, etcétera). Para los casos que se observaron recientemente, el valor del umbral C_L se calculó tomando el 10 % del máximo valor del segmento. De esta manera la función de recorte anulará todas las muestras del segmento cuyo valor esté debajo del 10 % del valor máximo, para así fortalecer o dar más importancia a los valores temporales máximos. De todas maneras el valor óptimo del umbral C_L se determina en etapas posteriores cuando se evalúa el algoritmo detector.



Figura 2.11: Funciones de recorte




Figura 2.12: Autocorrelaciones aplicando las tres funciones de recorte

En la Figura 2.13 se puede observar el efecto de realce producido por la función de recorte, en segmentos donde los valores pico para encontrar el T_0 , no son visualmente claros. A su vez en la Figura 2.14 se muestra el efecto producido al aplicar la función de recorte a segmentos de sonidos no deseados. Observando estas dos gráficas, es visible que tanto en el caso de ronquidos, como en el de ruidos (sonidos no deseados), el efecto producido por la función de recorte, acentúa valores correspondientes a los períodos T_0 , logrando en los casos de ronquidos que aquellos casos donde no eran visibles con facilidad, puedan observarse claramente. Además, es notorio que en los casos de ruidos, no hay existencia de picos destacándose y menos aún, no existe homogeneidad alguna con respecto a la forma que gráficamente produce la autocorrelación.




Figura 2.13: Autocorrelación de ronquidos sin y con función de recorte



Figura 2.14: Autocorrelación de sonido ambiental sin y con función de recorte

2.6. Cantidad mínima de ronquidos por segmento

A continuación se plantea el análisis de dos aspectos que pueden alterar la detección a través del T_0 . Por un lado se analiza que efectos tiene en el valor del T_0 la existencia de subsegmentos que no contengan ronquidos contenidos en segmentos de mayor duración que si contienen ronquidos. Para demostrar el efecto se tomó un segmento de 5 minutos con ronquidos y se extrajeron subsegmentos de distintas duraciones, de 1,2,3 y 4 minutos que no contenían ronquidos. Luego se volvió a calcular el T_0 sin estos subsegmentos a fin de demostrar si ellos, sin ronquidos, tienen algún tipo de implicación. Tal como se puede apreciar en el Cuadro A.66, no hay inconvenientes ya que cualquiera sea su duración, es decir, si es de 1, 2, 3 o 4 minutos, el T_0 detectado es correcto, ya que prácticamente no presenta variaciones respecto al resultado global (de la señal completa).

Otro aspecto consiste en determinar el mínimo indispensable de eventos necesarios para que el T_0 sea detectado sin sufrir grandes desvíos respecto de la media. Para ello se analizó una parte del segmento, en particular con una duración de 15 segundos, en los cuales había 4 episodios de ronquido presentes, luego se procedió a quitar de a un evento a la vez y volver a calcular el T_0 y así observar si presentan diferencias. Si se observa el Cuadro A.67, se puede concluir que la cantidad mínima de eventos necesarios para la correcta detección es de 2 ya que con un solo evento el T_0 da un valor de 2.58 segundos, lo cual está por debajo de los 4 segundos promedio.

En conclusión, no existe restricción alguna en cuanto a la duración de subsegmentos sin ronquidos, siempre y cuando en alguna parte del segmento completo, existan al menos 2 eventos de ronquido.

2.7. Tasas de aciertos del método en Matlab®

Debido a que se utilizó Matlab para calcular el T_0 de los segmentos extraídos de las señales EDF, es que surgió la posibilidad de desarrollar un script en Matlab, que sirva a modo de aplicación de referencia, que recorra una señal tomando frames de 5 minutos de duración y que calculando el T_0 determine si el segmento posee ronquidos.

Mediante los resultados que se obtuvieron utilizando este script, se pudo determinar que el método es aplicable antes de realizar la aplicación definitiva sobre la plataforma Android, al mismo tiempo que se pudo comparar estos resultados a fin de validar el correcto desarrollo en Android de funciones como la autocorrelación, que en Matlab ya se encuentran disponibles (como por ejemplo la función *xcorr*).

En el Cuadro A.68 se presentan los resultados que se obtuvieron usando la función de recorte 3 con el umbral seteado en 2.3, cantidad mínima de ronquidos por segmento en 2 y el rango del T_0 para ser ronquido entre [3.50 - 4.70 s]. En las distintas columnas se encuentran los valores de *verdaderos positivos*, *verdaderos negativos*, *falsos positivos*, *falsos negativos*, *valor predictivo positivo*, *valor predictivo negativo*, *sensibilidad* y *especificidad*, calculados para cada una de las señales EDF utilizadas hasta el momento.

A fin de analizar el desempeño del algoritmo se revisan a continuación los casos de falsos negativos y falsos positivos, analizando los valores de T_0 presentados.

En el Cuadro A.69 se listan algunos valores de falsos negativos, correspondientes a los pacientes 1, 4, 7 y 9. Observando estos T_0 , se puede ver que los mismos tienen valores inferiores a los 3 segundos, por lo tanto estos valores caen fuera del rango [3.50 - 4.70 s] utilizado por el algoritmo para etiquetarlos como segmentos con ronquidos, de todas maneras representan una minoría.

En el Cuadro A.70, se muestran algunos de los falsos positivos que se detectaron con el algoritmo, correspondientes a los pacientes 1, 6, 8 y 9. Como se puede apreciar, presentan valores de T_0 similares a los segmentos con ronquidos. De los análisis puntuales realizados, fue notorio que las señales EDF en esos segmentos sin estar etiquetados como ronquidos presentan algunos picos aislados, esto se ve en algunas señales en mayor proporción que en otras, como el caso del paciente 9. Debido a esto el algoritmo los detecta como ronquidos. Igual que en el punto anterior y debido a que es un fenómeno presentado en algunas señales se tendrá en cuenta en la aplicación final Android, ya que a la hora de capturar las muestras desde un dispositivo estos “picos” aislados no deberían aparecer.

Una vez analizados los valores de falsos positivos y falsos negativos con las señales trabajadas hasta el momento, se procedió a determinar tasas de aciertos usando señales no utilizadas en pruebas (no vistas por el sistema). En el Cuadro A.71 se presentan los valores obtenidos para estas señales (verificación), en ellos se puede observar que los valores de sensibilidad y especificidad superan el 80 %, llegando en algunos casos muy cerca del 100 %, por lo tanto se puede concluir que el método utilizando señales limpias es factible y que puede ser implementado en lenguaje Android.

Capítulo 3

Desarrollo de aplicación Android®

3.1. Análisis y definición de requerimientos

Para el desarrollo de la aplicación Android se seguirán los principios de la ingeniería de software, usando como referencia el libro “Ingeniería de Software” [22], tomando en cuenta un modelo de desarrollo en cascada y donde se seguirán las etapas mencionadas a continuación:

- Análisis y definición de requerimientos
- Diseño del sistema y del software
- Implementación y prueba de unidad
- Inspecciones y prueba del sistema
- Operación y mantenimiento

Con el fin de recopilar los requisitos que una aplicación Android, con esta finalidad, debería satisfacer es que se realizaron distintas tareas, tanto para obtener requerimientos funcionales como no funcionales.

3.1.1. Requerimientos funcionales

Para aquellas funcionalidades que la aplicación deberá tener, se procedió primeramente a analizar las aplicaciones disponibles actualmente en la tienda PlayStore de Android [20][21]. A partir del testeo de estas aplicaciones, se pudieron recabar funcionalidades básicas y además se registraron aquellas funcionalidades que, aunque necesarias, no se encontraron en ninguna de éstas. Además, se realizaron entrevistas a posibles usuarios y pruebas sobre una versión prototipo, a partir de las cuales se recabaron aspectos y opiniones necesarias para una aplicación de este tipo. A continuación se listan los requisitos obtenidos:

- Obtener registros de 6 o 7 horas de duración por medio del micrófono de un dispositivo móvil como puede ser una Tablet o Smartphone.

- Analizar la señal tomando segmentos de 5 minutos.
- Determinar si cada segmento de 5 minutos contiene ronquidos o no.
- Generar una interfaz sencilla y amigable que resulte intuitiva al usuario.
- Disponer de opciones para ingresar el mail de un médico al que se le enviarán los resultados, además de datos personales que sirvan de apoyo al análisis realizado.
- Disponer de una pestaña o ventana que indique la hora de comienzo del análisis, hora de finalización, hora donde se producen ronquidos, cantidad de segmentos con ronquido, hora con mayor cantidad de ronquidos, promedio de ronquidos/hora.
- Disponer de una pestaña o ventana que presente diferentes gráficos de barras (Bar Charts) o líneas (Line Charts), que muestran los resultados de la detección, y gráficos de torta (Pie Charts), que representan porcentualmente la distribución de segmentos con ronquidos y no ronquidos.

3.1.2. Requerimientos no funcionales

Para la obtención de los requerimientos no funcionales, se analizaron las aplicaciones disponibles actualmente [20][21]. Se relevaron aquellos aspectos que se encuentran implícitos en el funcionamiento de éstas y se focalizó en el rendimiento y la robustez de la aplicación, como también qué recursos se utilizan de los dispositivos en que se ejecutan. Además, se analizó qué implicancia tendrían algunos de los requerimientos funcionales respecto de estos aspectos: rendimiento, robustez, almacenamiento y drenaje de la batería. Entonces, para este sistema se deben considerar:

- La Robustez frente al ruido.
- La capacidad de almacenamiento del dispositivo, suficiente para almacenar los resultados del procesamiento de cada segmento, durante las 6 o 7 horas de captura por micrófono.
- La capacidad de la batería, para que permita el procesamiento durante 6 o 7 horas.

3.2. Diseño del sistema y del software

A continuación se presenta un diagrama de flujos de datos de la aplicación a desarrollar. El primer paso consiste en la captura de la señal, para ello se utilizará la clase `AudioRecord` de Android, la cual permite hacer uso del micrófono en la aplicación y, mediante los datos capturados por el mismo en segmentos, dar origen a su procesamiento.

Debido a que la mayoría de las aplicaciones que utilizan la clase `AudioRecord` admiten una frecuencia de muestreo mínima de 8000Hz, que es una limitación propia de la clase,

se realiza un proceso de submuestreo a 100Hz, determinado con base en las señales EDF analizadas previamente. Esto posibilitará un menor costo computacional para los cálculos de autocorrelación y un ahorro en el almacenamiento.

El proceso de submuestreo escogido se denomina decimation e incluye un filtro pasa-bajos que permite eliminar previamente las altas frecuencias de la señal para no generar aliasing. Como filtro pasa-bajos se utilizó un FIR de orden 6, con una frecuencia de corte fijada en $\pi/80$.

La señal submuestreada es segmentada en trozos de 5 minutos, y para cada uno de ellos se calcula el período fundamental T0 (pitch) por medio de la autocorrelación. Si el valor T0 del segmento está dentro del rango determinado en la etapa previa de análisis de las señales EDF, este segmento será etiquetado como Ronquido y se registra la hora en que sucede. Ésto se repite hasta el momento en que el usuario/paciente elige detener la captura, y entonces se genera un informe de resultados que se entrega al usuario por pantalla y se envía al médico por mail (si esta opción fue indicada).




Figura 3.1: Diagrama de flujo de la aplicación Android

Diseño de interfaces

A continuación se presentan los diseños de las interfaces de la aplicación, que se hicieron orientadas a las funcionalidades que se recabaron en la etapa de requerimientos.

En la Figura 3.2 se puede ver la pantalla de inicio de la aplicación, mientras que en la Figura 3.3 se presentan una serie de campos donde se deben ingresar los datos del usuario (paciente) y el correo electrónico del médico. Estos datos son útiles para enviar el email con los resultados al médico. Luego de guardar los datos, se accede a la siguiente pantalla (Figura 3.4), donde se detalla una lista con todas las grabaciones realizadas previamente. En esta pantalla hay un Botón de Acción Flotante (FAB, del inglés Floating Action Button) que permite generar una nueva captura y procesamiento de datos.





Figura 3.2: Pantalla de inicio



The screenshot shows an Android application interface. At the top, there is a black status bar with white icons for Wi-Fi and battery. Below this, the word "Bienvenido" is displayed in a large, black, serif font. Underneath, the text "Ingrese sus datos personales" is shown in a smaller, blue, sans-serif font. This is followed by three input fields: "Nombre", "Apellido", and "Edad". To the right of the "Edad" field is the label "Sexo" followed by two radio buttons, one labeled "F" and one labeled "M". Below these fields is the text "Ingrese email del Médico" in blue. Underneath this is an "E-mail médico" input field. A grey button labeled "Guardar" is positioned below the email field. At the bottom of the screen is a black navigation bar with three white icons: a back arrow, a home house icon, and a recent apps icon.

Figura 3.3: Datos del usuario y médico




Figura 3.4: Lista con grabaciones realizadas



Figura 3.5: Iniciar nueva captura de datos

En la Figura 3.5, se ven las opciones que permiten iniciar y detener la grabación. Cuando se finaliza la captura de datos (Detener), la aplicación procesa los resultados y los presenta en una nueva pantalla. En las Figuras 3.6 y 3.7 se presentan las imágenes correspondientes a las dos pestañas de resultados, en estas se considera la visualización de distintos tipos de gráficos con resultados en una pestaña y un reporte con información detallada en la otra (en modo de texto o en tablas). Estos reportes son enviados al médico cuando se elige finalizar la captura.




Figura 3.6: Pestaña de gráficos




Figura 3.7: Pestaña de reporte textual

Información gráfica detallada

Para la generación de gráficos, Android ofrece muchas librerías que se pueden adicionar a un proyecto, para esta aplicación se utilizó la librería MPAndroidChart [23], la misma permite generar gráficos de barras, de torta, líneas, entre otros. Los mismos son muy agradables a la vista, permitiendo trabajar con colores y estilos diferentes, al mismo tiempo permite configurar opciones para que el usuario interactúe con los mismos, pudiendo agrandar o achicar, seleccionar, mostrar información detallada, generar animaciones, editar leyendas, entre otras.

A continuación se describen los gráficos que se generan con la aplicación utilizando la librería recién mencionada, dentro de la pestaña correspondiente. En el gráfico de la Figura 3.8 se representa la señal capturada y se resaltan los segmentos donde se detectan ronquidos. Por medio de este gráfico el usuario puede tener una idea general acerca de qué cantidad de tiempo ha estado roncando considerando una grabación completada, cualquiera sea su duración.




Figura 3.8: Señal completa con fragmentos resaltados

El gráfico presentado en la Figura 3.8 se trata de un gráfico de barras donde, cada barra representa un segmento de cinco minutos de duración, analizado por la aplicación y su amplitud es la energía promedio de este segmento. Se indica en color Cyan todos aquellos segmentos en los que no se detectaron ronquidos, en tanto para los segmentos detectados como ronquidos se utilizan dos niveles de intensidad, simple y alto, asignando a cada uno de ellos dos colores diferentes (amarillo y rojo respectivamente), dependiendo de la amplitud de la barra. Se puede observar que este ejemplo se trata de una señal de 1 hora de duración donde en el eje x se indica para cada barra la hora de comienzo de ese segmento, además el gráfico es interactivo permitiendo que el usuario pueda posicionarse en una determinada barra o bien ampliar o reducir un conjunto de ellas permitiendo así analizar momentos puntuales del procesamiento.

Además del gráfico de barras recién descripto, la aplicación genera dos gráficos de tortas que presentan información porcentual del análisis realizado. En los gráficos de tortas presentados en la Figura 3.9 se muestra la proporción de segmentos con ronquidos que se encuentran en la señal, y en el segundo gráfico la distribución de los distintos segmentos detectados como ronquidos según sean del tipo simple o alto.




Figura 3.9: Gráficos de torta o rosquilla

Información detallada en formato de reporte

En la pestaña de reporte se presentan los resultados de manera textual, conteniendo una tabla como se puede apreciar en la Figura 3.10. En ella se indica la hora de comienzo y de finalización de la captura como así también la duración en horas de la misma. Además se muestran estadísticas que indican la cantidad de segmentos detectados como ronquidos, la hora con mayor cantidad de ronquidos, la cual se determina como la hora que contiene mayor cantidad de segmentos de 5 minutos detectados como tales, y por último la cantidad promedio de ronquidos/hora la cual se determina tomando la cantidad total de segmentos detectados como ronquidos dividida entre la duración en horas de la captura. Luego se presenta un detalle de cada segmento indicando si tiene o no ronquidos, indicando la hora de comienzo del segmento y una estimación de la intensidad.

Hora de inicio de captura: 02:47:11 Hora de finalización: 03:47:11 Duración: 1 hora Cantidad de segmentos con ronquido:5 Hora con mayor cantidad de ronquidos: 02:47:11--03:47:11 Promedio de ronquidos/hora: 5 ronquidos por hora
DETALLE DE SEGMENTOS DETECTADOS
HORA COMIENZO -- INTENSIDAD
02:47:11 -- No ronquidos
02:52:11 -- No ronquidos
02:57:11 -- No ronquidos
03:02:11 -- Simple
03:07:11 -- Simple
03:12:11 -- Alto
03:17:11 -- No ronquidos
03:22:11 -- No ronquidos
03:27:11 -- No ronquidos

Figura 3.10: Información en formato de reporte

Reporte enviado al médico

Tal como se explicó anteriormente, los resultados obtenidos pueden ser enviados via email a un médico. En dicho email se enviará de manera adjunta un archivo de formato PDF (Portable Document Format) que contendrá los mismos resultados que el usuario puede observar en las pestañas de gráficos y reportes recientemente descriptas. Este archivo PDF se genera por medio de la librería iText [24], y tal como se puede observar en la Figura 3.11 contiene una primera parte donde se indican los datos del paciente junto con los resultados del análisis, posterior a esta información se presenta una página con los tres gráficos que la aplicación genera tal como se muestra en la Figura 3.12.

Datos del paciente

Nombre: Jose
 Apellido: Lopez
 Edad: 28
 Sexo: Masculino

Detalle del análisis

Hora de inicio de captura: 02:47:11
Hora de finalización: 03:47:11
Duración: 1 hora
Cantidad de segmentos con ronquido: 5
Hora con mayor cantidad de ronquidos: 02:47:11-03:47:11
Promedio de ronquidos/hora: 5 ronquidos por hora

Hora de comienzo del segmento	Intensidad
02:47:11	No ronquidos
02:52:11	No ronquidos
02:57:11	No ronquidos
03:02:11	Simple
03:07:11	Simple
03:12:11	Alto
03:17:11	No ronquidos
03:22:11	No ronquidos
03:27:11	No ronquidos
03:32:11	Alto
03:37:11	Alto
03:42:11	No ronquidos

Figura 3.11: Información textual del PDF

Gráficos

Figura 3.12: Información gráfica del PDF

3.2.1. Casos de Uso

A continuación, en la figura 3.13 se presenta el gráfico de casos de usos general de la aplicación. En él se representan los actores y se describen las principales acciones que permitirá la aplicación.




Figura 3.13: Diagrama de casos de uso

CASO DE USO: <i>Iniciando captura</i>
ACTOR: Paciente (Usuario de la App)
DESCRIPCIÓN
Es el proceso por el cual el usuario comienza la captura de datos y el procesamiento y almacenamiento de los resultados obtenidos. Opcionalmente se le permite ingresar datos personales y el email de un médico, al que se le enviarán los resultados obtenidos.

Cuadro 3.1: Caso de uso Iniciando captura

CASO DE USO: <i>Finalizando captura</i>
ACTOR: Paciente (Usuario de la App)
DESCRIPCIÓN
El paciente puede finalizar la captura cuando lo considere oportuno, de esta manera se culmina el almacenamiento y procesamiento de los datos capturados por medio del micrófono.

Cuadro 3.2: Caso de uso Finalizando captura

CASO DE USO: <i>Visualizando resultados</i>
ACTOR: Paciente (Usuario de la App)
DESCRIPCIÓN
El usuario puede acceder a los resultados obtenidos del procesamiento de la señal. Los resultados se presentan en modo gráfico y textual indicando hora de comienzo del análisis, hora de finalización, hora donde se producen ronquidos, cantidad de segmentos con ronquido, hora con mayor cantidad de ronquidos, promedio de ronquidos/hora.

Cuadro 3.3: Caso de uso Visualizando resultados

CASO DE USO: <i>Recibiendo mail</i>
ACTOR: Médico (Actor secundario)
DESCRIPCIÓN
Al momento de finalizar la captura, se envía un correo electrónico con los resultados obtenidos del procesamiento de la señal. Los resultados se presentan en modo gráfico y textual indicando hora de comienzo del análisis, hora de finalización, hora donde se producen ronquidos, cantidad de segmentos con ronquido, hora con mayor cantidad de ronquidos, promedio de ronquidos/hora.

Cuadro 3.4: Caso de uso Recibiendo mail

CASO DE USO: <i>Procesando la señal</i>
ACTOR: Sistema base de la App
DESCRIPCIÓN
Este consiste de analizar los datos mediante ventaneo de 5 minutos de duración y calcular el T0 (pitch) por medio de la autocorrelación. Posteriormente, se determina si dicho segmento contiene o no ronquidos. Luego se elaboran los resultados que serán utilizados para ser visualizados por el paciente y enviados al médico.

Cuadro 3.5: Caso de uso Procesando la señal

CASO DE USO: <i>Ingresando información para el email</i>
ACTOR: Paciente (Usuario de la App)
DESCRIPCIÓN
El paciente tendrá la opción, antes de iniciar la captura de datos, de ingresar sus datos personales y además de ingresar un email de un médico, al que se le enviarán los resultados una vez finalizado el procesamiento.

Cuadro 3.6: Caso de uso Ingresando información para el email

3.2.2. Diagramas de secuencia

3.2.3. Diseño de Clases

3.3. Inspecciones y prueba del sistema

En esta sección se pretende describir el procedimiento seguido durante todo el desarrollo de la aplicación Android en cuanto a verificación y validación de los códigos desarrollados, como así también del funcionamiento de la aplicación una vez terminada. Para ello se cuenta brevemente la manera en que se trabajó como equipo de desarrollo en lo que es la inspección de los códigos, de manera que la detección de desarrollos no óptimos o con errores, se detectaran a tiempo y así evitar pérdidas de tiempo por retrabajo. A su vez se describe la metodología de pruebas que se utilizó para validar el funcionamiento de la aplicación una vez terminada, la misma consistió de pruebas al método clasificador/detector, a las interfaces, gráficos y reportes, como así también al rendimiento en cuanto a consumo de batería y de almacenamiento.

Inspecciones del software

Durante todo el proceso de desarrollo se llevaron a cabo revisiones del software, buscando defectos en los códigos constatando que lo desarrollado sea lo más óptimo posible y se

corresponda con lo definido en las etapas de requerimiento y diseño. Como se trata de un equipo de desarrollo formado por dos personas se realizaron inspecciones cruzadas donde cada uno inspeccionó lo realizado por el otro.

Metodología de prueba de la aplicación

Como parte de las verificaciones y validaciones de la aplicación se describe a continuación la metodología utilizada para las pruebas.

- Pruebas del clasificador/detector de la aplicación:
 - Probar sobre señales EDF (limpias).
 - Probar sobre señales obtenidas en entornos cotidianos.
- Pruebas de los gráficos y reportes:
 - Probar manualmente el cálculo de los resultados mostrados en los gráficos.
 - Verificar que los gráficos se estén generando correctamente.
 - Verificar el envío de la información vía email.
- Pruebas de interfaces:
 - Probar todas las interfaces y su navegación de manera de asegurar que los links y eventos de las distintas ventanas o pestañas funcionan adecuadamente.
 - Verificar el almacenamiento y carga de los datos personales y del médico.
- Pruebas de rendimiento:
 - Revisar el tamaño que ocupan los datos almacenados por la aplicación.
 - Verificar el consumo de la batería para capturas de 6 o 7 horas.

3.4. Optimizaciones de la aplicación Android

3.5. Tasas de aciertos aplicación Android

Pruebas sobre señales EDF (limpias)

En esta etapa, se describe la comparación entre el método detector/clasificador desarrollado en Matlab y el desempeño del mismo método desarrollado en la aplicación Android. Una vez desarrollada la aplicación Android, se procedió a analizar mediante la misma las señales EDF utilizadas para validar el método en Matlab, correspondientes a los Pacientes 11,12,13,14 y 15. De esta manera se pudo comparar y comprobar que los resultados obtenidos por la aplicación eran correctos y demostrar que, así como el método se podía realizar en

Matlab, éste también funciona en una aplicación Android; es importante realizar esta comparación ya que Matlab, al tratarse de un software matemático facilita los cálculos pudiendo utilizar funciones inmediatamente disponibles y, que en el caso de Android, fue necesario el desarrollo de tales funcionalidades de cálculo. Para las pruebas se procedió a modificar la fuente de datos de la aplicación desarrollada, de manera que no analice los datos capturados vía micrófono, sino que lea los mismos de los archivos EDF. Las tasas de aciertos obtenidas se pueden observar en el Cuadro B.1, estos resultados son iguales a los obtenidos con el algoritmo desarrollado en Matlab, por lo que se puede afirmar que los cálculos realizados en la aplicación Android son correctos y equivalentes.

Pruebas sobre señales obtenidas en entornos cotidianos

Este apartado, busca probar que la aplicación Android puede diferenciar correctamente los ronquidos de otros sonidos ambientales (ruidos) capturados por medio de la misma. Para ello, se dejó la aplicación ejecutándose en ambientes normales (como por ejemplo, en una habitación) durante varias horas de manera que la misma pueda captar los sonidos que se pudieran presentar sin que sean ronquidos. Al final de estas capturas, los resultados del detector son analizados a fin de demostrar que la cantidad de falsos positivos obtenidos es lo suficientemente baja.

A continuación se describe uno de estos análisis y los resultados obtenidos, en este caso se dejó la aplicación Android capturando datos durante 3 horas y 45 minutos, en un entorno cotidiano de una habitación lindera a la calle, con ventilador de techo encendido (por el ruido que el mismo genera). Esta captura se llevó a cabo desde las 14:00hs y cabe mencionar que la casa contaba con varias personas realizando sus rutinas normales, incluyendo varias entradas y salidas a la habitación mencionada, personas hablando y sonido de televisión de habitaciones linderas. En el Cuadro B.2 se listan los T0 y su correspondiente etiqueta, mientras que en el Cuadro B.3 se pueden ver los valores de Verdaderos positivos, Falsos positivos, Falsos negativos, Verdaderos negativos, Valor predictivo positivo, Valor predictivo negativo, Sensibilidad y Especificidad. Si se analizan estos valores vemos que al tratarse de una captura donde no había ninguna persona que pudiera generar ronquidos, no existen verdaderos positivos y, por ende, la sensibilidad tampoco debe estar presente, por lo tanto solo importa analizar la especificidad, en la cual se ve un valor muy bueno, ya que supera el 90 %.

Se considera a continuación, si los valores T0 obtenidos corresponden a valores picos. Para ello, se realizó otra captura y se observó la amplitud de su T0 calculando el porcentaje que representa el mismo respecto de la energía (valor de autocorrelación con desplazamiento cero). En el cuadro B.4 podemos ver los valores del T0, su amplitud y la correspondiente etiqueta clasificatoria. Como se aprecia en los resultados anteriores, la mayoría de aquellos valores T0 tienen como amplitud valores menores al 30 % de la energía del segmento, lo que los convierte en valores bajos y que evidentemente no representan valores picos sobresalientes en la autocorrelación. Esto permite poder utilizar un umbral del 30 % para discriminar

aquellos casos que estando en el rango de 3.50 a 4.70 segundos no sean picos y por ende no corresponden a Ronquidos, ya que no representan la cuasi periodicidad que los mismos tienen.

Capítulo 4

Conclusión y Trabajos Futuros

En este proyecto final se desarrolló una aplicación Android capaz de detectar eventos de ronquidos por medio del análisis de datos capturados via el micrófono del dispositivo. El objetivo principal fué lograr una correcta detección utilizando métodos mas inteligentes que los utilizados por las aplicaciones disponibles hasta el momento las cuales solo realizan un análisis del nivel de energía de los datos capturados, generando esto un mal desempeño frente a condiciones ambientales de mucho ruido siendo detectados y etiquetados como ronquidos. Primeramente se analizó en detalle los ronquidos a fin de extraer alguna característica representativa de los mismos que permita poder detectarlos dentro de una grabación obtenida en ambientes cotidianos. Para ello se analizaron distintas señales EDF de personas de distintos sexo obtenidas en estudios de sueño, de este análisis se demostró que el T_0 es una característica representativa de los ronquidos y que permite diferenciarlos de otros sonidos no deseados que pudieran presentarse en este tipo de grabaciones. Como resultado de esta etapa, mediante la extracción manual de segmentos etiquetados como ronquidos en las señales EDF y el cálculo de su correspondiente T_0 , se concluye que el rango de valores del T_0 es de $[3.50 - 4.70 \text{ s}]$.

Posteriormente se desarrolló el método de detección utilizando el rango de T_0 recién mencionado, para ello se probó primero que el método sea viable desarrollando un pequeño script en Matlab para luego si, ser desarrollado e integrado en una aplicación Android que analice en tiempo real los datos capturados por medio del micrófono del dispositivo. Una vez finalizada la aplicación la misma fue sometida a pruebas según la metodología definida, para ello se realizaron pruebas del método detector utilizando las señales limpias EDF y luego se probó el desempeño de la aplicación capturando en ambientes normales con alta precencia de ruidos, a fin de demostrar que estos sean correctamente distinguidos. Tal como se puede observar en los resultados presentados en las tablas B.1 y B.3 la aplicación arroja altas tasas de aciertos, los valores superan el 80 % en ambos tipos de pruebas. Con estos resultados se puede concluir que el desempeño es muy bueno sobre todo en precencia de mucho ruido superando el 90 % de aciertos, siendo muy baja la precencia de falsos positivos. Por lo tanto se puede concluir que se logró el objetivo de desarrollar una aplicación capaz de detectar correctamente eventos de ronquidos presentando alta robustez frente al ruido.

De esta manera se abre la posibilidad de trabajos futuros basados en el desarrollo de nuevos métodos y aplicaciones que realicen detección y clasificación no solo de ronquidos sino también de otros trastornos de sueños como pueden ser las apneas, y de esta manera puedan funcionar de manera complementaria o hasta sustituir en un futuro a los actuales métodos de estudios de sueño permitiendo que el paciente pueda realizar los mismos en su propia casa y sin tener que estar conectado a distintos dispositivos, esto permitiría aumentar la comodidad del paciente al mismo tiempo que sería una alternativa de bajo costo y una ventaja para personas que se encuentran viviendo en zonas alejadas a algún centro médico especializado.

Bibliografia

- [1] PNEUMOWIKI, a enciclopedia de Neumología de contenido libre [consulta: 26 abril 2013]. Disponible en: <<http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php?title=Ronquido>>
- [2] RONCAR.ES, el ronquido simple y la apnea del sueño [consulta: 26 abril 2013]. Disponible en: <<http://roncopatia.roncar.es/>>
- [3] MEDLINE PLUS, un servicio de salud para usted [consulta: 27 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/snoring.html>>
- [4] NIH, U.S. National Library of Medicine [consulta: 27 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.nlm.nih.gov/>>
- [5] ORTHOAPNEA, la solucion a los trastornos del sueño [consulta: 27 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.orthoapnea.com/es/index.php>>
- [6] GOOGLE PLAY, aplicaciones de Android [consulta: 30 abril 2013]. Disponible en: <<https://play.google.com/store>>
- [7] IPHONE, cientos de miles de infitas posibilidades [consulta: 30 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.apple.com/es/iphone/from-the-app-store/>>
- [8] STARRY NIGTH, sleep technology bed [consulta: 30 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.starrynightbed.com/>>
- [9] BACK IN ACTION, snore pillow [consulta: 30 abril 2013]. Disponible en: <<http://www.backinaction.co.uk/snore-pillow>>
- [10] MILONE, D., RUFINER, H., ACEVEDO, R., DI PERSIA, L., TORRES, H. Introducción a las Señales y los Sistemas Discretos. Santa Fe, 2009. 223 p.
- [11] ENGELBRECHT, Andries P., Computational Intelligence, An Introduction 2nd Ed. South Africa, 2007. 630 p.
- [12] WIKIPEDIA, la enciclopedia libre [consulta: 14 marzo 2016]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_programas_para_Android
- [13] WIKIPEDIA, la enciclopedia libre [consulta: 14 marzo 2016]. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Java_\(lenguaje_de_programacion\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programacion))
- [14] WIKIPEDIA, la enciclopedia libre [consulta: 14 marzo 2016]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
- [15] José Antonio Fiz Fernández, Jordi Solá Soler y Raimon Jané Campos. Métodos de análisis del ronquido. Medicina Clínica (Barcelona). Elsevier. 2011.
- [16] Dirk Pevernagie, Ronald M. Aarts y Micheline De Meyer. The acoustics of snoring. Sleep Medicine Reviews. Elsevier. 2010.

[17] Ali Azarbarzina, Zahra Moussavi. Snoring sounds variability as a signature of obstructive sleep apnea. Medical Engineering & Physics. Elsevier. 2013.

[18] Andrew Keong Ng, Tong San Koh, Kathiravelu Puvanendran y Udantha Ranjith Abeyratne. Snore Signal Enhancement and Activity Detection via Translation-Invariant Wavelet Transform. Transactions on Biomedical Engineering. IEEE. 2008.

[19] Ali Azarbarzin y Zahra M. K. Moussavi. Automatic and Unsupervised Snore Sound Extraction From Respiratory Sound Signals. Transactions on Biomedical Engineering. IEEE. 2011.

[20] SnoreClock. Aplicación para detectar ronquidos [consulta: 18 noviembre 2015]. Disponible en: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ralphsapps.snorecontrol>>

[21] Dream Watcher - Anti Ronquidos. Aplicación para detectar ronquidos [consulta: 20 noviembre 2015]. Disponible en: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arcadexxi.dreamwatcher>>

[22] Sommerville, Ian and Mari?a Isabel Alfonso Galipienso. Ingenierí?a Del Software. Madrid: Pearson Addison-Wesley, 2005.

[23] MPAndroidChart. Librería Android para generación de gráficos. Disponible en: <<https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart/>>

[24] iText. Librería Java para realizar archivos PDF. Disponible en: <<http://itextpdf.com/>>

Apéndice A

Tablas extra de cálculo y determinación de T_0

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:33:59	1823900	4.15
2	02:12:12	1333200	4.68
3	02:11:04	1326400	4.86
4	03:24:43	1768300	3.96
5	04:33:24	2180400	3.79
Media			4.29
Desvío Estándar			0.46

Cuadro A.1: Paciente 1: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:33:59	1823900	4.15
2	02:12:12	1333200	4.72
3	02:11:04	1326400	4.86
4	03:24:43	1768300	3.96
5	04:33:24	2180400	3.79
Media			4.30
Desvío Estándar			0.47

Cuadro A.2: Paciente 1: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:33:59	1823900	4.15
2	02:12:12	1333200	4.68
3	02:11:04	1326400	4.86
4	04:23:31	2121100	3.97
5	01:29:10	1075000	3.80
Media			4.29
Desvío Estándar			0.46

Cuadro A.3: Paciente 1: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:33:59	1823900	4.15
2	02:12:12	1333200	4.68
3	02:11:04	1326400	4.86
4	04:23:31	2121100	3.97
5	01:29:10	1075000	3.92
Media			4.32
Desvío Estándar			0.43

Cuadro A.4: Paciente 1: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:33:59	1823900	4.15
2	02:12:12	1333200	4.68
3	02:20:13	1381300	4.08
4	04:23:31	2121100	4.45
5	01:29:10	1075000	4.27
Media			4.33
Desvío Estándar			0.24

Cuadro A.5: Paciente 1: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	22:25:37	153700	3.52
2	22:28:24	170400	3.73
3	22:30:03	180300	4.15
4	22:52:37	315700	3.22
5	23:16:03	456300	3.82
Media			3.69
Desvío Estándar			0.35

Cuadro A.6: Paciente 2: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	22:25:37	153700	3.23
2	22:28:24	170400	3.73
3	22:30:03	180300	3.28
4	22:52:37	315700	3.22
5	23:16:03	456300	3.48
Media			3.39
Desvío Estándar			0.22

Cuadro A.7: Paciente 2: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	22:25:37	153700	3.52
2	23:15:31	453100	3.32
3	23:30:06	540600	3.64
4	00:00:00	720000	2.98
5	01:00:00	1080000	3.59
Media			3.41
Desvío Estándar			0.27

Cuadro A.8: Paciente 2: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	22:25:37	153700	3.52
2	23:15:31	453100	3.32
3	23:30:06	540600	3.64
4	00:00:00	720000	3.66
5	01:00:00	1080000	3.57
Media			3.54
Desvío Estándar			0.14

Cuadro A.9: Paciente 2: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	22:25:37	153700	3.59
2	23:15:31	453100	3.23
3	23:30:06	540600	4.09
4	00:00:00	720000	3.55
5	01:00:00	1080000	3.50
Media			3.59
Desvío Estándar			0.31

Cuadro A.10: Paciente 2: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:43:47	322700	3.77
2	02:06:04	456400	4.26
3	02:31:09	606900	3.95
4	03:10:34	843400	3.58
5	04:52:01	1452100	3.93
Media			3.90
Desvío Estándar			0.25

Cuadro A.11: Paciente 3: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:43:37	321700	3.87
2	02:06:04	456400	3.92
3	02:31:39	609900	3.95
4	03:10:34	843400	3.65
5	04:52:01	1452100	3.90
Media			3.85
Desvío Estándar			0.12

Cuadro A.12: Paciente 3: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:43:37	321700	3.87
2	02:06:04	456400	4.26
3	02:31:39	609900	3.90
4	02:40:22	662200	3.71
5	04:52:01	1452100	3.96
Media			3.94
Desvío Estándar			0.20

Cuadro A.13: Paciente 3: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:43:37	321700	3.87
2	02:06:04	456400	3.92
3	02:31:39	609900	3.95
4	02:40:22	662200	3.71
5	04:52:01	1452100	3.45
Media			3.78
Desvío Estándar			0.21

Cuadro A.14: Paciente 3: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:43:37	321700	3.82
2	02:06:04	456400	3.88
3	02:31:39	609900	3.79
4	02:40:22	662200	4.19
5	04:52:01	1452100	3.45
Media			3.82
Desvío Estándar			0.26

Cuadro A.15: Paciente 3: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:30:03	1260300	5.83
2	03:48:38	2091800	4.92
3	03:53:09	2118900	4.74
4	22:25:30	153000	4.88
5	00:28:31	891100	4.46
Media			4.97
Desvío Estándar			0.52

Cuadro A.16: Paciente 4: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:30:03	1260300	5.83
2	03:48:38	2091800	4.31
3	03:53:09	2118900	5.19
4	22:25:30	153000	4.88
5	00:28:31	891100	4.48
Media			4.94
Desvío Estándar			0.61

Cuadro A.17: Paciente 4: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:30:03	1260300	5.83
2	03:48:38	2091800	4.92
3	03:53:09	2118900	5.87
4	22:25:30	153000	4.88
5	00:28:31	891100	4.46
Media			5.19
Desvío Estándar			0.62

Cuadro A.18: Paciente 4: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:30:03	1260300	5.83
2	03:48:38	2091800	4.39
3	03:53:09	2118900	5.81
4	22:25:30	153000	5.30
5	00:28:31	891100	4.46
Media			5.16
Desvío Estándar			0.70

Cuadro A.19: Paciente 4: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:30:03	1260300	5.83
2	03:48:38	2091800	4.39
3	03:53:09	2118900	5.81
4	22:25:30	153000	4.27
5	00:28:31	891100	5.98
Media			5.26
Desvío Estándar			0.85

Cuadro A.20: Paciente 4: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	04:21:07	1.926.700	3.90
2	04:22:42	1.936.200	3.91
3	04:57:37	2.145.700	3.82
4	23:11:57	71.700	3.77
5	23:42:54	257.400	3.68
Media			3.81
Desvío Estándar			0.095

Cuadro A.21: Paciente 5: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	23:20:51	125.100	3.98
2	00:05:30	393.000	3.81
3	00:08:00	408.000	3.68
4	00:14:17	445.700	3.38
5	00:15:08	450.800	3.92
Media			3.75
Desvío Estándar			0.24

Cuadro A.22: Paciente 5: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	23:04:50	29.000	3.90
2	23:11:57	71.700	3.77
3	23:15:07	90.700	3.99
4	23:18:18	109.800	3.54
5	23:42:45	256.500	3.81
Media			3.80
Desvío Estándar			0.17

Cuadro A.23: Paciente 5: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	23:11:57	71.700	3.77
2	23:15:39	93.900	3.99
3	23:19:01	114.100	3.54
4	23:42:45	256.500	3.68
5	23:46:00	276.000	3.87
Media			3.77
Desvío Estándar			0.17

Cuadro A.24: Paciente 5: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	23:11:57	71.700	3.77
2	23:16:02	96.200	3.96
3	23:33:58	203.800	3.97
4	23:45:29	272.900	3.87
5	23:54:33	327.300	3.89
Media			3.89
Desvío Estándar			0.08

Cuadro A.25: Paciente 5: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	T0 (s)
1	03:33:59	4.15
2	02:12:12	4.68
3	02:11:04	4.86
4	03:24:43	3.96
5	04:33:24	3.79
Media		4.29
Desvío Estándar		0.46

Cuadro A.26: T_0 de segmentos de 1 minuto de duración.

Señal	Desvio estandar del T_0				
	30 seg	1 min	2 min	3 min	5 min
Paciente 1	0.47	0.46	0.46	0.43	0.24
Paciente 2	0.22	0.35	0.27	0.14	0.31
Paciente 3	0.12	0.25	0.20	0.21	0.26
Paciente 4	0.61	0.52	0.62	0.70	0.85
Paciente 5	0.24	0.09	0.17	0.17	0.08

Cuadro A.27: Desvíos estándar de los T_0 de cada señal en distintas duraciones.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 1	03:33:59	1823900	4.15
	02:12:12	1333200	4.68
	02:11:04	1326400	4.86
	03:24:43	1768300	3.96
	04:33:24	2180400	3.79
Paciente 2	22:25:37	153700	3.52
	22:28:24	170400	3.73
	22:30:03	180300	4.15
	22:52:37	315700	3.22
	23:16:03	456300	3.82
Paciente 3	01:43:47	322700	3.77
	02:06:04	456400	4.26
	02:31:09	606900	3.95
	03:10:34	843400	3.58
	04:52:01	1452100	3.93
Paciente 4	01:30:03	1260300	5.83
	03:48:38	2091800	4.92
	03:53:09	2118900	4.74
	22:25:30	153000	4.88
	00:28:31	891100	4.46
Paciente 5	04:21:07	1.926.700	3.90
	04:22:42	1.936.200	3.91
	04:57:37	2.145.700	3.82
	23:11:57	71.700	3.77
	23:42:54	257.400	3.68
Media			4.13
Desvío			0.58

Cuadro A.28: T_0 de segmentos con ronquidos de 1 minuto en distintas señales de hombres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 1	03:33:59	1823900	4.15
	02:12:12	1333200	4.72
	02:11:04	1326400	4.86
	03:24:43	1768300	3.96
	04:33:24	2180400	3.79
Paciente 2	22:25:37	153700	3.23
	22:28:24	170400	3.73
	22:30:03	180300	3.28
	22:52:37	315700	3.22
	23:16:03	456300	3.48
Paciente 3	01:43:37	321700	3.87
	02:06:04	456400	3.92
	02:31:39	609900	3.95
	03:10:34	843400	3.65
	04:52:01	1452100	3.90
Paciente 4	01:30:03	1260300	5.83
	03:48:38	2091800	4.31
	03:53:09	2118900	5.19
	22:25:30	153000	4.88
	00:28:31	891100	4.48
Paciente 5	23:20:51	125.100	3.98
	00:05:30	393.000	3.81
	00:08:00	408.000	3.68
	00:14:17	445.700	3.38
	00:15:08	450.800	3.92
Media			4.05
Desvío			0.64

Cuadro A.29: T_0 de segmentos con ronquidos de 30 segundos en distintas señales de hombres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 1	03:33:59	1823900	4.15
	02:12:12	1333200	4.68
	02:11:04	1326400	4.86
	04:23:31	2121100	3.97
	01:29:10	1075000	3.80
Paciente 2	22:25:37	153700	3.52
	23:15:31	453100	3.32
	23:30:06	540600	3.64
	00:00:00	720000	2.98
	01:00:00	1080000	3.59
Paciente 3	01:43:37	321700	3.87
	02:06:04	456400	4.26
	02:31:39	609900	3.90
	02:40:22	662200	3.71
	04:52:01	1452100	3.96
Paciente 4	01:30:03	1260300	5.83
	03:48:38	2091800	4.92
	03:53:09	2118900	5.87
	22:25:30	153000	4.88
	00:28:31	891100	4.46
Paciente 5	23:04:50	29.000	3.90
	23:11:57	71.700	3.77
	23:15:07	90.700	3.99
	23:18:18	109.800	3.54
	23:42:45	256.500	3.81
Media			4.13
Desvío			0.71

Cuadro A.30: T_0 de segmentos con ronquidos de 2 minutos en distintas señales de hombres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 1	03:33:59	1823900	4.15
	02:12:12	1333200	4.68
	02:11:04	1326400	4.86
	04:23:31	2121100	3.97
	01:29:10	1075000	3.92
Paciente 2	22:25:37	153700	3.52
	23:15:31	453100	3.32
	23:30:06	540600	3.64
	00:00:00	720000	3.66
	01:00:00	1080000	3.57
Paciente 3	01:43:37	321700	3.87
	02:06:04	456400	3.92
	02:31:39	609900	3.95
	02:40:22	662200	3.71
	04:52:01	1452100	3.45
Paciente 4	01:30:03	1260300	5.83
	03:48:38	2091800	4.39
	03:53:09	2118900	5.81
	22:25:30	153000	5.30
	00:28:31	891100	4.46
Paciente 5	23:11:57	71.700	3.77
	23:15:39	93.900	3.99
	23:19:01	114.100	3.54
	23:42:45	256.500	3.68
	23:46:00	276.000	3.87
Media			4.11
Desvío			0.69

Cuadro A.31: T_0 de segmentos con ronquidos de 3 minutos en distintas señales de hombres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 1	03:33:59	1823900	4.15
	02:12:12	1333200	4.68
	02:20:13	1381300	4.08
	04:23:31	2121100	4.45
	01:29:10	1075000	4.27
Paciente 2	22:25:37	153700	3.59
	23:15:31	453100	3.23
	23:30:06	540600	4.09
	00:00:00	720000	3.55
	01:00:00	1080000	3.50
Paciente 3	01:43:37	321700	3.82
	02:06:04	456400	3.88
	02:31:39	609900	3.79
	02:40:22	662200	4.19
	04:52:01	1452100	3.45
Paciente 4	01:30:03	1260300	5.83
	03:48:38	2091800	4.39
	03:53:09	2118900	5.81
	22:25:30	153000	4.27
	00:28:31	891100	5.98
Paciente 5	23:11:57	71.700	3.77
	23:16:02	96.200	3.96
	23:33:58	203.800	3.97
	23:45:29	272.900	3.87
	23:54:33	327.300	3.89
Media			4.18
Desvío			0.71

Cuadro A.32: T_0 de segmentos con ronquidos de 5 minutos en distintas señales de hombres.

Duración segmentos	Media	Desvío Estándar
30 segundos	4.05	0.64
1 minuto	4.13	0.58
2 minutos	4.13	0.71
3 minutos	4.11	0.69
5 minutos	4.18	0.71

Cuadro A.33: Medias y desvíos estándar de los T_0 para distintas duraciones.

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	15:17:07	1182700	4.18
2	15:18:54	1193400	4.39
3	17:07:26	1844600	4.91
4	17:15:31	1893100	4.85
5	15:40:07	1320700	4.91
Media			4.65
Desvío Estándar			0.34

Cuadro A.34: Paciente 6: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	15:17:07	1182700	4.18
2	15:18:54	1193400	4.65
3	17:07:26	1847600	4.86
4	17:15:31	1893100	5.44
5	15:40:07	1320700	4.63
Media			4.75
Desvío Estándar			0.46

Cuadro A.35: Paciente 6: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	15:17:07	1182700	4.22
2	15:18:54	1193400	4.56
3	17:07:26	1847600	5.29
4	17:15:31	1893100	5.10
5	15:40:07	1320700	5.13
Media			4.86
Desvío Estándar			0.45

Cuadro A.36: Paciente 6: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	15:17:07	1182700	4.20
2	15:18:54	1193400	4.44
3	17:07:26	1847600	4.83
4	17:15:31	1893100	5.10
5	15:40:07	1320700	4.95
Media			4.70
Desvío Estándar			0.37

Cuadro A.37: Paciente 6: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	15:17:07	1182700	4.46
2	15:18:54	1193400	4.46
3	17:07:26	1847600	4.93
4	17:15:31	1893100	5.31
5	15:40:07	1320700	4.67
Media			4.77
Desvío Estándar			0.36

Cuadro A.38: Paciente 6: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:20:15	301500	3.58
2	00:26:17	337700	3.17
3	00:47:12	463200	4.07
4	04:00:02	1620200	4.49
5	05:38:47	2212700	4.39
Media			3.94
Desvío Estándar			0.56

Cuadro A.39: Paciente 7: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:15:10	1351000	4.12
2	03:20:45	1384500	4.01
3	03:37:56	1487600	4.62
4	04:00:02	1620200	4.82
5	05:38:47	2212700	3.81
Media			4.28
Desvío Estándar			0.43

Cuadro A.40: Paciente 7: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:15:10	1351000	4.48
2	03:20:45	1384500	3.84
3	03:37:56	1487600	4.36
4	04:00:02	1620200	4.49
5	05:38:47	2212700	4.07
Media			4.25
Desvío Estándar			0.28

Cuadro A.41: Paciente 7: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:15:10	1351000	3.73
2	03:20:45	1384500	4.60
3	03:37:56	1487600	4.36
4	04:00:02	1620200	4.37
5	05:38:47	2212700	4.07
Media			4.23
Desvío Estándar			0.34

Cuadro A.42: Paciente 7: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:15:10	1351000	4.18
2	03:20:45	1384500	4.60
3	03:37:56	1487600	5.24
4	04:00:02	1620200	4.37
5	05:38:47	2212700	4.07
Media			4.49
Desvío Estándar			0.46

Cuadro A.43: Paciente 7: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:33:05	378.500	3.99
2	03:47:33	1.185.300	4.33
3	05:16:52	1.719.700	4.07
4	03:35:25	1.112.500	3.43
5	02:43:48	802.800	3.59
Media			3.88
Desvío Estándar			0.37

Cuadro A.44: Paciente 8: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:33:05	378.500	3.99
2	03:47:33	1.185.300	4.33
3	05:16:52	1.721.200	3.88
4	03:35:25	1.112.500	3.20
5	02:43:48	802.800	3.58
Media			3.80
Desvío Estándar			0.43

Cuadro A.45: Paciente 8: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:33:05	378.500	3.52
2	03:47:33	1.185.300	4.16
3	05:16:52	1.721.200	4.07
4	03:35:25	1.112.500	4.18
5	02:43:48	802.800	3.59
Media			3.90
Desvío Estándar			0.32

Cuadro A.46: Paciente 8: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:33:05	378.500	3.52
2	03:47:33	1.185.300	4.16
3	05:16:52	1.721.200	4.07
4	03:35:25	1.112.500	3.31
5	02:43:48	802.800	3.59
Media			3.73
Desvío Estándar			0.37

Cuadro A.47: Paciente 8: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	01:33:05	378.500	3.96
2	03:47:33	1.185.300	4.03
3	05:16:52	1.721.200	5.01
4	03:35:25	1.112.500	3.31
5	02:43:48	802.800	3.59
Media			3.98
Desvío Estándar			0.65

Cuadro A.48: Paciente 8: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:40:04	1776400	5.01
2	03:42:27	1790700	4.61
3	03:44:04	1800400	4.64
4	03:43:04	1794400	4.40
5	04:14:01	1980100	4.92
Media			4.72
Desvío Estándar			0.25

Cuadro A.49: Paciente 9: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:40:04	1776400	4.62
2	03:42:27	1790700	4.61
3	03:44:04	1800400	4.38
4	03:43:04	1794400	5.07
5	04:14:01	1980100	4.92
Media			4.72
Desvío Estándar			0.27

Cuadro A.50: Paciente 9: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:40:04	1776400	4.64
2	03:42:27	1790700	4.64
3	03:44:04	1800400	4.64
4	03:43:04	1794400	5.07
5	04:14:01	1980100	4.95
Media			4.79
Desvío Estándar			0.21

Cuadro A.51: Paciente 9: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:40:04	1776400	4.64
2	03:42:27	1790700	4.64
3	03:44:04	1800400	4.64
4	03:43:04	1794400	5.07
5	04:14:01	1980100	4.95
Media			4.79
Desvío Estándar			0.21

Cuadro A.52: Paciente 9: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	03:40:04	1776400	4.64
2	03:42:27	1790700	4.64
3	03:44:04	1800400	4.64
4	03:43:04	1794400	5.07
5	04:14:01	1980100	4.95
Media			4.79
Desvío Estándar			0.21

Cuadro A.53: Paciente 9: segmentos de duración de 5 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:39:58	59800	3.94
2	00:59:45	178500	4.21
3	01:10:14	241400	3.97
4	01:30:00	360000	3.82
5	01:45:00	450000	4.06
Media			4.00
Desvío Estándar			0.15

Cuadro A.54: Paciente 10: segmentos de duración de 1 minuto

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:39:58	59800	3.94
2	00:59:45	178500	3.97
3	01:10:14	241400	4.23
4	01:30:00	360000	4.07
5	01:45:00	450000	4.03
Media			4.13
Desvío Estándar			0.16

Cuadro A.55: Paciente 10: segmentos de duración de 30 segundos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:39:58	59800	3.94
2	00:59:45	178500	4.35
3	01:10:14	241400	3.93
4	01:30:00	360000	3.82
5	01:45:00	450000	4.06
Media			4.02
Desvío Estándar			0.20

Cuadro A.56: Paciente 10: segmentos de duración de 2 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:39:58	59800	3.94
2	00:59:45	178500	4.02
3	01:10:14	241400	3.93
4	01:30:00	360000	3.82
5	01:45:00	450000	4.06
Media			3.95
Desvío Estándar			0.09

Cuadro A.57: Paciente 10: segmentos de duración de 3 minutos

Ronquido	Hora (HH:MM:SS)	N° muestra	T0 (s)
1	00:39:58	59800	4.07
2	00:59:45	178500	4.02
3	01:10:14	241400	3.93
4	01:30:00	360000	3.82
5	01:45:00	450000	4.06
Media			3.98
Desvío Estándar			0.11

Cuadro A.58: Paciente 10: segmentos de duración de 5 minutos

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 6	15:17:07	1182700	4.18
	15:18:54	1193400	4.39
	17:07:26	1844600	4.91
	17:15:31	1893100	4.85
	15:40:07	1320700	4.91
Paciente 7	00:20:15	301500	3.58
	00:26:17	337700	3.17
	00:47:12	463200	4.07
	04:00:02	1620200	4.49
	05:38:47	2212700	4.39
Paciente 8	01:33:05	378.500	3.99
	03:47:33	1.185.300	4.33
	05:16:52	1.719.700	4.07
	03:35:25	1.112.500	3.43
	02:43:48	802.800	3.59
Paciente 9	03:40:04	1776400	5.01
	03:42:27	1790700	4.61
	03:44:04	1800400	4.64
	03:43:04	1794400	4.40
	04:14:01	1980100	4.92
Paciente 10	00:39:58	59800	3.94
	00:59:45	178500	4.21
	01:10:14	241400	3.97
	01:30:00	360000	3.82
	01:45:00	450000	4.06
Media			4.24
Desvío			0.50

Cuadro A.59: T_0 de segmentos con ronquidos de 1 minuto en distintas señales de mujeres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 6	15:17:07	1182700	4.18
	15:18:54	1193400	4.65
	17:07:26	1847600	4.86
	17:15:31	1893100	5.44
	15:40:07	1320700	4.63
Paciente 7	03:15:10	1351000	4.12
	03:20:45	1384500	4.01
	03:37:56	1487600	4.62
	04:00:02	1620200	4.82
	05:38:47	2212700	3.81
Paciente 8	01:33:05	378.500	3.99
	03:47:33	1.185.300	4.33
	05:16:52	1.721.200	3.88
	03:35:25	1.112.500	3.20
	02:43:48	802.800	3.58
Paciente 9	03:40:04	1776400	4.62
	03:42:27	1790700	4.61
	03:44:04	1800400	4.38
	03:43:04	1794400	5.07
	04:14:01	1980100	4.92
Paciente 10	00:39:58	59800	3.94
	00:59:45	178500	3.97
	01:10:14	241400	4.23
	01:30:00	360000	4.07
	01:45:00	450000	4.03
Media			4.32
Desvío			0.51

Cuadro A.60: T_0 de segmentos con ronquidos de 30 segundos en distintas señales de mujeres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 6	15:17:07	1182700	4.22
	15:18:54	1193400	4.56
	17:07:26	1847600	5.29
	17:15:31	1893100	5.10
	15:40:07	1320700	5.13
Paciente 7	03:15:10	1351000	4.48
	03:20:45	1384500	3.84
	03:37:56	1487600	4.36
	04:00:02	1620200	4.49
	05:38:47	2212700	4.07
Paciente 8	01:33:05	378.500	3.52
	03:47:33	1.185.300	4.16
	05:16:52	1.721.200	4.07
	03:35:25	1.112.500	4.18
	02:43:48	802.800	3.59
Paciente 9	03:40:04	1776400	4.64
	03:42:27	1790700	4.64
	03:44:04	1800400	4.64
	03:43:04	1794400	5.07
	04:14:01	1980100	4.95
Paciente 10	00:39:58	59800	3.94
	00:59:45	178500	4.35
	01:10:14	241400	3.93
	01:30:00	360000	3.82
	01:45:00	450000	4.06
Media			4.36
Desvío			0.49

Cuadro A.61: T_0 de segmentos con ronquidos de 2 minutos en distintas señales de mujeres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 6	15:17:07	1182700	4.20
	15:18:54	1193400	4.44
	17:07:26	1847600	4.83
	17:15:31	1893100	5.10
	15:40:07	1320700	4.95
Paciente 7	03:15:10	1351000	3.73
	03:20:45	1384500	4.60
	03:37:56	1487600	4.36
	04:00:02	1620200	4.37
	05:38:47	2212700	4.07
Paciente 8	01:33:05	378.500	3.52
	03:47:33	1.185.300	4.16
	05:16:52	1.721.200	4.07
	03:35:25	1.112.500	3.31
	02:43:48	802.800	3.59
Paciente 9	03:40:04	1776400	4.64
	03:42:27	1790700	4.64
	03:44:04	1800400	4.64
	03:43:04	1794400	5.07
	04:14:01	1980100	4.95
Paciente 10	00:39:58	59800	3.94
	00:59:45	178500	4.02
	01:10:14	241400	3.93
	01:30:00	360000	3.82
	01:45:00	450000	4.06
Media			4.28
Desvío			0.50

Cuadro A.62: T_0 de segmentos con ronquidos de 3 minutos en distintas señales de mujeres.

Señal	Hora Inicio	N° muestra	T0 (s)
Paciente 6	15:17:07	1182700	4.46
	15:18:54	1193400	4.46
	17:07:26	1847600	4.93
	17:15:31	1893100	5.31
	15:40:07	1320700	4.67
Paciente 7	03:15:10	1351000	4.18
	03:20:45	1384500	4.60
	03:37:56	1487600	5.24
	04:00:02	1620200	4.37
	05:38:47	2212700	4.07
Paciente 8	01:33:05	378.500	3.96
	03:47:33	1.185.300	4.03
	05:16:52	1.721.200	5.01
	03:35:25	1.112.500	3.31
	02:43:48	802.800	3.59
Paciente 9	03:40:04	1776400	4.64
	03:42:27	1790700	4.64
	03:44:04	1800400	4.64
	03:43:04	1794400	5.07
	04:14:01	1980100	4.95
Paciente 10	00:39:58	59800	4.07
	00:59:45	178500	4.02
	01:10:14	241400	3.93
	01:30:00	360000	3.82
	01:45:00	450000	4.06
Media			4.40
Desvío			0.52

Cuadro A.63: T_0 de segmentos con ronquidos de 5 minutos en distintas señales de mujeres.

Señal	Desvio estandar del T0				
	1 min	30 seg	2 min	3 min	5 min
Paciente 6	0.34	0.46	0.45	0.37	0.36
Paciente 7	0.56	0.43	0.28	0.34	0.46
Paciente 8	0.37	0.43	0.32	0.37	0.65
Paciente 9	0.25	0.27	0.21	0.21	0.21
Paciente 10	0.15	0.16	0.20	0.09	0.11

Cuadro A.64: Desvíos estándar de los T_0 de cada señal en distintas duraciones para mujeres.

Duración segmentos	Media	Desvío Estándar
30 segundos	4.32	0.51
1 minuto	4.24	0.50
2 minutos	4.36	0.49
3 minutos	4.28	0.50
5 minutos	4.40	0.52

Cuadro A.65: Medias y desvíos estándar de los T_0 para distintas duraciones en mujeres.

T_0	Descripción
4.24	Segmento completo
4.34	Último minuto eliminado
4.24	Minuto 4 eliminado
4.24	Minuto 3 eliminado
4.24	Minuto 2 eliminado
4.24	Minuto 1 eliminado
4.19	Últimos 2 minutos eliminados
4.34	Minutos 1 y 5 eliminados
4.34	Minutos 2 y 5 eliminados
4.34	Minutos 3 y 5 eliminados
4.19	Minutos 4 y 5 eliminados
4.24	Minutos 1 y 4 eliminados
4.24	Minutos 2 y 4 eliminados
4.24	Minutos 3 y 4 eliminados
4.19	Minutos 5 y 4 eliminados
4.24	Minutos 1 y 3 eliminados
4.24	Minutos 2 y 3 eliminados
4.24	minutos 1 y 2 eliminados
4.19	Últimos 3 minutos eliminados
4.24	Minutos 1,2,3
4.24	Minutos 2,3,4
4.19	Minutos 3,4,5
4.50	Últimos 4 minutos eliminados
4.24	Minutos 1,2,3 y 4

Cuadro A.66: T_0 de segmentos eliminando subsegmentos sin ronquidos.

T_0	Descripción
4.24	Últimos 15 segundos
4.24	Últimos 15 segundos (contiene 4 eventos de ronquido)
4.24	Últimos 15 segundos con 3 eventos
4.12	Últimos 15 segundos con 2 eventos
2.58	Últimos 15 segundos con 1 eventos

Cuadro A.67: Mínima cantidad de eventos por segmento.

Señal	VP	VN	FP	FN	VPP	VPN	Sen	Esp
Paciente 1	12	19	11	6	52.1 %	76 %	66.6 %	63.3 %
Paciente 2	46	0	0	2	100 %	0 %	95.8 %	—
Paciente 3	42	3	0	3	100 %	50 %	93.3 %	100 %
Paciente 4	39	1	0	8	100 %	11.1 %	82.9 %	100 %
Paciente 5	28	18	1	1	96.5 %	94.7 %	96.5 %	94.7 %
Paciente 6	9	33	5	1	64.3 %	97.6 %	90 %	86.8 %
Paciente 7	38	1	0	9	100 %	10 %	80.8 %	100 %
Paciente 8	37	8	1	2	97.3 %	80 %	94.8 %	88.8 %
Paciente 9	7	19	12	10	36.8 %	65.5 %	41.1 %	61.3 %
Paciente 10	47	0	0	1	100 %	0 %	97.9 %	—

Cuadro A.68: Resultados de pruebas sobre clasificador/detector en Matlab.

Señal	HORA	ETIQUETA	T0
Paciente 1	22:35:01	FN	2.07
	23:35:02	FN	2.65
Paciente 4	23:10:03	FN	2.09
	23:20:27	FN	2.51
Paciente 7	23:35:0	FN	2.14
	01:00:11	FN	2.06
Paciente 9	22:55:56	FN	2.33
	23:00:19	FN	2.77

Cuadro A.69: Análisis de falsos negativos.

Señal	HORA	ETIQUETA	T0
Paciente 1	22:40:02	FP	4.11
	23:30:00	FP	4.60
Paciente 6	12:05:03	FP	4.29
	15:30:10	FP	4.68
Paciente 8	00:35:11	FP	3.65
Paciente 9	22:50:13	FP	4.66
	00:25:02	FP	3.96

Cuadro A.70: Análisis de falsos positivos.

Señal	VP	VN	FP	FN	VPP	VPN	Sen	Esp
Paciente 11	20	21	4	3	83.3 %	87.5 %	86.9 %	84 %
Paciente 12	9	36	1	2	90 %	94.7 %	81.8 %	97.3 %
Paciente 13	6	35	6	1	50 %	97.2 %	85.7 %	85.3 %
Paciente 14	9	30	7	2	43.7 %	93.8 %	81.8 %	81.1 %
Paciente 15	4	40	4	0	50 %	100 %	100 %	90.9 %

Cuadro A.71: Verificación de métodos y funcionalidades de Matlab con señales no vistas.

Apéndice B

Información adicional sobre App Android[®]

Señal	VP	VN	FP	FN	VPP	VPN	Sen	Esp
Paciente 11	20	21	4	3	83.3 %	87.5 %	86.9 %	84 %
Paciente 12	9	36	1	2	90 %	94.7 %	81.8 %	97.3 %
Paciente 13	6	35	6	1	50 %	97.2 %	85.7 %	85.3 %
Paciente 14	9	30	7	2	43.7 %	93.8 %	81.8 %	81.1 %
Paciente 15	4	40	4	0	50 %	100 %	100 %	90.9 %

Cuadro B.1: Pruebas con clasificador/detector desarrollado en Android.

T0	Etiqueta	T0	Etiqueta	T0	Etiqueta
2.01	No ronquido	2.22	No ronquido	2.03	No ronquido
2.54	No ronquido	2.01	No ronquido	2.08	No ronquido
3.27	No ronquido	3.20	No ronquido	2.31	No ronquido
2.37	No ronquido	3.01	No ronquido	2.39	No ronquido
2.08	No ronquido	2.36	No ronquido	4.25	Ronquidos
2.54	No ronquido	3.05	No ronquido	2.30	No ronquido
2.97	No ronquido	2.01	No ronquido	2.32	No ronquido
2.19	No ronquido	2.18	No ronquido	4.04	Ronquidos
2.55	No ronquido	2.11	No ronquido	2.06	No ronquido
2.10	No ronquido	2.71	No ronquido	2.80	No ronquido
3.20	No ronquido	2.63	No ronquido	2.27	No ronquido
2.04	No ronquido	2.02	No ronquido	2.99	No ronquido
2.37	No ronquido	2.30	No ronquido	2.24	No ronquido
3.08	No ronquido	3.73	Ronquidos	2.45	No ronquido
2.08	No ronquido	2.22	No ronquido	2.17	No ronquido

Cuadro B.2: Pruebas aplicación Android en ambientes cotidianos.

Verdaderos positivos 0	Falsos positivos 3	Valor predictivo positivo 0 %
Falsos negativos 0	Verdaderos negativos 42	Valor predictivo negativo 100 %
Sensibilidad 0 %	Especificidad 93.3 %	

Cuadro B.3: Aciertos aplicación Android en ambientes cotidianos.

T0	Amplitud	Etiqueta
3.00	0.26	No ronquido
2.95	0.34	No ronquido
2.06	0.29	No ronquido
2.04	0.35	No ronquido
2.21	0.19	No ronquido
2.84	0.25	No ronquido
2.69	0.27	No ronquido
2.01	0.28	No ronquido
3.06	0.24	No ronquido
2.30	0.26	No ronquido
3.17	0.25	No ronquido
2.17	0.29	No ronquido
2.05	0.31	No ronquido
3.60	0.32	Ronquidos
2.49	0.29	No ronquido
2.03	0.30	No ronquido
2.12	0.23	No ronquido
2.30	0.14	No ronquido
2.15	0.25	No ronquido
2.11	0.25	No ronquido
3.32	0.29	No ronquido

Cuadro B.4: Pruebas aplicación Android en ambientes cotidianos.