

PHASE POST MARKETING

I - PRIX ET REMBOURSEMENTS DES PS

SMR et ASMR

Les SMR sont les services médicaux rendus, ils correspondent à des critères qui conditionnent le taux de prise en charge des médicaments.

Ces critères sont : l'efficacité (balance bénéfice/risque), la place dans la stratégie thérapeutique, la gravité de l'affection, le caractère préventif du produit et son intérêt pour la santé publique.

La validité de l'inscription des médicaments est de 5 ans au plus mais peut être renouvelée/modifiée.

Les SMR prennent en compte 5 critères pour les produits qui sont : l'efficacité, la place dans la stratégie thérapeutique, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique et l'intérêt pour la santé publique.

On peut citer le paracétamol (DOLIPRANE) comme un médicament avec un SMR important.

L'ASMR fait appel à une évaluation comparative par rapport aux médicaments, déjà commercialisés dans la même indication. C'est une comparaison d'un SMR d'un nouveau produit aux anciens produits déjà existants permettant de mesurer le progrès apporté par le produit. Il y a plusieurs niveaux d'ASMR ; la cotation va de I à V :

- Niveau I ⇒ Majeure
- Niveau II ⇒ Importante
- Niveau III ⇒ Modérée
- Niveau IV ⇒ Mineure
- Niveau V ⇒ Pas d'amélioration

On peut citer l'ORPHACOL (acide cholique) comme médicament ayant un ASMR de type I.

II - DISTRIBUTION

Il y a différentes catégories de distributeurs de produits de santé : ceux destinés à l'exportation, ceux à vocation humanitaire, ceux de médicaments dérivés du sang, ceux de médicaments destinés à être expérimentés chez l'homme, ceux de plantes médicinales, ceux de gaz à usage médical, ceux de service de santé des armées

Les distributeurs destinés à l'exportation sont chargés de l'achat et du stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de produits, objets, articles, générateurs, trousseaux ou précurseurs.

Les distributeurs à vocation humaine forment un organisme à but non lucratif.

Les distributeurs de médicaments expérimentaux se chargent du stockage de médicaments expérimentaux fabriqués ou importés.

Les distributeurs de plantes médicinales se livrent aux stockages, aux contrôles et opérations nécessaires pour la distribution.

Les distributeurs de gaz sont chargés de l'achat et du stockage.

Les distributeurs de service de santé des armées se livrent à la distribution en gros et en l'état des médicaments.

Le monopole pharmaceutique rassemble tous les produits de santé dont la délivrance est réservée au pharmacien et qui présentent une nécessité de sécurité accrue du fait de leur dangerosité. Parmi ces produits, on retrouve les médicaments, les pansements, les articles présentés comme conformes à la pharmacopée, les produits pour l'entretien et l'application des lentilles

Sauf exceptions, les DM ne relèvent pas du monopole pharmaceutique. Ils peuvent être distribués et vendus ailleurs qu'en pharmacie. Certains peuvent être prescrits par des professionnels de santé autres que des médecins. Sont réservés aux pharmaciens la vente au détail et toute dispensation de DM de diagnostic in vitro et leur accessoire destiné à être utilisé par le public à l'exception des tests destinées au diagnostic de la grossesse ainsi que les tests d'ovulation.

L'existence d'un monopole pharmaceutique est importante pour distinguer les réglementations qui s'appliquent aux médicaments et celles qui s'appliquent aux dispositifs médicaux.

III - SUIVI DE L'AMM

L'ANSM a 3 exigences pour les médicaments : la qualité, l'efficacité et la sécurité.

Dans les médicaments sous surveillance renforcée, on retrouve :

- les substances stupéfiantes (Fentanyl)
- les substances psychotropes (Diazepam)
- les substances inscrites sur les listes I et II (Tramadol → liste I)
- certaines « substances dangereuses » (champignon)

Les MARR sont des mesures additionnelles qui s'ajoutent au résumé des caractéristiques du produit lorsque celles-ci semblent insuffisantes au bon usage du produit.

Comme exemple de médicament qui suit des mesures de MARR on peut citer le baclofène.

IV - LA VIGILANCE

Pour chaque médicament, il y a un système de gestion de risque qui s'applique. Ce système est constitué d'un plan de gestion de risque(PGR) qui permet de détecter et d'identifier tout signal d'effet indésirable(EI) et de minimiser les risques d'un produit de santé. Il contient aussi des mesures de minimisation des risques(MMR)

Les industriels sont tenus de respecter les obligations en matière de pharmacovigilance et de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées dans les délais impartis.

Les professionnels de santé: médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit dont ils ont connaissance selon l'article Art R 5121-151 modifié par décret du 8 novembre 2012.

Sur le site de l'ANSM certains médicaments ou dispositifs médicaux sont sujets à des alertes, par exemple il y a récemment eu un défaut d'impression de quelques pipettes graduées de Doliprane 2,4 % suspension buvable. Le fabricant des pipettes affirme avoir pris des mesures afin que les nouveaux lots ne comportent pas ce défaut.

V - NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN DM DMDIV

Le règlement 2017/745 modifie les règles de matériovigilance (s'appliquant ainsi aux dispositifs médicaux). Il ne s'applique que depuis mai 2020. La matériovigilance se fait désormais au cas par cas. Les fabricants doivent notifier via Eudamed à l'ANSM: tout accident grave, toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard d'un dispositif présent sur le marché de l'UE.

Cette notification se fait dès l'établissement de l'imputabilité et en tout état de cause dans les délais de 2 à 15j.

La révision de ce règlement permet de renforcer la matériovigilance afin que chaque DM soit suivi spécifiquement. Cela permet de renforcer la sécurité de l'utilisation des dispositifs médicaux.