TP M3-1
Bien-être ou dispositif médical ?

Corrigé proposé - Cas G : souris ergonomique 1 500 mAh et logiciel
Module 3 • 16 octobre 2026

Choix du projet : analyser les gestes et fournir des recommandations médicales. Le logiciel est donc qualifié de dispositif médical ; la classe **IIa** est proposée sous l'hypothèse d'une aide non critique à la prise en charge des troubles musculosquelettiques.

Question 1 - Le bracelet

La **phrase B**, « Détecte les troubles du rythme cardiaque », revendique une finalité médicale. L'association de **« détecte »** avec **« troubles du rythme cardiaque »** vise l'identification d'une pathologie. La phrase A, « Suivez votre forme et votre sommeil », reste une promesse de bien-être. Le sens complet de la revendication compte ; un mot isolé ne suffit pas. [S01]

Questions 2 et 3 - Vue d'ensemble

N° / produit retenu	Statut	Classe probable	Règle	ON*
1 App ECG Apple Watch	DM	IIa	11	Oui
2 Withings BPM Connect	DM	IIa	10	Oui
3 Petit BamBou	Bien-être	-	-	Non
4 BodyScan 2 : module ECG	DM	IIa	11	Oui
5 Omnipod DASH	DM	IIb	12	Oui
6 Implicity IM009**	DM	IIa	11	Oui
7 Détection de chute	À discuter	-	-	Non
8 Pilulier imedipac	À discuter	-	-	Non
9 Cas G : logiciel de la souris	DM	IIa	11	Oui

* ON : organisme notifié au titre des dispositifs médicaux. Pour les cas 7 et 8, les colonnes classe/règle/ON décrivent le scénario de simple assistance ; les variantes médicales sont expliquées page 3.

** IM009 : IIa est une hypothèse d'application du MDR, pas une certification établie. La classe I historique et la transition sont documentées. Les classes sont proposées pour les périmètres et usages décrits ; les réserves figurent dans la grille.

Questions 2 et 3
Justifier le classement

Les citations justificatives sont conservées en colonne F du classeur. Les notes de ces cellules contiennent les liens précis. Voici le raisonnement pour chaque produit.

1. App ECG de l'Apple Watch - DM, IIa probable, règle 11, ON oui

L'application traite un signal ECG pour repérer des signes de fibrillation auriculaire. La proposition IIa concerne son usage ponctuel décrit ; la version et le certificat européens restent à vérifier. **La montre n'est pas entièrement un DM** : l'application médicale a un périmètre propre, distinct de l'heure, des messages et des fonctions sportives. [S03, S04]

2. Withings BPM Connect - DM, IIa, règle 10, ON oui

Le tensiomètre est un appareil actif destiné à mesurer un paramètre physiologique à des fins médicales. L'usage domestique intermittent retenu ne correspond pas à une surveillance critique immédiate. Withings indique une classe IIa pour ses BPM. [S05, S06]

3. Petit BamBou - Bien-être, aucune classe MDR, ON non

La finalité retenue est la détente et l'amélioration du sommeil, présentée comme non médicale. Une application de méditation ne devient pas un DM uniquement parce qu'elle peut procurer un bénéfice pour la santé. [S07]

4. BodyScan 2 / BodyFit - Séparer les fonctions

La détection de fibrillation auriculaire via ECG Monitor 2 est une fonction médicale : IIa probable par la règle 11 pour l'analyse logicielle. Cela ne classe pas automatiquement toute la balance. La déclaration consultée porte sur **ECG App Display**, accessoire IIa suivant la règle 3.3, et ne remplace pas le certificat du module d'analyse. BodyFit est présenté comme non médical ; « de niveau clinique » ne suffit pas à établir un statut DM. [S08-S10]

5. Omnipod DASH - DM, IIb, règle 12, ON oui

La pompe administre de l'insuline. Une erreur de dosage ou de débit peut être dangereuse : la proposition IIb concorde avec l'avis HAS sur DASH. La version est explicitement choisie : une pompe en boucle automatisée doit être analysée séparément. [S11, S12]

6. Implicity IM009 - Statut médical certain, classe MDR à vérifier

IM009 trie et crée des observations utiles au suivi cardiaque. La grille retient **IIa à titre d'hypothèse** pour une aide au suivi différé ; les conséquences d'une erreur peuvent imposer IIb ou III. L'absence d'usage d'urgence ne suffit pas à exclure ces classes. La HAS décrit en 2026 une **classe I sous l'ancienne directive**, bénéficiant de dispositions transitoires, sans préciser la nouvelle classe. Ne pas utiliser la certification de SignalHF pour prouver celle d'IM009. [S13, S14]

7. Détection de chute - À discuter

Déclencher une assistance après une chute peut relever de la sécurité quotidienne. Une analyse destinée au diagnostic d'une pathologie aurait une finalité médicale. L'appel des secours ne suffit pas, à lui seul, à classer toute la fonction comme DM. [S15]

8. imedipac - À discuter ; attention au modèle et à la date

Rappels et traçabilité seuls peuvent rester non médicaux. imedipac a été retiré du marché en 2018 selon Medissimo. L'avis HAS de 2022 rapporte que l'ANSM ne considère pas le pilulier **MEDIPAC** et ses applications d'observance comme des DM ; cette position ne prouve pas automatiquement le statut de l'ancien imedipac. [S16-S18]

Questions 4 et 5
Les deux cas limites et le projet

Question 4 - Deux promesses pour chaque cas limite

Ces formulations sont des **propositions fictives pour le TP**, et non des citations des fabricants. Les fonctions réelles et leurs preuves devraient correspondre à la promesse choisie.

Cas 7 - Détecteur de chute / téléassistance

Bien-être / sécurité : « Alerte un proche en cas de chute pour faciliter l'assistance au quotidien. »
Médical : « Analyse les troubles de la marche pour aider au diagnostic d'une maladie neurologique. »
La seconde phrase ajoute une analyse diagnostique : logiciel DM, règle 11, IIa au minimum selon les conséquences d'une erreur ; organisme notifié requis.

Cas 8 - Pilulier connecté

Bien-être / organisation : « Rappelle les horaires saisis et signale l'ouverture d'un compartiment. »
Médical : « Analyse les prises pour recommander au médecin un ajustement personnalisé du traitement. »
La seconde phrase ajoute une aide thérapeutique : règle 11, IIa, IIb ou III selon le traitement et le risque. Un simple rappel ne constitue pas une administration de médicament au sens de la règle 12. [S01, S02]

Question 5 - Cas G : souris ergonomique 1 500 mAh

Finalité publicitaire proposée : « Analyse les gestes de la main et du poignet pour fournir au professionnel de santé des recommandations personnalisées de prise en charge des troubles musculosquelettiques. »

Réponse pour la grille : dispositif médical ; **classe IIa probable** pour le logiciel ; **règle 11** ; **organisme notifié : oui**.

Hypothèse de travail : le logiciel aide à adapter une prise en charge non critique de troubles musculosquelettiques ; ses recommandations ne concernent ni une urgence ni une décision dont l'erreur pourrait entraîner une détérioration grave, une opération, un dommage irréversible ou un décès. Ce périmètre est proposé pour rendre le cas concret ; il reste à confirmer.

Pourquoi IIa ? Le résultat aide à choisir une prise en charge, ce qui dépasse le simple confort ergonomique. Selon la règle 11, des conséquences graves peuvent porter la classe à IIb ; un risque de décès ou de dommage irréversible peut conduire à III. La validation par un professionnel ne neutralise pas à elle seule ces risques. [S01, S02]

Périmètre matériel / logiciel : la souris capte les gestes ; le logiciel les interprète médicalement. La qualification de la souris comme composant, accessoire ou dispositif séparé dépendra de la conception et de la destination finales. On ne peut pas appliquer automatiquement la classe du logiciel à une souris de bureau générique. Les **1 500 mAh** décrivent la capacité de la batterie, pas une classe de risque.

Pour défendre le choix à l'oral : « Nous revendiquons une aide médicale personnalisée. Nous proposons IIa pour le logiciel et prévoyons un organisme notifié. Nous devrons confirmer le périmètre et les conséquences d'une recommandation erronée. »

Sources et points à confirmer

Sources primaires consultées le 16 octobre 2026. Les titres sont cliquables. Les classes proposées restent celles de l'exercice, avec les limites documentées ci-dessous.

[S01] Règlement (UE) 2017/745 : art. 2 et annexe VIII
Qualification, destination, règles 3.3, 10, 11 et 12 ; intervention de l'organisme notifié : art. 52.

[S02] Commission européenne : MDCG 2019-11 rev. 1, juin 2025
Qualification et classification des logiciels ; périmètre des modules et conséquences des décisions.

[S03] Apple : enregistrer un ECG avec l'app ECG
Finalité de détection des signes de fibrillation auriculaire.

[S04] Apple : notice européenne de l'app ECG, version 2.0
Destination et limites d'utilisation de l'application médicale.

[S05] Withings : BPM Connect
Mesure de la pression artérielle et revendication médicale.

[S06] Withings : données suivies et statut réglementaire dans l'UE
Gamme BPM : dispositifs médicaux de classe IIa.

[S07] Petit BamBou : application Sommeil et approche non médicale
Promesse de relaxation et d'amélioration du sommeil.

[S08] Withings : BodyScan 2
Fonction ECG médicale, à distinguer des autres indicateurs de la balance.

[S09] Withings : FAQ BodyFit sur la vitesse d'onde de pouls
BodyFit est présenté comme un produit non médical.

[S10] Withings : déclaration UE de conformité ECG App Display
Accessoire logiciel ECG App Display : IIa, règle 3.3. Ce document ne certifie pas toute la balance.

[S11] Insulet : destination du système Omnipod DASH
Administration sous-cutanée d'insuline à des débits fixes et variables.

[S12] HAS : avis Omnipod DASH, 2019
Classe IIb documentée pour cette version de pompe.

[S13] Implicity : informations patients et mentions réglementaires
IM009 : observations cliniques et tri ; classe I sous la directive 93/42/CEE. Ne pas confondre avec SignalHF.

[S14] HAS : IMPLICITY MCI IM009, février 2026, p. 7 et 13
Ancienne classe I, transition vers le MDR ; classe nouvelle non précisée. La télésurveillance ne remplace pas une prise en charge urgente.

[S15] Apple : détection des chutes
Détection d'une chute et mise en relation avec les secours.

[S16] Medissimo : étude d'usage du pilulier connecté imedipac
Étude ancienne hébergée par le fabricant ; suivi de l'observance.

[S17] Medissimo : histoire de l'entreprise et d'imedipac
Le fabricant situe le retrait du marché d'imedipac en 2018.

[S18] HAS : MEDIPAC, 21 juin 2022, p. 4
Position ANSM rapportée : pilulier et applications de traçabilité/observance non considérés comme DM. MEDIPAC et imedipac sont distincts.

Vérifications prioritaires : certificat et version UE des modules ECG ; classe MDR actuelle d'IM009 ; notice historique exacte d'imedipac ; destination, population et risques du cas G. L'avis de remboursement HAS et un marquage CE générique ne remplacent pas la vérification du périmètre réglementaire médical.

Classeur : les neuf lignes sont remplies ; deux cas sont « À discuter ». La colonne K conserve ses formules. Un « OK » vérifie la cohérence de saisie, pas la validité réglementaire de la conclusion.