장비이력카드

2024.10.21

결재	담당	팀장	이사	대표이사

장비명	**초음파유량계**	관리번호	나-1-2
규 격	초음파식	제조번호	2460R
관리팀	진단1팀	모델번호	UFP-10
구입일자	2024-08-24	제작회사	TOKIMEC
용도 및 활용방안	풍속, 온도, 유량, 기압, 상대습도/습구/노점 동시측정가능		
주요 SPEC	관경	50~700mm	
	온도/유속	-30~90℃ / ±32m/s	
	비고	교정성적서 유첨	

모형 또는 사진



부속품 및 장치	유량감지센서등

모형 또는 사진



㈜코아에너지

A4(210x297mm)