장비이력카드

2025.01.16.

결재	담당	팀장	이사	대표이사

장비명	적외선온도계	관리번호	**차-1-1**
규 격	-32~400℃	제조번호	**90500195**
관리팀	진단2팀	모델번호	**RayngerST**
구입일자	2008-06-11	제작회사	Raytek
용도 및 활용방안	접촉이 불가한 경우 온도 측정		
주요 SPEC	측정온도범위	-32~400℃	
	D:S	12:01	
	Display resolution	0.2℃	

모형 또는 사진



부속품 및 장치	2025.01.검교정완료후 대체등록